



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

ΑΔΑ:

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Κάλυμνος 16-06-2022

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Οδός : Νικηφόρου Ζερβού 22  
Κάλυμνος Τ.Κ.: 85200  
Πληροφορίες : Μπιλλήρη Θεμελίνα  
Τηλ. : 22433 61908  
FAX : 22433 61975  
E-mail : [gr.prom2@kalymnos-hospital.gov.gr](mailto:gr.prom2@kalymnos-hospital.gov.gr)

**ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Α)ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Β) ΔΥΟ (2) ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΓΥΨΟΥ (CPV: 38428000-1)».**

Το Γ.Ν.- Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α'36) που τροποποιεί το Ν.4412/2016 «Εκσυγχρονισμός ,απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 του ν.4605/19 (Α' 147), του άρθρο 33 του ν.4608/19 (Α' 66) και το άρθρο 56 του ν.4609/19 (Α' 67).
3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 Κεφάλαιο Β', άρθρο 7 περ. 17 σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ομάδα υλικού προϋπολογισμού μέχρι 15.000,00€.
4. Τις διατάξεις του Ν.4542/2018 (τεύχος Α'95/01-06-2018), άρθρο 4 «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», παρ. 2, περίπτ. β, που συμπλήρωσε το άρθρο 27 του Ν.4472/2017, σύμφωνα με τις οποίες: «Για κάθε είδος προμήθειας, παροχή υπηρεσίας, εκτέλεση έργου [...] η έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας είναι αρμοδιότητα των εξής: ... δδ) Για ποσό μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Διοικητή έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα».
5. Την υπ' αριθμ Πρωτ.:3835/02-06-2022 αίτηση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου, κ.Λιά Αντιγόνης, με την οποία ζητεί την προμήθεια : α) δέκα (10) πιστοποιημένων επιτοίχιων μανόμετρων των 15lt και β) ) δέκα (10) πιστοποιημένων επιτοίχιων μανόμετρων των 30lt, για την κάλυψη σοβαρών περιστατικών του Παθολογικού τμήματος.
6. Την υπ' αριθμ.3767/31-05-2022 αίτηση του Υπεύθυνου Νοσηλευτή των ΤΕΠ, κ. Τρικοίλη Ιωάννη, με την οποία ζητεί την προμήθεια δύο (2) ψαλιδιών γύψου με πλαστική λαβή για τις ανάγκες των ΤΕΠ.
7. Την υπ' αριθμ. Πρωτοκ. 4228/16-06-2022, ΑΔΑ: 90ΘΞ469040-Σ37 και α/α 2022000285 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 1.723,60€ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α 24%, για την πληρωμή ισόποσης

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311<sup>α</sup> οικονομικό έτος 2022.

8. Τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών στον Δημόσιο τομέα.

Προτίθεται να προβεί στην προμήθεια, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών & με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, του παρακάτω είδους:

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ/ ΤΜΧ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ/ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ/ Φ.Π.Α 24%
A/A.1	Ροόμετρο (Μανόμετρο) O2 (0-15 l/min) με μπίλλια OxyII Η χωρίς ταχυσύνδεσμο	10	38,00€	47,12€
A/A2.	Ροόμετρο (Μανόμετρο) O2 (0-30 l/min) με μπίλλια OxyII Η χωρίς ταχυσύνδεσμο	10	42,00	52,08
A/A3.	Ταχυσύνδεσμος O2 Ροόμετρων Afnor GS (1/8 '' Φ 19X100mm ) πλήρες	20	12,00	14,88
A/A4.	Υγραντήρας room 9/16'' x 18UNF αποστειρωμένος	20	14,00	17,36
A/A5.	Ψαλίδι γύψου με πλαστική λαβή 18cm	2	35,00	43,40
		Συνολικό ποσό: 1.390,00€ πλέον Φ.Π.Α.		
		Συνολικό ποσό:1.723,60€ με Φ.Π.Α. 24%		

### (α)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 1-15lt

Το επιτοίχιο ροόμετρο (ρυθμιστής ροής) αποσκοπεί στη ρύθμιση της ροής του αερίου οξυγόνου από κεντρική πηγή (λήψη κεντρικού δικτύου).

Το ροόμετρο θα τοποθετηθεί σε επιτοίχια λήψη οξυγόνου, μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου :  
Θα διαθέτει:

Σώμα ένδειξης της ρύθμισης (από πολυκαρβονικό υλικό) με κάλυμα για αντοχή στα χτυπήματα και με εσωτερική μπίλια. Η κλίμακα ρύθμισης θα είναι πό 1-15 lt/min ανεπτυγμένη στα κατώτερα σημεία για ακριβέστερη ρύθμιση όπου απαιτείται (πχ παιδιατρική χρήση).

Είσοδο ταχυσύνδεσμο τοποθέτησης σε επιτοίχια λήψη γαλλικού τύπου (AFNOR), ο οποίος έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου (λευκό) και την ένδειξη του αερίου (O2).

Έξοδο ρακόρ αρσενικό 12X125 για τοποθέτηση είτε υγραντήρα είτε olive 6μμ.

Φίλτρο στην είσοδο της κλίμακας για προστασία τόσο του ασθενούς όσο και του ροομέτρου.

Κομβίο ρύθμισης .

Ευκρινή βαθμονόμηση της στήλης ένδειξης ροής.

Ένδειξη του φέροντος αερίου σε εμφανές σημείο και με τον αντίστοιχο λευκό χρωματισμό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης, εμφανή ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.

**Μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ροόμετρου για τη βέλτιστη ιγνηλάτιση του.**

Σαφή ένδειξη τοποθετημένη επί του ροόμετρου που αναφέρει την ημερομηνία επομένου ελέγχου για την εύκολη υπενθύμιση στους χρήστες.

Φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE0197 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

**Υγραντήρας**

Ο υγραντήρας θα είναι άθραυστος, θα αποστειρώνεται στους έως 121°C.

Η χωρητικότητα του θα είναι έως 250 cc και φέρει διαχυτήρα για τη σωστή διάχυση του οξυγόνου στο νερό και θα φέρει ένδειξη στάθμης . Θα διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. Θα είναι συμβατός και χωρίς απώλειες με το επιτοίχιο ροόμετρο .

1. Πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού από την Ε.Ε για την πλήρωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 9001: 2000.
2. Τεχνικά φυλλάδια για όλα τα υλικά .
3. Να δοθεί εγγύηση και συντήρηση καλής λειτουργίας για δύο χρόνια με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
4. Τα υλικά θα είναι απολύτως καινούργια και θα παραδοθούν με την εργοστασιακή τους συσκευασία, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστα, καθώς και τα παρελκόμενα τους, και θα εκπληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας κατασκευής, διάθεσης και τεχνικής εξυπηρέτησης IS

**(Β)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 1-30lt**

Το επιτοίχιο ροόμετρο (ρυθμιστής ροής) αποσκοπεί στη ρύθμιση της ροής του αερίου οξυγόνου από κεντρική πηγή (λήψη κεντρικού δικτύου).

Το ροόμετρο θα τοποθετηθεί σε επιτοίχια λήψη οξυγόνου, μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου :  
Θα διαθέτει:

Σώμα ένδειξης της ρύθμισης (από πολυκαρβονικό υλικό) με κάλυμα για αντοχή στα χτυπήματα και με εσωτερική μπίλια. Η κλίμακα ρύθμισης θα είναι από 1-30 lt/min ανεπτυγμένη στα κατώτερα σημεία για ακριβέστερη ρύθμιση όπου απαιτείται (πχ παιδιατρική χρήση).

Είσοδο ταχυσύνδεσμο τοποθέτησης σε επιτοίχια λήψη γαλλικού τύπου (AFNOR) ο οποίος έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου (λευκό) και την ένδειξη του αερίου (O2).

Έξοδο ρακόρ αρσενικό 12X125 για τοποθέτηση είτε υγραντήρα είτε olive 6μμ.

Φίλτρο στην είσοδο της κλίμακας για προστασία τόσο του ασθενούς όσο και του ροόμετρου.

Κομβίο ρύθμισης .

Ευκρινή βαθμονόμηση της στήλης ένδειξης ροής.

Ένδειξη του φέροντος αερίου σε εμφανές σημείο και με τον αντίστοιχο λευκό χρωματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης εμφανή ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.

**Μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ροόμετρου για την βέλτιστη ληηλάτιση του.**

Σαφή ένδειξη τοποθετημένη επί του ροόμετρου που αναφέρει την ημερομηνία επομένου ελέγχου για την εύκολη υπενθύμιση στους χρήστες.

Φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE0197 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

**Υγραντήρας**

Ο υγραντήρας θα είναι άθραυστος, θα αποστειρώνεται στους έως 121°C.

Η χωρητικότητα του θα είναι έως 250 cc και φέρει διαχυτήρα για τη σωστή διάχυση του οξυγόνου στο νερό και θα φέρει ένδειξη στάθμης . Θα διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. Θα είναι συμβατός και χωρίς απώλειες με το επιτοίχιο ροόμετρο .

**Παρατηρήσεις**

5. Πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού από την Ε.Ε για την πλήρωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 9001: 2000.
6. Τεχνικά φυλλάδια για όλα τα υλικά .
7. Να δοθεί εγγύηση και συντήρηση καλής λειτουργίας για δύο χρόνια με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
8. Τα υλικά θα είναι απολύτως καινούργια και θα παραδοθούν με την εργοστασιακή τους συσκευασία, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστα καθώς και τα παρελκόμενα τους, και θα εκπληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας κατασκευής, διάθεσης και τεχνικής εξυπηρέτησης IS

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Α)Τα είδη του παραπάνω πίνακα που αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή ισοδύναμες που περιγράφονται.

Β)Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και τα υλικά να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Γ)Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών να δοθούν χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., αλλά να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τους χώρους του Νοσοκομείου (Αποθήκη Υλικού).

Δ)Η συνολική ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.723,60€ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.24%.

**B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

ΚΑΕ	<b>1311α</b>
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	<b>ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ</b>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»</b>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>22-06-2022 (Ημέρα Τετάρτη)</b>
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>FAX : 22433 61975</b>

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου :

- 1α) Υπέρ ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,07% (Επί του ποσού προ ΦΠΑ)  
 1β) Χ/Ο Τέλος χαρτοσήμου 3% (Επί του 1α)  
 1γ) Εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α Χ/ΟΥ 20% (Επί του 1β)  
 2.α) Α.Ε.Π.Π. 0,06% (Επί του ποσού προ ΦΠΑ)  
 2.β) Χ/Ο 3% (Επί του 2α)  
 2.γ) ΟΓΑ Χ/ΟΥ 20% (Επί του 2β)  
 3. ΦΟΡΟΣ 2% Υπέρ οργανισμών ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας  
 (Επί της διαφοράς «Ποσό προ ΦΠΑ-Κρατήσεις 1α,1β, 1γ, 2α, 2β, 2γ»)  
 4. ΦΟΡΟΣ 4% (Επί της διαφοράς «Ποσό προ ΦΠΑ-Κρατήσεις 1α,1β, 1γ, 2α, 2β, 2γ, 3»)  
 5. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η εξόφληση του τιμολογίου του προμηθευτή θα γίνεται, κατά μέγιστο, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Για την οφειλή τόκου υπερημερίας ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4152/2013(Φ.Ε.Κ /Α/107/9-5-2013). Ο προμηθευτής θα πληρώνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου παραγγελίας.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται **-επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης** των ειδών.

Το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά, αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 & 2 του άρθρου 73, στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται - επί ποινή απόρριψης - να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Πληροφορίες δίνονται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61 908.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στο FAX: 2243 361 975 ή στο e-mail: [gr.prom2@kalymnos-hospital.gov.gr](mailto:gr.prom2@kalymnos-hospital.gov.gr).

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την Τετάρτη 22-06-2022 και ώρα 14:00.**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΙΟΣ**

2 . . . .

ΚΑΙ

-