



ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Γ.Ν. – Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α.Φ.Μ.: 099591588/Δ.Ο.Υ. ΚΩ
ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Παγιοπούλου Θεοδότη
Τηλ.: 2247022131
e-mail: promithies2@leros-hospital.gr

Λέρος, 31/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 7973

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2025

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 371778

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ – ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – Γ.Ν.- ΚΥ ΛΕΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	171.914,51 €, ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 201.139,98 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 17%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I & II
CPV	33140000-3, 33141110-4, 33141310-6, 33141320-9, 33141120-7, 33141800-8, 33141500-5, 33141200-2, 24455000-8
ΚΑΕ	1311.01
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ (Αποθήκη Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Έναρξη: Αμέσως μετά τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ Λήξη: Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 15:00΄
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00΄ π.μ. (δικαιολογητικά, τεχνικές και οικονομικές προσφορές)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Οι κρατήσεις γίνονται επί της καθαρής τιμής της σύμβασης α) κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (για συμβάσεις άνω των €1000,00 προ ΦΠΑ) β) Υπέρ ΥΓΚΑ 2% γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται δ) Φόρος 4%

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	19
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	22
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	22
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	22
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	24
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	24
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	24
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	24
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	24
2.1.4 Γλώσσα	25
2.1.5 Εγγυήσεις	25
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	26
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	26
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	26
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	26
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	27
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	31
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	32
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	32
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	32
2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	32
2.2.8.2 Υπεργολαβία	33
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	33
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	33
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα	35
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	40
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	40
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	40
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	40
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	40
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	43
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	43
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά	43
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	44
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών	44
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών	44
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	46
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	46
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	46
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών	46
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	48
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	49
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	50
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	53
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	54
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)	54

4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	54
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	54
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	55
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	56
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	56
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	57
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	57
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	57
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	59
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	59
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	60
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ	60
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ	60
6.3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	61
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	61
6.5	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	62
6.6	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ <i>(ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)</i>	62
6.7	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ <i>(ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)</i>	62
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	63
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	63
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	116
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ.....	166
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	167
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	182
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	183

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΠΙΟ – Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	099591588
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00199.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λακκί
Πόλη	Λέρος
Ταχυδρομικός Κωδικός	85400
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	L0421
Τηλέφωνο	2247022131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	promithies2@leros-hospital.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Παγιοπούλου Θεοδότα, Βηλάκη Δήμητρα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κρατικό Θεραπευτήριο- Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.leros-hospital.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κρατικό Θεραπευτήριο- Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λέρου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1311.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού ετών 2025 – 2026 του Φορέα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 418/11-07-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017207885, ΑΔΑ: 9ΚΧ046904Ρ-ΗΥΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2025-2026 και έλαβε α/α 418/2025 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

CPV/Ιατρικά αναλώσιμα	33140000-3
CPV/Επίδεσμοι	33141110-4
CPV/Σύριγγες	33141310-6
CPV/Ιατρικές βελόνες	33141320-9
CPV/Ράμματα-αγκτήρες	33141120-7
CPV/Αναλώσιμα οδοντιατρικά	33141800-8
CPV/Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα	33141500-5
CPV/Καθετήρες	33141200-2
CPV/Απολυμαντικά	24455000-8

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ 10cmX4M ±10%	71,40 €
2	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 2(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	32,00 €
3	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 5(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	27,50 €
4	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 6(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	35,00 €
5	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 7(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	45,00 €
6	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 10(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	55,00 €
7	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 20cmX2m ±10%	141,00 €
8	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 10cmX2m ±10%	104,00 €
9	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 15cmX2m ±10%	60,00 €
10	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 7,5cmX4,5m ±10%	196,00 €
11	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10cmX4,5m±10%	415,00 €
12	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 12,5cmX4,5m ±10%	475,00 €
13	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 15cmX4,5m±10%	590,00 €
14	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 15cm x 4m ±10%	454,40 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
15	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 10cm x 4m ±10%	262,50 €
16	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 12cm x 4m ±10%	444,00 €
17	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40 Χ 40CM (±5%)8PLY (ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ)	1.173,00 €
18	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ διαστ.90cm x 100m ±5% (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)	210,00 €
19	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΠΑΚΕΤΟ 100m ±5%	3.500,00 €
20	ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm x 10cm ±10%	450,00 €
21	ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ.	1.250,00 €
22	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ	26,00 €
23	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ X-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 8ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκΧ20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	140,00 €
24	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ X-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 12ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκΧ20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	220,00 €
25	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΟΡΘΟ-BAN) 10cm x 2,7m ±10%	125,00 €
26	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ΟΡΘΟ-BAN) 15cm x 2,7m ±10%	140,00 €
27	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 25Χ10 CM±10%	180,00 €
28	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ30 CM±10%	210,00 €
29	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 15Χ9CM±10%	156,00 €
30	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ9CM±10%	160,00 €
31	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ20 CM±10%	225,00 €
32	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 10cm * 12cm±10%	15,00 €
33	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 6cm * 7cm±10%	12,50 €
34	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	14,00 €
35	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17,5εκΧ17,5εκ (±2εκ)	1.960,00 €
36	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cmΧ10cm ±2εκ	650,00 €
37	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20εκΧ20εκ (±2εκ)	1.120,00 €
38	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15εκΧ15εκ. (± 2εκ)	1.200,00 €
39	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,5εκΧ12,5εκ.(±2εκ)	1.600,00 €
40	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. 10Χ10cm(±2εκ)	480,00 €
41	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15Χ15cm(±2εκ)	780,00 €
42	ΤΟΛΥΠΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100τεμ) 3cm , 4cm .	45,00 €
43	ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ 3εκ(±1εκ)Χ44εκ(±5εκ).	483,00 €
44	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ.ΜΕΤΑΞΙ 7,5 CMΧ10Μ .	1.500,00 €
45	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x76 mm STERI-STRIP ±10%	80,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
46	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x102 mm STERI-STRIP ±10%	50,00 €
47	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X1,5X2cm ±5%	200,00 €
48	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 10x1,5x2,5cm ±5%	250,00 €
49	STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ	200,00 €
50	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠ'Ο ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑ - ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ	412,50 €
51	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΠ'Ο ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ SPONGOSTAN ANAL (ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗ)	412,50 €
52	ΣΠΟΓΓΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 80X50X10 ΠΕΡΙΠΟΥ +/- 10%	600,00 €
53	ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 10X10X10χιλ.±10%	180,00 €
54	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	324,00 €
55	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ. 120X150cm±10% ΜΕ ΟΠΗ ΑΔΙΑΒΡ. ΑΠΟΣΤ. ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	140,00 €
56	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 75X75cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ ΜΙΑ ΧΡΗΣ	220,00 €
57	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 150X180cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.	164,90 €
58	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) 38X45cm±10%	75,00 €
59	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X90cm±10%	120,00 €
60	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 50x75 cm±10% ΜΕ ΟΠΗ	155,00 €
61	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ (160x210εκ±5%)	50,00 €
62	ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΒΑΤΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕ ΡΟΛΟ (50cmx50m±5%)	1.656,00 €
63	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 90 εκ. ±10% Μ.Χ.	1.800,00 €
64	ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ (115x45εκ)±10%	550,00 €
65	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X150±10%	270,00 €
66	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	305,00 €
67	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	182,00 €
68	ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	330,00 €
69	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	42,50 €
70	ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	225,00 €
71	ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ	48,00 €
72	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ	270,00 €
73	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟ	66,00 €
74	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 90mmX260mm ±5%	14,40 €
75	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 300mm Χ 470mm ±5%	63,00 €
76	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 250mm Χ 430mm ±5%	42,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
77	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 200mm * 350mm ±5%	36,00 €
78	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 130mm X 360mm ±5%	25,60 €
79	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 100mm X300mm ±5%	17,50 €
80	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 150mm X300mm±5%	21,00 €
81	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΤΕΜΑΧΙΟ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	18.260,00 €
82	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	8,00 €
83	ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	4,20 €
84	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΝΑΥΛΟΝ Μ.Χ.	10,00 €
85	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ.Νο 6,5 - 8,5-ΖΕΥΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	1.000,00 €
86	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Νο 7,5, Νο 8 , Νο 8,5.	82,50 €
87	ΜΑΣΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Ή ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	300,00 €
88	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 Ή ΚΝ95	66,00 €
89	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM	22,00 €
90	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ LATEX Νο 14-24, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	126,00 €
91	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠ'Ο LATEX Νο 8 , Νο 10 και Νο 12 ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	25,20 €
92	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 12 ,14 ,16, 18,20,22,24 .	330,00 €
93	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY, ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 8, Νο 10,Νο 12 Νο 14 Νο 16 Νο 18 Νο 20,Νο 22, Νο 24.	750,00 €
94	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 8Fr	2,76 €
95	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 14Fr	13,80 €
96	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 16Fr	13,80 €
97	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 18Fr	27,60 €
98	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.	52,50 €
99	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΑΠ'Ο PVC Νο 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .	12,00 €
100	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΑΠΟ PVC Νο 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .	104,00 €
101	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 20CM	483,00 €
102	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 8CH , 10CH , 12CH .	6,80 €
103	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 14CH	8,50 €
104	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 16CH	17,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
105	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 18CH	17,00 €
106	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 18,20,22,24 .	54,00 €
107	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 3WAY -ΤΥΠΟΥ SEGSTAKEN BLAKEMORE. Νο 16 κ" Νο 18	140,10 €
108	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3-WAY DUFOUR ΑΠΌ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 16 Νο 18 Νο 20 Νο 22	850,00 €
109	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER .	120,00 €
110	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ -Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Νο 3, 4, 5, 6, 7, 8.	100,00 €
111	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ	71,00 €
112	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ STRIPERS ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ	90,00 €
113	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY - ΤΙΕΜΑΝ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 12, Νο 14, Νο 16, Νο 18 FR.	390,00 €
114	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 4, Νο 4,8 , Νο 6, Νο 7. (ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ)	374,80 €
115	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 4, Νο 4,8 , Νο 6, Νο 7. (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ)	374,80 €
116	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ)	450,00 €
117	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SILICONE FOLLEY 3-WAY COUVELAIRE Fr 20 και Fr 22. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 173900.	425,00 €
118	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ (ΘΗΚΑΡΙΑ).	510,00 €
119	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 5F.	144,00 €
120	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 20	640,00 €
121	ΦΛΕΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G24	64,00 €
122	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 22	704,00 €
123	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6X8cm	49,00 €
124	ΛΑΣΤΙΧΟ RENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.	30,60 €
125	ΛΑΣΤΙΧΟ RENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.	25,50 €
126	ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο 10 ΕΩΣ 18	48,00 €
127	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ)ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	110,40 €
128	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ Νο 2 ΧΩΡΙΣ CUFF	18,00 €
129	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ Νο 2,5 ΧΩΡΙΣ CUFF	18,00 €
130	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4 ΜΕ 1CUFF	17,50 €
131	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4,5 ΜΕ 1 CUFF	17,50 €
132	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 5,5 ΜΕ 1 CUFF	17,50 €
133	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6 ΜΕ 1 CUFF	17,50 €
134	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6,5 με 1 CUFF	17,50 €
135	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 8,5 ΜΕ 1 CUFF	70,00 €
136	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 9 ΜΕ 1 CUFF	35,00 €
137	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7	75,00 €
138	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	75,00 €
139	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 8	75,00 €
140	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΕ CUFF Νο 5	112,60 €
141	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 0 - Νο 1- Νο 2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	15,60 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
142	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 3 Νο 4- Νο 5 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	78,00 €
143	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	28,00 €
144	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	150,00 €
145	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΑΦ Τ ΜΕ ΠΩΜΑ	9,60 €
146	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΨΙΛΟΝ ΡΥ	120,00 €
147	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο 7, 8,9 .	1.540,00 €
148	ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60cc	292,00 €
149	ΣΥΡΙΓΓΑ 1ML ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	52,00 €
150	ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	1.052,30 €
151	ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	196,00 €
152	ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	1.674,00 €
153	ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	870,00 €
154	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (όχι τριχοειδικές) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 1ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G.	577,50 €
155	ΒΕΛΟΝΕΣ G21	35,00 €
156	ΒΕΛΟΝΕΣ G23 X1 ''	11,00 €
157	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο21 (ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	80,00 €
158	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 23 (ΜΠΛΕ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	100,00 €
159	ΒΕΛΟΝΕΣ PIC G 18	38,85 €
160	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο26G x90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	87,50 €
161	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25Gx90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	175,00 €
162	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25G X 120mm±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	87,50 €
163	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 22G x 90mm ±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	87,50 €
164	ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT Νο 27G X90mm. ±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.)	87,50 €
165	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 25G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	145,00 €
166	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 26G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	36,25 €
167	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 23G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	36,25 €
168	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 22G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	36,25 €
169	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 22G X 120 ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος)	36,25 €
170	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 27G X90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	72,50 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
171	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 25G X 110mm±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείματος).	72,50 €
172	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ-ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ .(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	225,00 €
173	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 1 LT	1.200,00 €
174	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΧΛΩΡΙΟ Η' ΦΑΙΝΟΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT)	1.296,00 €
175	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2%	330,00 €
176	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	1.050,00 €
177	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΈΩΣ 200ΤΕΜ)	410,00 €
178	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	240,00 €
179	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	60,00 €
180	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ-L 10mm	560,00 €
181	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ , L.	600,00 €
182	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ Διαμέτρου 5mm.	188,00 €
183	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ GRASPER 5mm.	252,00 €
184	ΛΑΒΙΔΑ GRASPER ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Μ.Χ. 31εκ.	320,00 €
185	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	5.760,00 €
186	ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	320,00 €
187	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 35 ΑΓΚΤΗΡΩΝ	590,00 €
188	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 60mm	2.275,00 €
188.1	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	1.750,00 €
188.2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	525,00 €
189	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 80mm	2.275,00 €
189.1	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	1.750,00 €
189.2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	525,00 €
190	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	36,00 €
191	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ 400-450ML	118,20 €
192	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 50cm)±5%	60,00 €
193	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm)±5%	44,40 €
194	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm)±5%	30,00 €
195	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm)±5%	132,00 €
196	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm)±5%	60,00 €
197	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	30,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
198	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	30,00 €
199	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm) ±5%	30,00 €
200	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΗΚΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ 150cm±5%	49,92 €
201	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2 ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (40mm 90cm) ±5%	96,20 €
202	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 3/0 75cm±5%	100,80 €
203	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 2/0 75cm±5%	52,80 €
204	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 2 75cm±5%	124,80 €
205	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 0 75 cm±5%	105,60 €
206	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 6/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm)±5%	15,00 €
207	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (30mm 150cm) ±5%LOOP	48,00 €
208	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (50mm 150cm) LOOP±5%	54,72 €
209	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (90mm 100cm)±5%	48,72 €
210	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(60mm 75cm)±5%	220,80 €
211	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(50mm 90cm)±5%	59,16 €
212	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	107,88 €
213	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm) ±5%	71,04 €
214	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 45cm) ±5%	180,00 €
215	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm) ±5%	135,00 €
216	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	34,00 €
217	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	31,50 €
218	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (NYLON) ΜΕ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΤΑΣΕΩΣ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ) ,ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΚ) 100, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ(ΧΙΛ) 90±5% Νο 2	62,40 €
219	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	161,20 €
220	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (50mm 75cm)±5%	71,92 €
221	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (30mm 75cm)±5%	37,40 €
222	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (40mm 75cm)±5%	37,40 €
223	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ)40mm 100cm) ±5%	21,60 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
224	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (31mm 75cm)±5%	410,40 €
225	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	72,00 €
226	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΘΕΙΑ(60mm 75cm) ±5%	110,40 €
227	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	286,00 €
228	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 45cm)±5%	43,20 €
229	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 40mm 70cm±5	39,60 €
230	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 1 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm) ±5%	108,80 €
231	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	165,76 €
232	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm) ±5%.	88,40 €
233	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 45cm) ±5%	43,20 €
234	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ(22mm 75cm) ±5%	112,00 €
235	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm) ±5%	65,28 €
236	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	105,60 €
237	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm-36mm 75cm)±5%	190,40 €
238	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm) ±5%	168,20 €
239	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	129,60 €
240	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm)±5%	27,60 €
241	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 70cm) ±5%	81,60 €
242	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	57,50 €
243	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	196,00 €
244	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	132,00 €
245	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 90cm)±5%	203,00 €
246	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 70cm)±5%	144,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
247	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 90cm)±5%	147,00 €
248	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 0 180cm±5%	129,60 €
249	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 1 180cm±5%	129,60 €
250	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2 180cm±5%	129,60 €
251	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2/0 180cm±5%	324,00 €
252	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 3/0 180cm±5%	129,60 €
253	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2/0 26mm ±5% ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 75cm ΜΗΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ±5%	196,80 €
254	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 1 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 70cm) ±5%	98,88 €
255	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (26mm 75cm)±5%	52,80 €
256	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ (ΒΡΟΓΧΟΣ) ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ No 0	693,00 €
257	ΡΑΜΜΑ ΡDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	136,32 €
258	ΡΑΜΜΑ ΡDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	145,92 €
259	ΡΑΜΜΑ ΡDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	145,92 €
260	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5mm ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 48mm 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30cm±5%	210,00 €
261	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΜΠΟ ΤΥΠΟΥ ENDO LOOP (ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ) No 2/0	300,00 €
262	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 4,6cm±5%	880,00 €
263	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 8,6 CM±5%	1.000,00 €
264	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 6,6 CM±5%	1.320,00 €
265	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15εκ.ατ. ±5%	2.790,00 €
266	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 εκ.ατ. ±5%	5.600,00 €
267	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ	120,00 €
268	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 200μl	80,00 €
269	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ 1000μl	100,00 €
270	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ	390,00 €
270.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10ml, 16X100mm	300,00 €
270.2	ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16mm	90,00 €
271	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΩ	1.134,00 €
271.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 1,6 mL ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 3,8% SODIUM CITRATE	1.080,00 €
271.2	ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (για τα ανωτέρω σωληνάκια)	54,00 €
272	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΤΖΕΛ 8-10ml	1.710,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
273	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20μl	58,00 €
274	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100μl	58,00 €
275	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 50-200μl	58,00 €
276	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 200-1000μl	58,00 €
277	ΠΑΡΑΦΙΛΜ 15ΜΧ5CM±5%	153,00 €
278	CHROMOAGAR ORIENTATION MEDIUM	1.485,00 €
279	CHROMOAGAR STREP B	1.200,00 €
280	ΜΟΝΟ ΤΕΣΤ RAPID	227,50 €
281	MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ RAPID TEST	135,00 €
282	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ(1ml)	184,00 €
283	ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART	225,00 €
284	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ	304,00 €
285	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	90,00 €
286	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	91,00 €
287	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 24Χ60mm	28,00 €
288	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 22Χ22mm	12,00 €
289	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΩΝ 2 ml ΜΕ EDTA-K3	825,00 €
290	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 1:9	325,00 €
291	BLOOD AGAR	780,00 €
292	MACONKEY AGAR 2	1.050,00 €
293	BLOOD /MAC 2 CONKEY AGAR	870,00 €
294	CHOCOLATE AGAR	455,00 €
295	CHAPMAN AGAR	378,00 €
296	SABOURAUD AGAR	480,00 €
297	MUELLER HINTON II AGAR	48,00 €
298	GRAM ΧΡΩΣΗ	108,00 €
299	ELICOBACTER PYLORI RAPID TEST	350,00 €
300	RPR SYPHILIS RAPID TEST	330,00 €
301	GIEMSA	70,00 €
302	MAY GRUENWALD	68,00 €
303	WIDAL SALMONELLA TH	37,50 €
304	WIDAL SALMONELLA TO	37,50 €
305	WIDAL SALMONELLA AO	37,50 €
306	WIDAL SALMONELLA BO	37,50 €
307	WIDAL SALMONELLA AH	37,50 €
308	WIDAL SALMONELLA BH	37,50 €
309	BRUCELLA ABORTUS WRIGHT	37,50 €
310	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ	252,00 €
310.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12Χ75mm ΤΩΝ 5 ml	150,00 €
310.2	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΤΩΝ 12Χ75 mm	102,00 €
311	ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 75mmx1,55mm (Χρώμα κόκκινο)	30,00 €
312	ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ	45,00 €
313	ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ	52,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
314	ANTI-A MONOCLONAL 10ml	15,00 €
315	ANTI-B MONOCLONAL 10 ml	15,00 €
316	ANTI-D DUOCLONE IGG/IGM 10 ml	66,00 €
317	ANTI- HUMAN GLOBOLIN 10 ml	285,00 €
318	BOVINE ALBUMIN 30% 10 ml	312,00 €
319	ANTI-C	145,00 €
320	ANTI-c	87,50 €
321	ANTI-E	87,50 €
322	ANTI-e - φαινότυπος	200,00 €
323	ANTI-KELL	125,00 €
324	TUERK'S SOLUTION ΦΙΑΛΗ (100 ml)	108,00 €
325	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	70,00 €
326	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10μl	330,00 €
327	ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ	92,00 €
328	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΥΡΩΝ 11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ . (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ).	148,50 €
329	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΖΑΧΧΑΡΟΥ	260,00 €
330	ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ TESTS STREP-A (Τεστ για τη διάγνωση του στρεπτόκοκκου-Α του ιού)	182,50 €
331	ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ INFLUENZA A+B RAPID CASSETE.	385,00 €
332	ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	21,60 €
333	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	212,00 €
334	ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΜΠΛΕ	45,00 €
335	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 1:200.000 Χ50 ΑΜΠ	405,00 €
336	ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΤΩΝ 100TEM	7,00 €
337	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΩΝ	20,00 €
338	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	30,00 €
339	ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗ ΚΟΝΙΑ	50,00 €
340	ΦΡΕΖΕΣ ΑΕΡΟΤΟΡ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	30,00 €
341	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΦΛΟΓΕΣ Νο 018	16,80 €
342	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Νο 018	16,80 €
343	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Νο 018	16,80 €
344	ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	100,00 €
345	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ	100,00 €
346	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ	138,95 €
347	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ	30,00 €
348	ΡΟΛΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	100,00 €
349	ΒΕΡΝΙΚΙ ΦΘΟΡΙΟΥ	40,00 €
350	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3	44,00 €
351	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3.5	44,00 €
352	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β2	44,00 €
353	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β3	44,00 €
354	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β-Α3	44,00 €
355	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ. 30G - 25mm ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΗ	24,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
356	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN EM 1200B 215mm x30m	75,00 €
357	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110χλ X20μ. ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ	287,50 €
358	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CARDIOLINΗ Η CARDIOSUNY 50X30 ΣΕ ΡΟΛΟ	30,00 €
359	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΝΕΟECG T 180	200,00 €
360	ΧΑΡΤΙ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ ΣΕ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	400,00 €
361	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ MONITOR DRAGER 50mmx18m	60,00 €
362	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PADS II	84,00 €
363	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΔΙΝΩΤΗ ΒΕΝΕHEART D3 MINDRAY	285,00 €
364	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32mm±5% - ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	52,00 €
365	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX50mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	290,00 €
366	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX90mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	1.650,00 €
367	ΣΦΟΥΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 65 MM ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (Σετ 4 τεμ.)	390,00 €
368	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4mm	10,00 €
369	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5mm	10,00 €
370	ΣΥΡΜΑ ΡΙΝΟΒΡΟΓΧΟΥ 3,5mm	28,80 €
371	ΣΥΡΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΥ 4,5mm	36,45 €
372	ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,50mm	200,00 €
373	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ.ΑΠΟΣΤ.	120,00 €
374	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	120,00 €
375	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ	135,00 €
376	ΚΑΣΕΤΕΣ GEM PREMIER 3500 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	15.000,00 €
377	ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT MDT-250081S	6.300,00 €
378	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ PSI	3.400,00 €
379	ΣΑΚΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	120,00 €
380	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	70,00 €
381	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ. ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	772,50 €
382	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ	210,00 €
383	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI	195,00 €
384	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗ.	11,40 €
385	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	74,00 €
386	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ	25,00 €
387	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	285,00 €
388	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	192,00 €
389	ΜΑΣΚΑ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	152,50 €
390	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ -ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ No 1,2,3,4,5	112,50 €
391	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ	1.066,00 €
391.1	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1.000,00 €
391.2	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ LUER LOCK	66,00 €
392	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ latex free	88,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
393	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 100ml(Βαρελάκι)	697,00 €
394	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ	2.904,00 €
395	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 150cm ±10%.	46,00 €
396	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	110,00 €
397	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 5Χ50εκ ±5%	48,00 €
398	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 2,5Χ50εκ ±5%	48,00 €
399	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,90Χ50εκ ±5%	28,00 €
400	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,25Χ50εκ ±5%	28,00 €
401	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FILADELPHIA (S-M-L)	97,50 €
402	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (S-M-L-XL)	120,00 €
403	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ	13,00 €
404	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ	430,00 €
405	ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA	165,00 €
406	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΓΑΛΑ).	1.000,00 €
407	ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ GIMA	100,00 €
408	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	600,00 €
409	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡ-ΘΕΡ ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	32,50 €
410	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.	130,00 €
411	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ 250- 300cm	630,00 €
412	ΣΕΤ ΡΥΓΧΟΣ YANKAUER ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2ΜΕΤΡΩΝ.	66,00 €
413	AMBU ΝΕΟΓΝΩΝ	148,76 €
414	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ TEST-PAP	9,00 €
415	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	56,00 €
416	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ	60,00 €
417	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (S,M,L)	220,00 €
418	ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ	15,60 €
419	ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΩΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ ROM PLUS	102,00 €
420	ΣΥΚΙΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΚΙΩΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΞΗΣ.	275,00 €
421	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ B-BRAUN	340,00 €
422	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 275ML	90,00 €
423	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXCELL400 McDSe	675,00 €
424	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ F7805(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 MCDs).	82,50 €
425	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ XL 400MCDs)	135,00 €
426	ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70MM, +/-10% ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΦΙΛΤΡΟ	2.940,00 €
427	ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΙ	69,00 €
428	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ	100,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
429	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΑΠΛΟΣ	1.015,00 €
430	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ	12,00 €
431	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	14,00 €
432	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 100 ml	385,00 €
433	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ	1.090,00 €
433.1	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Νο 18	840,00 €
433.2	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ 10FR-14FR	100,00 €
433.3	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	100,00 €
433.4	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	50,00 €
434	ΛΑΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	60,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ειδών του κάθε τμήματος.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα επιθυμούν.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 434 (τετρακόσια τριάντα τέσσερα).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των:

- 171.914,51 € πλέον ΦΠΑ 17%,
- 201.139,98 € συμπ/νου ΦΠΑ 17%

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα/ομάδα.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,

- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150),
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- της υπ' αριθ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- της υπ' αριθ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της υπ' αριθ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075),
- της υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- της υπ' αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44),
- της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,

- του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- του ν. 5218/14-07-2025 (Α'125) «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις»,

- της υπ' αριθ. 1/30-1-2025 (θέμα 7) απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΦ8146904Ρ-9Τ8) για τον προγραμματισμό συμβάσεων και έγκριση σκοπιμότητας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, έτους 2025,
- της υπ' αριθ. 6/24-04-2025 (θέμα 9) απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΜ:25REQ016719114, ΑΔΑ:65ΕΖ46904Ρ-715) περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης και ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών,
- της υπ' αριθ. 12/09-07-2025 (θέμα 5) απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΜ:25REQ017207219, ΑΔΑ:911Σ46904Ρ-ΤΞΘ) για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 6/24-04-2025 (θέμα 9) απόφασης Δ.Σ., περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης,
- της υπ' αριθ. 418/11-07-2025 (ΑΔΑΜ:25REQ017207885, ΑΔΑ:9ΚΧ046904Ρ-ΗΩΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **Τετάρτη, 03/09/2025 και ώρα 15:00'**.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>.

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/07/2025 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε στις 31/07/2025 (αριθ. δημοσίευσης: 500325-2025, αριθ. τεύχους: EE S: 145/2025).

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε **Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 371778** και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: εφημερίδα Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ (Αθανασίου Δαμιανός)

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους Προμηθευτή/ές.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 500395-2025 (αριθ. τεύχους: ΕΕ Σ: 145/2025 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25PROC017320468 2025-07-31), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της,
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτισης αυτής, το ποσό της κατάρτισης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ των προσφερόμενων τμημάτων. Παρατίθεται πίνακας υπολογισμού του αναλογούντος ποσού εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα (Παράρτημα IV).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 (Δεν ισχύει στην παρούσα διακήρυξη)

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. (Δεν ισχύει στην παρούσα διακήρυξη)

2.2.3.5.α. Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία,

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασής της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασής της στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφο, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασής της.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν/ παρέχουν ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις κατ'ελάχιστο όριο ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας των ειδών που θα προσφέρουν στην διακήρυξη.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει μία ή περισσότερες συμβάσεις προμηθειών (με φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) ή να έχουν εκτελέσει εξωσυμβατικά προμήθειες του συγκεκριμένου τύπου, ύψους που να καλύπτει ή να υπερβαίνει αθροιστικά την προσφορά τους.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

1. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας παραγωγής (CE) για τα προϊόντα- Πιστοποιητικό EC,
2. ISO 13485/2016 (Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ιατροτεχνολογικών συσκευών και προϊόντων ή/και
3. ISO 9001/2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας).

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται

βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει

απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα VI της παρούσας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.

β) Για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) Για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) μία ή περισσότερες συμβάσεις (από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα) της τελευταίας τριετίας, των οποίων η αξία αθροιστικά καλύπτει ή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των ειδών που θα προσφερθούν στην διακήρυξη, ή/και

β) αποφάσεις κατακύρωσης/ανάθεσης προμήθειας και τιμολόγια πώλησης της τελευταίας τριετίας, για είδη ανάλογα με τα προσφερόμενα στη διακήρυξη, που καλύπτουν αθροιστικά ή υπερβαίνουν την εκτιμώμενη αξία των ειδών που θα προσφερθούν στην διακήρυξη.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

1. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας παραγωγής (CE) για τα προϊόντα- Πιστοποιητικό EC,
2. ISO 13485/2016 (Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ιατροτεχνολογικών συσκευών και προϊόντων ή ισοδύναμο αυτού, ή/και
3. ISO 9001/2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) ή ισοδύναμο αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών.

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση B.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παραρτήματα I & II της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος II. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος II. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολιτή της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγενείας του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β' του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος II της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το Φύλλο Συμμόρφωσης που θα βρουν (σε αρχείο xlsx) στον σχετικό διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και ως Παράρτημα II στην παρούσα διακήρυξη.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της προσφερόμενης τιμής που κατατίθεται μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και του αρχείου του οικονομικού φορέα, λαμβάνεται ως ορθή η οικονομική προσφορά μέσω συστήματος.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ' της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την **Τρίτη 09/09/2025 και ώρα 10:00΄**.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμόζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινομένου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση

του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

ι) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ή

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την άροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ένδικου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απaráδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, **αναστέλλονται** κατά το διάστημα **από 5 μέχρι και 20 Αυγούστου**, σύμφωνα με το άρθρο 367Α του ν. 4412/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 5218/2025). Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών, που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105

του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Το **100%** των τιμολογηθέντων αγαθών, εντός 90 ημερών από την παραλαβή τους.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. (Τιμολόγιο, Πρωτόκολλο παραλαβής Υλικών ή Εργασιών, Φορολογική ενημερότητα (για ποσά άνω των 1500,00€), Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά άνω των 2.500,00€)).

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.**

γ) Κράτηση 2% υπέρ Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

3) «ΑΔΑ Ανάληψης»

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υπ' Αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 /04-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο : **“Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς Φορείς.”**.
(Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1015.E00199.0001)

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής του Δελτίου Παραγγελίας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες.

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.

6.4 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Για την κατάθεση δειγμάτων, όπου ζητείται, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 214 του ν. 4412/2016.

Τα δείγματα των προσφορών που κατακυρώνονται θα παραληφθούν από την επιτροπή παραλαβής υλικού για σύγκριση κατά την παραλαβή.

Τα δείγματα προσφορών που δεν κατακυρώνονται, επιστρέφονται στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (Δεν ισχύει στην παρούσα διακήρυξη)

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής (Δεν ισχύει στην παρούσα διακήρυξη)

6.8 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ 10cmX4M ±10%	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ. ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 10 CMX4,5M ± 1CMX1M.	30	2,38 €	71,40 €
2	ΤΕΜ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 2(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	10	3,20 €	32,00 €
3	ΤΕΜ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 5(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	5	5,50 €	27,50 €
4	ΤΕΜ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 6(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	5	7,00 €	35,00 €
5	ΤΕΜ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 7(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	5	9,00 €	45,00 €
6	ΤΕΜ	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 10(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	5	11,00 €	55,00 €
7	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 20cmX2m ±10%	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ.ΝΑ ΥΓΡΑΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΤΑΧΥ ΧΡΟΝΟ	300	0,47 €	141,00 €
8	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 10cmX2m ±10%	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ.ΝΑ ΥΓΡΑΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΤΑΧΥ ΧΡΟΝΟ	400	0,26 €	104,00 €
9	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 15cmX2m ±10%	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ.ΝΑ ΥΓΡΑΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΤΑΧΥ ΧΡΟΝΟ	200	0,30 €	60,00 €
10	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 7,5cmX4,5m ±10%	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	5	39,20 €	196,00 €
11	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10cmX4,5m±10%	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	10	41,50 €	415,00 €
12	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 12,5cmX4,5m ±10%	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	10	47,50 €	475,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
13	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 15cmX4,5m±10%	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	10	59,00 €	590,00 €
14	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. No 15cm x 4m ±10%	ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΥΣΜΟ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ.	2000	0,2272 €	454,40 €
15	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. No 10cm x 4m ±10%	ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΥΣΜΟ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	2500	0,105 €	262,50 €
16	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. No 12cm x 4m ±10%	ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΥΣΜΟ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	3000	0,148 €	444,00 €
17	ΤΕΜ	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40 X 40CM (±5%)8PLY (ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ)	ΥΨΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΕΤΟΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ - ΞΕΦΤΙΑ Η ΧΝΟΥΔΙΑ ΜΕ ΥΦΑΝΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΞΗ. ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΦΑΝΣΗ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥΧΑ Η ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ). ΜΕ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΚΛΩΣΤΩΝ/CM2 ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ GR/M2. ΜΕ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	5100	0,23 €	1.173,00 €
18	ΜΕΤΡΑ	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ διαστ.90cm x 100m ±5% (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ,ΠΛΑΤΟΥΣ 80CM ΜΕ 90CM,ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΑ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ, ΜΕ 1-3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ	2000	0,11 €	210,00 €
19	ΜΕΤΡΑ	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΠΑΚΕΤΟ 100m ±5%	ΓΑΖΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ 90CM, ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΑ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ	35000	0,10 €	3.500,00 €
20	ΤΕΜ	ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm x 10cm ±10%	ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΑΖΑ (ΤΥΠΟΥ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ IV) . ΈΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΑ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΧΟΥΝ ΚΛΩΣΤΕΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Γ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	5000	0,09 €	450,00 €
21	ΤΕΜ	ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ .	ΛΩΡΙΔΕΣ ΓΑΖΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΗ. 5X5ΕΚ .±10%	100	12,50 €	1.250,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
22	ΤΕΜ	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ	ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ Η ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΥΟΔΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ.10Χ10CM±10%	200	0,13 €	26,00 €
23	ΤΕΜ	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 8ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκΧ20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ), ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ . 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10ΕΚ.Χ20 ΕΚ. ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	2000	0,07 €	140,00 €
24	ΤΕΜ	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 12ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκΧ20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ), ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ . 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10ΕΚ.Χ20 ΕΚ. ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	2000	0,11 €	220,00 €
25	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN) 10cm x 2,7m ±10%	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ	1000	0,125 €	125,00 €
26	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN) 15cm x 2,7m ±10%	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ	700	0,20 €	140,00 €
27	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 25Χ10 CM±10%	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.	2000	0,09 €	180,00 €
28	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ30 CM±10%	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.	2000	0,105 €	210,00 €
29	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 15Χ9CM±10%	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.	3000	0,052 €	156,00 €
30	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ9CM±10%	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.	4000	0,04 €	160,00 €
31	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ20 CM±10%	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.	3000	0,075 €	225,00 €
32	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 10cm * 12cm±10%	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ12CM±10%	50	0,30 €	15,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
33	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 6cm * 7cm±10%	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6Χ7CM±10%	50	0,25 €	12,50 €
34	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	2000	0,007 €	14,00 €
35	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17,5εκΧ17,5εκ (±2εκ)	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.3 .Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ,ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ,ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 17,5CMΧ17,5CM. (±2ΕΚ)	70	28,00 €	1.960,00 €
36	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cmΧ10cm ±2εκ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ-ΥΠΕΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.5 Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ , ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΟΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ . 10CMΧ10CM.(±2ΕΚ)	100	6,50 €	650,00 €
37	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20εκΧ20εκ (±2εκ)	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ-ΥΠΕΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.5 Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ , ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΟΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ . 20CMΧ20CM.(±2ΕΚ)	80	14,00 €	1.120,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
38	TEM	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15εκΧ15εκ. (± 2εκ)	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ-ΥΠΕΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.5 Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ , ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΟΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ . 15CMΧ15CM.(±2ΕΚ)	120	10,00 €	1.200,00 €
39	TEM	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,5εκΧ12,5εκ.(±2εκ)	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.3 .Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ,ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ,ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 12,5CMΧ12,5CM.(±2ΕΚ)	100	16,00 €	1.600,00 €
40	TEM	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. 10Χ10cm(±2εκ)	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ. ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ $\geq 1\text{MG}/\text{CM}^2$	100	4,80 €	480,00 €
41	TEM	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15Χ15cm(±2εκ)	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ. ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ $\geq 1\text{MG}/\text{CM}^2$	120	6,50 €	780,00 €
42	TEM	ΤΟΛΥΠΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100τεμ) 3cm , 4cm .	ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ) ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14079:2003. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΔΟΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΛΕΥΚΑΝΣΕΩΣ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΚΤΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ .ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ . ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ , 3CM , 4CM .ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 TEM.	1000	0,045 €	45,00 €
43	TEM	ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ 3εκ(±1εκ)Χ44εκ(±5εκ).	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ.ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3CM Χ44CM.	70	6,90 €	483,00 €
44	TEM	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ.ΜΕΤΑΞΙ 7,5 CMΧ10M .	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΞΕΝΙΑΣ ΥΦΗΣ, Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Η ΤΑΙΝΙΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΝΩΔΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7,5 CMΧ10M ± 1CMΧ1M.	1500	1,00 €	1.500,00 €

A/A	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
45	TEM	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x76 mm STERI-STRIP ±10%	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 6,4X76MM	1000	0,08 €	80,00 €
46	TEM	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x102 mm STERI-STRIP ±10%	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 6,4X102MM	1000	0,05 €	50,00 €
47	TEM	PINIKΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X1,5X2cm ±5%	ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΡΥΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ. 8X1,5X2CM ±5%	100	2,00 €	200,00 €
48	TEM	PINIKΑ ΤΑΜΠΟΝ 10x1,5x2,5cm ±5%	ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΡΥΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10X1,5X2,5CM±5%	100	2,50 €	250,00 €
49	TEM	STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ	STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 75 %) ΣΕ ΞΗΡΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	200	1,00 €	200,00 €
50	TEM	Αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη με βακτηριοστατική δράση για κοιλιά-συμπαγή όργανα	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ .ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 5X7,5ΕΚ.±10%	25	16,50 €	412,50 €
51	TEM	Αιμοστατικός σπόγγος από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη με βακτηριοστατική δράση spongostan anal(αιμορροϊδεκτομή)	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ .ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 30X80ΧΙΛ..±10%	25	16,50 €	412,50 €
52	TEM	ΣΠΟΓΓΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 80X50X10 ΠΕΡΙΠΟΥ +/- 10%	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80X50X10 MM ±10%.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	100	6,00 €	600,00 €
53	TEM	ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 10X10X10χιλ.±10%	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΕΣ	100	1,80 €	180,00 €
54	TEM	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚ΄Α, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΛΠ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ, ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ≤ 2 ΛΕΠΤΑ.	5	64,80 €	324,00 €
55	TEM	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 120X150cm±10% ΜΕ ΟΠΗ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΜΕ ΟΠΗ.	50	2,80 €	140,00 €
56	TEM	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 75X75cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ ΜΙΑ ΧΡΗΣ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 3ΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 4-5CM.	400	0,55 €	220,00 €
57	TEM	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 150X180cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 3ΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 4-5CM	100	1,649 €	164,90 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
58	ΤΕΜ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) 38X45cm±10%	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ .ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΚΑΙ Ρ.Ε. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.	300	0,25 €	75,00 €
59	ΤΕΜ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X90cm±10%	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ .ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΚΑΙ Ρ.Ε. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.	600	0,20 €	120,00 €
60	ΤΕΜ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 50x75 cm±10% ΜΕ ΟΠΗ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΚΑΙ Ρ.Ε.. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	500	0,31 €	155,00 €
61	ΤΕΜ	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ (160x210εκ±5%)	ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	100	0,50 €	50,00 €
62	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΒΑΤΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕ ΡΟΛΟ (50cmx50m±5%)	ΡΟΛΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ (ΒΟΧ), ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ (100% ΚΑΘΑΡΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ), ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΜΕ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ.	1200	1,38 €	1.656,00 €
63	ΤΕΜ	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 90 ΕΚ. ±10% Μ.Χ.	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ & ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΙΒΟΥΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΧΝΟΥΔΙ. Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.	18000	0,10 €	1.800,00 €
64	ΤΕΜ	ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ (115x45εκ)±10%	ΔΙ'ΑΣΤΑΣΗ 115ΕΚ Χ 45ΕΚ	1000	0,55 €	550,00 €
65	ΤΕΜ	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X150±10%	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ NON-WOVEN +ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΙΛΜ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 80X150CM	300	0,90 €	270,00 €
66	ΤΕΜ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ 150*240ΕΚ. ±10%	100	3,050 €	305,00 €
67	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ 14ΕΚ .ΠΡΟΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ 12ML ΓΕΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ , ΚΛΙΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ , ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25ΧΙΛ (±5 ΧΙΛ)Χ11ΧΙΛ (±1 ΧΙΛ)Χ1Μ	20	9,10 €	182,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
68	ΤΕΜ	ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAP , ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 4LT/M ² ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΛΑΤΕΧ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 220KG ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΠΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 140X230CM±10%. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ. ΑΒΧΛ-ΤΗRΜΟ ΕΥ.	30	11,00 €	330,00 €
69	ΤΕΜ	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΗΠΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ, 14X250cm±5%, ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΑΚΡΗ.	50	0,85 €	42,50 €
70	ΤΕΜ	ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΟ ΥΛΙΚΟ TRIPLEX NON WOVEN ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ .1)ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 2)ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ. 3) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ .ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ: 1)ΥΦΑΣΜΑ TRIPLEX NON WOVEN. 2)ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΠΗ ΣΤΗ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΟΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗ ΧΩΡΑ .3) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. 4) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ 2 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΛΙΘΟΥ. 5) ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ .6)ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ .7) ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΘΗΚΗ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ .8) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ .9)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150/200X240CM.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 5ΕΚ. ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ NON WOVEN ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ , ΜΑΛΑΚΟ ,ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΛΟΓΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ .ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΤΕΧ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .	50	4,50 €	225,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
71	TEM	ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ	1)ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 330Χ224ΕΚ. 2) ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ . 3)ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΟΘΟΝΙΟ ,42Χ 32ΕΚ. 4)ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 5)ΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ .6)ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ VELCRO. 7)ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΩ / ΡΑΜΠΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ .8)ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ , ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ. 9)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΗ. 10)ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. 11)Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ .12) ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX .13) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .	10	4,80 €	48,00 €
72	TEM	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ C-ARM ΜΕ ΚΛΙΠ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM OEC BRIVO785 (GE)	30	9,00 €	270,00 €
73	TEM	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟ	ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CREPE) ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 100Χ100 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ±10%	200	0,33 €	66,00 €
74	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 90mmΧ260mm ±5%	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 90ΜΜ Χ 260ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β) Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	800	0,018 €	14,40 €
75	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 300mm Χ 470mm ±5%	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 300ΜΜ Χ 470ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β) Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	700	0,090 €	63,00 €
76	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 250mm Χ 430mm ±5%	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 250ΜΜ Χ 430ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β) Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	600	0,070 €	42,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
77	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 200mm * 350mm ±5%	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 200MM * 350MM ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β) Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	800	0,045 €	36,00 €
78	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 130mm X 360mm ±5%	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 130MM * 360MM ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β) Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	800	0,032 €	25,60 €
79	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 100mm X300mm ±5%	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 100MM * 300MM ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β) Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	700	0,025 €	17,50 €
80	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 150mm X300mm±5%	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 150MM X 300MM ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β) Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	700	0,030 €	21,00 €
81	TEM	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΤΕΜΑΧΙΟ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΚΑΛΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ, SMALL, MEDIUM LARGE	550000	0,0332 €	18.260,00 €
82	TEM	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ , ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΑ ΟΛΟΓΥΡΑ, ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE	500	0,016 €	8,00 €
83	TEM	ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	200	0,021 €	4,20 €
84	TEM	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΝΑΥΛΟΝ Μ.Χ.	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ ,NYLON.	1000	0,01 €	10,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
85	ΖΕΥΓΟΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ. No 6,5 - 8,5-ΖΕΥΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΜΥΛΟ (ΤΑΛΚ). ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΙΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ (ΜΕΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 300 ΜΜ). ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΕΧ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΠΕΣ. ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙ / ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΝΤΙ. ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΑΝΤΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ). ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.	5000	0,200 €	1.000,00 €
86	ΖΕΥΓΟΣ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ .ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ No 7,5, No 8 , No 8,5.	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΧ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΕΩΣ 40%) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΦΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΚΟΥΡΟ ΛΑΤΕΧ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ,ΙΣΤΟΥΣ .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ WET DONNING ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ.NO 7,5 , NO 8 , NO 8,5.	150	0,55 €	82,50 €
87	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Ή ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΑΛΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.	20000	0,015 €	300,00 €
88	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2/KN 95 ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ , ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ . ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΆΝΕΣΗ.	1100	0,06 €	66,00 €
89	ΤΕΜ	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM	20	1,10 €	22,00 €
90	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ ΛΑΤΕΧ No 14-24, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC Η ΛΑΤΕΧ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΜΕΓΕΘΗ 14 ΕΩΣ 24 CH.	300	0,42 €	126,00 €
91	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ ΛΑΤΕΧ No 8 , No 10 και No 12 ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC Η ΛΑΤΕΧ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ.NO 8 , NO 10 ΚΑΙ NO 12.	60	0,42 €	25,20 €
92	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ No 12 ,14 ,16, 18,20,22,24 .	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 3 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC Η ΛΑΤΕΧ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ CH.	100	3,30 €	330,00 €
93	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY, ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ No 8, No 10, No 12 No 14 No 16 No 18 No 20, No 22, No 24.	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ CH.	500	1,50 €	750,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
94	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 8Fr	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ :45 CM Η 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	20	0,138 €	2,76 €
95	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 14Fr	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ :45 CM - 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	100	0,138 €	13,80 €
96	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 16Fr	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ :45 CM -60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	100	0,138 €	13,80 €
97	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 18Fr	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ :45 CM - 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	200	0,138 €	27,60 €
98	TEM	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ..	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΠΑΓΙΔΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΤ ΠΡΟΩΡΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΟ :ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 25ML ,ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ Ρ.Υ.Σ. NO 6-10, ΑΚΤΙΝΙΣΚΙΕΡΟΥΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ,ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ , LATEX FREE & DEHP FREE	50	1,05 €	52,50 €
99	TEM	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΑΠΟ PVC No 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .	ΤΥΠΟΥ ΝΕΛΑΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΙΚΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΕΥΡΕΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.	100	0,12 €	12,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
100	ΤΕΜ	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΑΠΟ PVC Νο 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .	ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΙΚΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΡΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΕΥΡΕΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ 40ΕΚ.	200	0,52 €	104,00 €
101	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 20CM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΞΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ	70	6,90 €	483,00 €
102	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 8CH , 10CH , 12CH .	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ.	40	0,17 €	6,80 €
103	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 14CH	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ.	50	0,17 €	8,50 €
104	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 16CH	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ	100	0,17 €	17,00 €
105	ΤΕΜ	Καθετήρας Levin μιας χρήσης, 18CH	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ	100	0,17 €	17,00 €
106	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 18,20,22,24 .	ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΙΚΟ ,ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΕΥΡΕΙΕΣ ΟΠΕΣ.	300	0,18 €	54,00 €
107	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 3WAY -ΤΥΠΟΥ SEGSTAKEN BLAKEMORE. Νο 16 κ" Νο 18	ΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ 120ΕΚ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΘΟΛΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ , ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 400-500ML ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45MM HG	3	46,70 €	140,10 €
108	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3-WAY DUFOUR ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 16 Νο 18 Νο 20 Νο 22	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3WAY DUFOUR ΑΠΟ 100_% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ .ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ LUER Η LUER LOCK ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ .ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΣΧΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ML ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16CH ΕΩΣ 24 CH ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 40, 50, 60, 70, ΕΩΣ 80CC ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 41CM. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , LATEX FREE.	100	8,50 €	850,00 €
109	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER .	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ PEZZER ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ LATEX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΟ ΝΟ 14 ΕΩΣ 36.	40	3,00 €	120,00 €
110	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ -Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Νο 3, 4, 5, 6, 7, 8.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ - Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.	10	10,00 €	100,00 €
111	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ	ΑΠΟ PVC ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΗ ΜΥΤΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5ΕΚ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 32	20	3,55 €	71,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
112	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ STRIPERS ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ	ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ,ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ , ΜΗΚΟΥΣ 95-100CM ΠΕΡΙΠΟΥ , ΜΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ 3 ΕΛΛΑΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ . ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ.	5	18,00 €	90,00 €
113	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY - TIEMAN 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No 12 , No 14 ,No 16 ,No 18 FR.	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY2 WAY -TIEMAN,ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΥΣΗΣ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML.ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ Ε΄ΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ LUER Η LUER-LOCK ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Ο ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ TIEMAN.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΑΛΑΤΩΝ.ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΕΥΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ML ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ .ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .ΝΑ ΕΙΔΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ LATEX FREE.	150	2,60 €	390,00 €
114	TEM	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ No 4,No 4,8 ,No 6,No 7. (ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ)	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΌ ΡΕΒΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΗΚΟΥΣ 74CM ΜΕ <u>ΚΥΡΤΟ</u> ΑΚΡΟ, ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ,ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5 CM ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. NO 4, NO 4,8 , NO 6, NO 7	20	18,74 €	374,80 €
115	TEM	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ No 4, No 4,8 , No 6, No 7. (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ)	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΌ ΡΕΒΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ,ΜΗΚΟΥΣ 74CM ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ,ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ , ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5 CM ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. NO 4, NO 4,8 , NO 6, NO 7.	20	18,74 €	374,80 €
116	TEM	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ)	ΤΥΠΟΥ Υ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΕ 2 ΡΥΓΧΗ, ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΟΓΚΩΝ ΥΓΡΩΝ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ LATEX	180	2,50 €	450,00 €
117	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SILICONE FOLLEY 3-WAY COUVELAIRE Fr 20 και Fr 22. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 173900.	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3 WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΥΣΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ LUER Η LUER -LOCK , ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ .ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ .ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΑΛΑΤΩΝ . ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ COUVELAIRE ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ.ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΕΥΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ML ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΓΕΘΟΣ 20FR ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 60ML ΜΗΚΟΣ 42CM ΟΠΕΣ ΑΚΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ COUVELAIRE ΜΕΓΕΘΟΣ 22FR ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 70ML ΜΗΚΟΣ 42CM ΟΠΕΣ ΑΚΡΟΥ 2 ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ COUVELAIRE .	50	8,50 €	425,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
118	TEM	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ (ΘΗΚΑΡΙΑ).	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΘΗΚΑΡΙ) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΑΥΛΟ ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ (ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ),ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ,ΣΥΡΙΓΓΑ 5cc ,ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΙΚΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΚΡΑ, ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18Ga, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΜΑΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 6, 7, 8 & 8,5Fr ΜΕ ΜΗΚΟΣ 10cm .	20	25,50 €	510,00 €
119	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 5F.	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6	24,00 €	144,00 €
120	TEM	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 20	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ. .Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΔΗΛ. ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ Η ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ).ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 48 ΩΡΕΣ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Η ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ) Η ΤΑ ΜL/MIN ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ.ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK).ΝΟΥΜΕΡΑ: 20G	5000	0,128 €	640,00 €
121	TEM	ΦΛΕΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G24	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ. . Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΔΗΛ. ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ Η ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ). ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 48 ΩΡΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Η ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ) Η ΤΑ ΜL/MIN ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK) . ΝΟΥΜΕΡΑ: 24G	500	0,128 €	64,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
122	TEM	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ G 22	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Ο ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ. . Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΔΗΛ. ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ Η ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ). ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 48 ΩΡΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Η ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ) Η ΤΑ ΜΛ/ΜΙΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK). ΝΟΥΜΕΡΑ: 22G	5500	0,128 €	704,00 €
123	TEM	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΑ 6X8cm	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6X8 CM	700	0,07 €	49,00 €
124	TEM	ΛΑΣΤΙΧΟ RENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ RENROSE ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ LATEX ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 10-40MM ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1/4 , 1/2, 3/8 , 1" .	60	0,51 €	30,60 €
125	TEM	ΛΑΣΤΙΧΟ RENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ RENROSE ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ LATEX ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 10-40MM ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5/8 , 3/4 , 7/8 .	50	0,51 €	25,50 €
126	TEM	ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ No 10 ΕΩΣ 18	ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ TROCAR ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 5, 10, 15 & 20 CM ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ.	10	4,80 €	48,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
127	TEM	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ)ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ , ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ . ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ , ΣΑΝ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΜΙΚΥΡΤΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ. Ο ΣΩΛΙΝΙΣΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΧΗΡΗ ΣΧΙΣΜΗ -ΟΠΗ (ΑΚΡΟ)ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ <<ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ >>ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ,ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΟΥΡΕΤΤΑΣ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ <<ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ>> ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.	12	9,20 €	110,40 €
128	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ Νο 2 ΧΩΡΙΣ CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΧΩΡΙΣ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	10	1,80 €	18,00 €
129	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ Νο 2,5 ΧΩΡΙΣ CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΧΩΡΙΣ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	10	1,80 €	18,00 €
130	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4 ΜΕ 1CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	10	1,75 €	17,50 €
131	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4,5 ΜΕ 1 CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	10	1,75 €	17,50 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
132	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 5,5 ΜΕ 1 CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	10	1,75 €	17,50 €
133	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6 ΜΕ 1 CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	10	1,75 €	17,50 €
134	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6,5 με 1 CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	10	1,75 €	17,50 €
135	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 8,5 ΜΕ 1 CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	40	1,75 €	70,00 €
136	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 9 ΜΕ 1 CUFF	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ ΜΥΡΡΗΥ ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	20	1,75 €	35,00 €
137	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΝΟ 7	5	15,00 €	75,00 €
138	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΝΟ 7,5	5	15,00 €	75,00 €
139	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 8	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΝΟ 8	5	15,00 €	75,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
140	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΕ CUFF Νο 5	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟ ΜΕ CUFF, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΝΟ 5	2	56,30 €	112,60 €
141	ΤΕΜ	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 0 - Νο 1- Νο 2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΆΘΡΑΥΣΤΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ	30	0,5200 €	15,60 €
142	ΤΕΜ	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 3 Νο 4- Νο 5 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΆΘΡΑΥΣΤΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ	150	0,5200 €	78,00 €
143	ΤΕΜ	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ , ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.ΜΕΓΕΘΗ 6 , 7 , 8, 9.	20	1,40 €	28,00 €
144	ΜΕΤΡΟ	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ. ΡΟΛΟ 25ΜΕΤΡΩΝ.	300	0,50 €	150,00 €
145	ΤΕΜ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΑΦ Τ ΜΕ ΠΩΜΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ Ο2, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	20	0,48 €	9,60 €
146	ΤΕΜ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΨΙΛΟΝ ΡΥ	ΥΨΙΛΟΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ. ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΑ , ΝΕΡΟ , Η VACUUM , ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4, 6 , 8 , 10 ΚΑΙ 12ΜΜ.Η ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ -1 ΕΩΣ +12 BAR.Η ΘΕΡΜΑΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ -20 ΟC ΕΩΣ + 60 ΟC.	100	1,20 €	120,00 €
147	ΤΕΜ	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο 7, 8,9 .	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ :ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :ΝΥΣΤΕΡΙ ,ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΒΕΛΟΝΑ 14G,ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΑ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ J ,ΜΗΚΟΥΣ 40-50CM, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ,ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GRIGGS ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΕΙΑΣ ΣΕ 2 ΝΟΥΜΕΡΑ (8-9) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ CUFF ΑΠΟ PVC ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ,ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟ 7 , 8 , 9.	4	385,00 €	1.540,00 €
148	ΤΕΜ	ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60cc	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	2000	0,1460 €	292,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
149	TEM	ΣΥΡΙΓΓΑ 1ML ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	2000	0,0260 €	52,00 €
150	TEM	ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	17000	0,0619 €	1.052,30 €
151	TEM	ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	7000	0,0280 €	196,00 €
152	TEM	ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	45000	0,0372 €	1.674,00 €
153	TEM	ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	30000	0,0290 €	870,00 €
154	TEM	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (όχι τριχοειδικές) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 1ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G.	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 1ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G(0,6mm) ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 1" (25mm) ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΘΡΟΜΒΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΞΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥ ΑΚΡΟ (ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ). ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ GAMMA RADIATION, (SAL) ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 10-6 ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,01ML. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΙΝΟΛΗ) ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ CALCIUM-TITRATED LITHIUM HEPARINATE ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 60 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PH, Hct, Hb, Clu, Crea, BUN, ΗΛΕΚΡΟΛΥΤΕΣ (K, NA, ICA, CL,) ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΠΑΡΙΝΗΣ 30 I.U. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΡΘΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΑΡΘΗΡΙΑΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΦΟΡΕΑ) ΜΕ ΠΩΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΑ). ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.	500	1,155 €	577,50 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
155	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ G21	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ.	3500	0,01 €	35,00 €
156	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ G23 X1 ''	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ.	1000	0,011 €	11,00 €
157	ΤΕΜ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο21 (ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ- ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ SCALP-VEIN.BUTTERFLY 23G, 19G,21G,27G,25G. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΒΕΛΟΝΑΣ 19,5-9,5 ΧΙΛ.ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 30,5-10,2-20,3 ΕΚ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ & ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ.ΒΕΛΟΝΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕΔΙΠΛΗ ΚΟΝΤΗ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΖΕΥΓΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER LOCK ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ.	2000	0,04 €	80,00 €
158	ΤΕΜ	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 23 (ΜΠΛΕ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ- ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ SCALP-VEIN.BUTTERFLY 23G, 19G,21G,27G,25G. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΒΕΛΟΝΑΣ 19,5-9,5 ΧΙΛ. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 30,5-10,2-20,3 ΕΚ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ & ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ. ΒΕΛΟΝΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΟΝΤΗ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΖΕΥΓΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER LOCK ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ. ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2500	0,04 €	100,00 €
159	ΣΥΣΚ	ΒΕΛΟΝΕΣ PIC G 18	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PIC G-18, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ (ΑΝΑΡΡΟΔΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18G X 1 1/2''. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ	5	7,77 €	38,85 €

A/A	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
160	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ No26G x90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) No26G	25	3,50 €	87,50 €
161	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ No 25Gx90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) No25Gx90mm±5%	50	3,50 €	175,00 €
162	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ No 25G X 120mm±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) No 25G X 120mm.±5%	25	3,50 €	87,50 €
163	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ No 22G x 90mm ±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) No22Gx90mm±5%	25	3,50 €	87,50 €
164	TEM	ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT No 27G X90mm. ±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) No27Gx90mm±5%	25	3,50 €	87,50 €
165	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE No 25G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ	100	1,45 €	145,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
166	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 26G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ	25	1,45 €	36,25 €
167	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 23G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	25	1,45 €	36,25 €
168	TEM	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 22G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	25	1,45 €	36,25 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
169	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 22G X 120 ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος)	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	25	1,45 €	36,25 €
170	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 27G X90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ	50	1,45 €	72,50 €
171	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 25G X 110mm±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	50	1,45 €	72,50 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
172	ΣΕΤ	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ-ΥΠΑΡΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ .(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ ΔΕΗΡ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 1) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2) ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΟΗΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΥΟΗΥ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΑ 1ΕΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΧΕΡΩΣ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18G ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 80 Η 90ΜΜ, 3) ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, LATEX FREE ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ, Β) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΩΠΕΣ, Γ) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΑ 1ΕΚ (ΑΠΟ ΤΑ 5ΕΚ ΕΩΣ ΤΑ 20ΕΚ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 5,10,15,20ΕΚ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. Δ) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ, Ε) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER LOCK, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΑΦΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟ Ζ) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20G ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 90 Η 100ΕΚ 4) ΣΙΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20G, Β) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, Γ) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, Δ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 5) ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 0,2 ΜΜ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ, LUER LOCK (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ) ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	15	15,00 €	225,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
173	ΛΙΤΡΟ	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 1 LT	ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΜΕ 70%, ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΦ. ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ➤ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ➤ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΙΩΝ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ➤ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ➤ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 5 ΛΕΠΤΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. ➤ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΠΧ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE . ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΨΕΚΑΣΜΟΣ Η ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	250	4,80 €	1.200,00 €
174	ΛΙΤΡΟ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΧΛΩΡΙΟ Η' ΦΑΙΝΟΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT)	ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΛΩΡΙΟ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, ΑΛΔΕΫΔΕΣ , ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΚΑΛΕΑ, ΙΩΔΙΟΥΧΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΦΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ➤ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΡΗ ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΤΡΙΨΙΜΟ). ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (HBV, HIV), ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ➤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΧΠ ➤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	80	16,20 €	1.296,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
175	ΛΙΤΡΟ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2%	ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2% ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΛΠ. 1. ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ 2%. 3. ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ EN 13727 ΚΑΙ EN 14561, ΙΩΝ ΑΔΕΝΟ, ΡΟΛΙΟ, ΝΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ EN 14476 ΚΑΙ EN 17111, ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 17126. ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΤΟ. 4. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. 5. ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ Η ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. 6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. 7. ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 8. ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΝΕΡΓΟ-ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ Η ΕΧΕΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. 9. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ. 10. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 745/2017, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ CE. 11. ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 12. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: • ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ), • ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE • Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΟΦ, • Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Μ.Χ.Π./ΡΝC, • ΤΟ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, • ΤΑ ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ	60	5,50 €	330,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
176	ΛΙΤΡΟ	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ (PLEXIGLAS/ΜΑΚΡΟΛΟΝ), ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-MONITORS). ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ Η ΧΛΩΡΙΟ. ➤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΣ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΟΥΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ Η ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΣΜΟ Η ΜΕ ΗΠΙΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ (GRAM + ΚΑΙ GRAM -), ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΚΤΟΝΟ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 2 ΩΡΕΣ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, PVC, LINOLEUM, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΠΛΑΚΑΚΙ, ΥΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ, MONITORS, ΚΛΠ. ➤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ Η ΑΛΛΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ Ε.Μ.Χ.Π, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ ΚΑΙ ΚΕΣΗΜΑΝΣΗ. ➤ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. ➤ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΨΕΚΑΣΜΟΣ Η ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ▪ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ. ▪ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΝ PHASE 2, STEP 1 ΚΑΙ ΕΝ PHASE 2 STEP 2) Η ΜΕ ΤΕΣΤ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	100	10,50 €	1.050,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
177	ΤΕΜ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΈΩΣ 200ΤΕΜ)	ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΙΝΟΛΕΣ, ΑΛΔΕΪΔΕΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. ➤ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΙΩΝ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ. ➤ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ, ΜΟΝΙΤΟΡ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΠΕΡΧΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΡΟ, ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΚΛΠ.). ➤ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ (NON WOVEN). ➤ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 200ΤΜΧ. ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ FLEER TOP). ➤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΠΧ ➤ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	10000	0,041 €	410,00 €
178	ΤΕΜ	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ. ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO. ΜΕΓΕΘΗ: NO 10, NO11, NO15, NO 20, NO 22, NO 23	2000	0,12 €	240,00 €
179	ΤΕΜ	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. ΜΕΓΕΘΗ: NO 10, NO11, NO15, NO 20, NO 22, NO 23.	2000	0,03 €	60,00 €
180	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ-Λ 10mm	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ 20 CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΕΙΛΕΟΥ 10MM , ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ-ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΛΙΠ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΩΝ.	10	56,00 €	560,00 €
181	ΤΕΜ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ, L.	ΣΕΤ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Μ-Λ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟ , ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ WISAP ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ	1	600,00 €	600,00 €
182	ΤΕΜ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ Διαμέτρου 5mm.	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.	8	23,50 €	188,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
183	ΤΕΜ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ GRASPER 5mm.	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ GRASPER 5MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	8	31,50 €	252,00 €
184	ΤΕΜ	ΛΑΒΙΔΑ GRASPER ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Μ.Χ. 31εκ.	ΛΑΒΙΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 31CM ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ , ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	8	40,00 €	320,00 €
185	ΤΕΜ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1) ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5-11mm ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ V ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ,100MM ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 2) ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΜΕ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ , ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ V ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ , 100MM ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 3) 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM , ΜΕ 2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ) , ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20 ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΟΘΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΠ. 4) 1 ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΠΟΥ HASSON 5-12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ . 5) 1 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2 ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ) Μ.Χ. 5MM ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΣΚΕΛΗ. 6) 1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ 5MM . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΙΛΕΟ. 7) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (LATEX FREE) ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΑ , ΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΑΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕΟΥ ΕΝΘΕΣΗΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 190cc . ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 10MM . 8) 1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5MM ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ , ΘΥΡΙΔΩΤΗ , ΙΣΧΥΡΗ , ΑΤΑΥΜΑΤΙΚΗ , ΜΕ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ - 2 ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ . ΜΗΚΟΣ 31εκ. 9) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ 5MM ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ , ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΘΗΛΥΚΗ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ , ΜΗΚΟΣ 31 εκ.	8	720,00 €	5.760,00 €
186	ΤΕΜ	ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 86gr , ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ PVC. ΤΙΡ ΤΥΠΟΥ YANKAUER (6 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ) ΑΠΟ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ . ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 5mm, ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 35cm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 9.5 mm ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 6,4 mm, ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 3m.	8	40,00 €	320,00 €
187	ΤΕΜ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 35 ΑΓΚΤΗΡΩΝ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 35MM (ΠΑΧΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ).	200	2,95 €	590,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
188	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 60mm					
188.1	TEM	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΓΚΗΤΗΡΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 60MM. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	5	350,00 €	1.750,00 €
188.2	TEM	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΗΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60MM ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	5	105,00 €	525,00 €
189	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 80mm					
189.1	TEM	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΓΚΗΤΗΡΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 80MM. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	5	350,00 €	1.750,00 €
189.2	TEM	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΗΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 80MM ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	5	105,00 €	525,00 €
190	TEM	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ (ΟΠΤΙΚΕΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ	10	3,60 €	36,00 €
191	TEM	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ 400-450ML	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Β) ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΠΑΡΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΩΔΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Γ) ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ Δ) ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ Ε)ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ Η ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ. Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΣΤ)ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ζ)ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.400-450ML.	6	19,70 €	118,20 €
192	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 50cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	100	0,60 €	60,00 €
193	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	74	0,60 €	44,40 €
194	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	50	0,60 €	30,00 €
195	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	220	0,60 €	132,00 €
196	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	100	0,60 €	60,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
197	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	50	0,60 €	30,00 €
198	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	50	0,60 €	30,00 €
199	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	50	0,60 €	30,00 €
200	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΗΚΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ 150cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	0,52 €	49,92 €
201	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2 ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (40mm 90cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	148	0,65 €	96,20 €
202	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 3/0 75cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	48	2,10 €	100,80 €
203	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 2/0 75cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	48	1,10 €	52,80 €
204	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 2 75cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	48	2,60 €	124,80 €
205	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Νο 0 75 cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,10 €	105,60 €
206	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 6/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	20	0,75 €	15,00 €
207	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (30mm 150cm) ±5%LOOP	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	60	0,80 €	48,00 €
208	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (50mm 150cm) LOOP±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	0,57 €	54,72 €
209	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (90mm 100cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	116	0,42 €	48,72 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
210	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(60mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	2,30 €	220,80 €
211	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(50mm 90cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	116	0,51 €	59,16 €
212	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	348	0,31 €	107,88 €
213	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	148	0,48 €	71,04 €
214	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 45cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	360	0,50 €	180,00 €
215	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	270	0,50 €	135,00 €
216	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	68	0,50 €	34,00 €
217	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	63	0,50 €	31,50 €
218	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (NYLON) ΜΕ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΤΑΞΕΩΣ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ) ,ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΚ) 100, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ(ΧΙΛ) 90±5% Νο 2	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	48	1,30 €	62,40 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
219	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	260	0,62 €	161,20 €
220	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (50mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	116	0,62 €	71,92 €
221	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (30mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	68	0,55 €	37,40 €
222	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (40mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	68	0,55 €	37,40 €
223	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 100cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	12	1,80 €	21,60 €
224	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (31mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	216	1,90 €	410,40 €
225	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	36	2,00 €	72,00 €
226	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΘΕΙΑ(60mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,15 €	110,40 €
227	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	260	1,10 €	286,00 €
228	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 45cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	24	1,80 €	43,20 €
229	ΤΕΜ	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 40mm 70cm±5	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	24	1,65 €	39,60 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
230	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 1 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	68	1,60 €	108,80 €
231	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	148	1,12 €	165,76 €
232	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm) ±5%.	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	68	1,30 €	88,40 €
233	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 45cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	24	1,80 €	43,20 €
234	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ(22mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	100	1,12 €	112,00 €
235	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	48	1,36 €	65,28 €
236	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,10 €	105,60 €
237	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm-36mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	170	1,12 €	190,40 €
238	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	116	1,45 €	168,20 €
239	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,35 €	129,60 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
240	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	24	1,15 €	27,60 €
241	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 70cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	48	1,70 €	81,60 €
242	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	50	1,15 €	57,50 €
243	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	140	1,40 €	196,00 €
244	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ.	120	1,10 €	132,00 €
245	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 90cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	140	1,45 €	203,00 €
246	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 70cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	120	1,20 €	144,00 €
247	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 90cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	140	1,05 €	147,00 €
248	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 0 180cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,35 €	129,60 €
249	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 180cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,35 €	129,60 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
250	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2 180cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,35 €	129,60 €
251	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2/0 180cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	240	1,35 €	324,00 €
252	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 3/0 180cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,35 €	129,60 €
253	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2/0 26mm ±5% ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 75cm ΜΗΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	48	4,10 €	196,80 €
254	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 1 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 70cm) ±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ.	48	2,06 €	98,88 €
255	TEM	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (26mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ	48	1,10 €	52,80 €
256	TEM	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ (ΒΡΟΓΧΟΣ) ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ No 0	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ	10	69,30 €	693,00 €
257	TEM	ΡΑΜΜΑ RDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,42 €	136,32 €
258	TEM	ΡΑΜΜΑ RDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,52 €	145,92 €
259	TEM	ΡΑΜΜΑ RDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ No 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	96	1,52 €	145,92 €
260	TEM	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5mm ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 48mm 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30cm±5%	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	12	17,50 €	210,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
261	TEM	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΜΠΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔΟ LOOP (ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ) Νο 2/0	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	10	30,00 €	300,00 €
262	TEM	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 4,6cm±5%	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ , ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4,6 cm , ΑΠΌ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ,ΜΕ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ , 2 ΛΑΒΕΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΗΞΗΣ ΑΠΌ PGLA.	2	440,00 €	880,00 €
263	TEM	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 8,6 CM±5%	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ , ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 8,6 cm , ΑΠΌ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ,ΜΕ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ , 2 ΛΑΒΕΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΗΞΗΣ ΑΠΌ PGLA.	2	500,00 €	1.000,00 €
264	TEM	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 6,6 CM±5%	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ , ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6,6 cm , ΑΠΌ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ,ΜΕ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ , 2 ΛΑΒΕΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΗΞΗΣ ΑΠΌ PGLA.	3	440,00 €	1.320,00 €
265	TEM	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15εκ.ατ. ±5%	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ Η ΆΛΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. .ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ. Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Η ΆΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ..ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15	3	930,00 €	2.790,00 €
266	TEM	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 εκ.ατ. . ±5%	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ Η ΆΛΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. .ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ. Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Η ΆΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30	2	2.800,00 €	5.600,00 €
267	TEM	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 26X76 MM .	10000	0,012 €	120,00 €
268	TEM	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 200μl	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-200ML .	20000	0,004 €	80,00 €
269	TEM	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ 1000μl	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000Μl .	20000	0,005 €	100,00 €

A/A	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
270	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ					
270.1	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10ml, 16X100mm	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10 ML, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16X102MM .	10000	0,030 €	300,00 €
270.2	ΤΕΜ	ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16mm	ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16MM .	10000	0,009 €	90,00 €
271	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΩ					
271.1	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 1,6 mL ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 3,8% SODIUM CITRATE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9X120MM , 0,129M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ ΣΤΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΠΕΤΑΣ.	4000	0,270 €	1.080,00 €
271.2	ΤΕΜ	ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (για τα ανωτέρω σωληνάκια)	ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ) .	2	27,000 €	54,00 €
272	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΤΖΕΛ 8-10ml	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ	18000	0,095 €	1.710,00 €
273	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20μl	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20ML .	1	58,000 €	58,00 €
274	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100μl	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100ML .	1	58,000 €	58,00 €
275	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 50-200μl	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 50-200ML .	1	58,000 €	58,00 €
276	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 200-1000μl	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 200-1000ML .	1	58,000 €	58,00 €
277	ΤΕΜ	ΠΑΡΑΦΙΛΜ 15MX5CM±5%	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ.	30	5,100 €	153,00 €
278	ΤΕΜ	CHROMOAGAR ORIENTATION MEDIUM	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	1100	1,350 €	1.485,00 €
279	ΤΕΜ	CHROMOAGAR STREP B	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	750	1,600 €	1.200,00 €
280	ΤΕΜ	ΜΟΝΟ ΤΕΣΤ RAPID	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ (EBV) ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ RAPID TEST ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ	350	0,650 €	227,50 €
281	ΤΕΜ	MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ RAPID TEST	RAPID TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ FOB ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ.	250	0,540 €	135,00 €
282	ΤΕΜ	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ(1ml)	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ . ΣΥΣΚ. 10000ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ	20000	0,0092 €	184,00 €
283	ΤΕΜ	ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΗΨΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΣΤ.: 12X150MM. 2000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	1500	0,1500 €	225,00 €
284	ΤΕΜ	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΝΑΣ. ΔΙΑΣΤ.: 15 ΕΚΑΤ. ΣΥΣΚ. 100ΤΕΜ/ΠΑΚ.	2000	0,1520 €	304,00 €
285	ΤΕΜ	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 12X150 Χ/Λ. ΣΥΣΚ.100ΤΜΧ/ΚΟΥΤΙ.	2000	0,0450 €	90,00 €
286	ΤΕΜ	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 25,4X76,2MM (1''X3'') . ΣΥΣΚ. 50ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	6500	0,0140 €	91,00 €

A/A	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
287	TEM	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 24X60MM.	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X60MM. ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	4000	0,0070 €	28,00 €
288	TEM	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 22X22MM.	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22X22MM. ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	4000	0,0030 €	12,00 €
289	TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΩΝ 2 ml ΜΕ EDTA-K3	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΩΝ 2 ML ΜΕ EDTA-K3 ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤ. 13X75MM.	16500	0,0500 €	825,00 €
290	TEM	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 1:9	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 1:9 ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,8 ML Η 2,7 ML. ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	6500	0,0500 €	325,00 €
291	TEM	BLOOD AGAR	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ (COLUMBIA AGAR)	1500	0,52 €	780,00 €
292	TEM	MACONKEY AGAR 2	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ .	1500	0,70 €	1.050,00 €
293	TEM	BLOOD /MAC 2 CONKEY AGAR	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΟ.	1500	0,58 €	870,00 €
294	TEM	CHOCOLATE AGAR	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	700	0,65 €	455,00 €
295	TEM	CHAPMAN AGAR	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	700	0,54 €	378,00 €
296	TEM	SABOURAOU AGAR	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. SABOURAOURD DEXTROSE AGAR.	800	0,60 €	480,00 €
297	TEM	MUELLER HINTON II AGAR	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	80	0,60 €	48,00 €
298	TEM	GRAM ΧΡΩΣΗ	KIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ & GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ . BIOGRAM4 1250ML.	4	27,00 €	108,00 €
299	TEM	ELICOBACTER PYLORI RAPID TEST	RAPID TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ELICOBACTER PYLORI ΣΤΟ ΑΙΜΑ .(ΚΑΣΕΤΑ)	350	1,00 €	350,00 €
300	TEM	RPR SYPHILIS RAPID TEST	RAPID TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΗΣ (TREPONEMA PALLIDUM) (ΚΑΣΕΤΑ).	300	1,10 €	330,00 €
301	TEM	GIEMSA	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΣΥΣΚ.2,5LIT.	2	35,00 €	70,00 €
302	TEM	MAY GRUENWALD	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΚ.2,5LIT.	2	34,00 €	68,00 €
303	TEM	WIDAL SALMONELLA TH	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΤΥΡΗΙ-Η. ΣΥΣΚ. 5ML.	5	7,50 €	37,50 €
304	TEM	WIDAL SALMONELLA TO	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΤΥΡΗΙ-Ο. ΣΥΣΚ. 5ML	5	7,50 €	37,50 €
305	TEM	WIDAL SALMONELLA AO	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΤΥΡΗΙ-ΑΟ. . ΣΥΣΚ. 5ML.	5	7,50 €	37,50 €
306	TEM	WIDAL SALMONELLA BO	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΤΥΡΗΙ-ΒΟ. ΣΥΣΚ. 5ML.	5	7,50 €	37,50 €
307	TEM	WIDAL SALMONELLA AH	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΤΥΡΗΙ-ΑΗ. ΣΥΣΚ. 5ML.	5	7,50 €	37,50 €
308	TEM	WIDAL SALMONELLA BH	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΤΥΡΗΙ-ΒΗ. ΣΥΣΚ. 5ML.	5	7,50 €	37,50 €
309	TEM	BRUCELLA ABORTUS WRIGHT	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ BRUCELLA. ΣΥΣΚ. 5ML.	5	7,50 €	37,50 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
310	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ					
310.1	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12Χ75mm ΤΩΝ 5 ml	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ	6000	0,025 €	150,00 €
310.2	ΤΕΜ	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΤΩΝ 12Χ75 mm	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 12Φ	6000	0,0170 €	102,00 €
311	ΤΕΜ	ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 75mmx1,55mm (Χρώμα κόκκινο)	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΑΙΜΟΤΟΚΡΙΤΗ.	1200	0,025 €	30,00 €
312	ΤΕΜ	ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ	ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ	15	3,00 €	45,00 €
313	ΤΕΜ	ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ	ΥΓΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 4 -5ML	80	0,65 €	52,00 €
314	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-Α ΜΟΝΟΚΛΟΝΑΛ 10ml	ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	5	3,00 €	15,00 €
315	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-Β ΜΟΝΟΚΛΟΝΑΛ 10 ml	ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	5	3,00 €	15,00 €
316	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-D ΔΥΟΚΛΟΝΕ IGG/IGM 10 ml	ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ RHESUS	10	6,60 €	66,00 €
317	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ- HUMAN GLOBULIN 10 ml	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΜΜΕΣΗΣ COOMBS	15	19,00 €	285,00 €
318	ΤΕΜ	BOVINE ALBUMIN 30% 10 ml	ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	15	20,80 €	312,00 €
319	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-C	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	5	29,00 €	145,00 €
320	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-c	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	5	17,50 €	87,50 €
321	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-E	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	5	17,50 €	87,50 €
322	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-e - φαινότυπος	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	5	40,00 €	200,00 €
323	ΤΕΜ	ΑΝΤΙ-KELL	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	5	25,00 €	125,00 €
324	ΤΕΜ	TUERK'S SOLUTION ΦΙΑΛΗ (100 ml)	ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	2	54,00 €	108,00 €
325	ΤΕΜ	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ 100ML	2	35,00 €	70,00 €
326	ΤΕΜ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10μl	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ / 20 ΤΕΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .	20000	0,0165 €	330,00 €
327	ΤΕΜ	ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ Β-HGG ΣΤΑ ΟΥΡΑ (RAPID CASSETTE) .	400	0,23 €	92,00 €
328	ΤΕΜ	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΥΡΩΝ 11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ).	ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ URIT-50 & URIT-330 ΜΕ 11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ. ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, ΓΛΥΚΟΖΗ, ΚΕΤΟΝΗ, ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, ΛΕΥΚΩΜΑ ΡΗ, ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ. ΣΕ ΚΙΤ ΤΩΝ 100 TESTS. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 2 ΈΤΗ.	15	9,90 €	148,50 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
329	ΤΕΜ	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΖΑΧΧΑΡΟΥ	ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΧΧΑΡΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ. ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ. Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΟΛΙΣ Η ΤΑΙΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE . ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΤΟΝΩΝ. <u>ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΖΑΧΧΑΡΟΥ</u>	5000	0,052 €	260,00 €
330	ΤΕΜ	ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ TESTS STREP-A (Τεστ για τη διάγνωση του στρεπτόκοκκου-Α του ιού)	ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ TESTS STREP-A (Τεστ για τη διάγνωση του στρεπτόκοκκου-Α του ιού)	250	0,73 €	182,50 €
331	ΤΕΜ	ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ INFLUENZA A+B RAPID CASSETTE.	ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ INFLUENZA A+B RAPID CASSETTE.	500	0,77 €	385,00 €
332	ΤΕΜ	ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΗΚΟΣ 40CM ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.	30	0,72 €	21,60 €
333	ΤΕΜ	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	400	0,53 €	212,00 €
334	ΤΕΜ	ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΜΠΛΕ	ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΜΠΛΕ	300	0,15 €	45,00 €
335	ΣΥΣΚ.	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 1:200.000 Χ50 ΑΜΠ	ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ CARPOUL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	15	27,00 €	405,00 €
336	ΣΥΣΚ.	ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΤΩΝ 100ΤΕΜ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ	2	3,50 €	7,00 €
337	ΤΕΜ.	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΩΝ	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ	1	20,00 €	20,00 €
338	ΤΕΜ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΟ 4-5 ML)	1	30,00 €	30,00 €
339	ΤΕΜ	ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗ ΚΟΝΙΑ	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ 2 ΣΥΣΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤ. ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΟΝΗ 10G ΥΓΡΟ 7G ±10%	1	50,00 €	50,00 €
340	ΤΕΜ	ΦΡΕΖΕΣ ΑΕΡΟΤΟΡ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	ΦΡΕΖΑ ΤΡΟΧΟΛΙΝΘΟΣ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ- ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	15	2,00 €	30,00 €
341	ΤΕΜ	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΦΛΟΓΕΣ Νο 018	ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ FOOTBALL ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ	6	2,80 €	16,80 €
342	ΤΕΜ	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Νο 018	ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ	6	2,80 €	16,80 €
343	ΤΕΜ	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Νο 018	ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ	6	2,80 €	16,80 €
344	ΤΕΜ	ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΡΙΓΓΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ CARPULE ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	2	50,00 €	100,00 €
345	ΤΕΜ	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ	ΜΟUTH MIRROR ONE SIDE Νο 4 - ΚΑΤΟΠΤΡΟ RHODIUM (ΟΔΟΝΤ)	20	5,00 €	100,00 €

A/A	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
346	ΚΟΥΤΙ	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ ΚΟΥΤΙ 1000 ΔΙΣΚΙΩΝ	5	27,79 €	138,95 €
347	ΤΕΜ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ	ΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑ IVORY 5MM ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 1ΜΕΤΡ	5	6,00 €	30,00 €
348	ΤΕΜ	ΡΟΛΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΜΕ ΠΕΡΦΟΡΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ . ΜΗΚΟΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ. (ΡΟΛΟ) ΠΛΑΤΟΣ 30 ΕΚΑΤ.±10%	10	10,00 €	100,00 €
349	ΤΕΜ	ΒΕΡΝΙΚΙ ΦΘΟΡΙΟΥ	ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 20ML	2	20,00 €	40,00 €
350	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3	2	22,00 €	44,00 €
351	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3.5	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3.5	2	22,00 €	44,00 €
352	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β2	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β2	2	22,00 €	44,00 €
353	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β3	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β3	2	22,00 €	44,00 €
354	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β-Α3	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β-Α3	2	22,00 €	44,00 €
355	ΚΟΥΤΙ	Βελόνες αναισθησίας μιας χρήσης, αποστειρωμένες και σφραγισμένες με ετικέτα. 30G - 25mm για εμπότιση	ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	2	12,00 €	24,00 €
356	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN EM 1200B 215mm x30m	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN EM 1200B, ΣΕ ΡΟΛΟ 215MM X30M	15	5,00 €	75,00 €
357	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110x120μ. ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ 110MM X 20M	50	5,75 €	287,50 €
358	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CARDIOLIN H CARDIOSUNY 50X30 ΣΕ ΡΟΛΟ	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CARDIOLIN H CARDIOSUNY ΣΕ ΡΟΛΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50MMX30M	20	1,50 €	30,00 €
359	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΝΕΟΕCG T 180	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑΣ Η.Δ. ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΚΓ ΝΕΟΕCG T180 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20MX216MM	40	5,00 €	200,00 €
360	ΣΥΣΚ.	ΧΑΡΤΙ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ ΣΕ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	ΧΑΡΤΙ ΜΕΛΙΜΕΤΡΕ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 300 ΦΥΛΛΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210MMX297MM (A4)	10	40,00 €	400,00 €
361	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ MONITOR DRAGER 50mmx18m	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ MONITOR DRAGER, ΣΕ ΡΟΛΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:50MMX18M	20	3,00 €	60,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
362	ΤΕΜ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PADS II	ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PATZ II ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ AED PLUS ΚΑΙ AED PRO. ΤΑ ZOLL ZOLL STAT –PATZ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΜΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ZOLL STAT-PATZ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ PRECONNECT™ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ , ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SPEED PACT™ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΠΛΕΞΙΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PATZ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ZOLL STAT –ZOLL II ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ GEL ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ , ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ Η΄ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΖΕΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ STAT PATZ –ZOLL II ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE.	3	28,00 €	84,00 €
363	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ BENEHEART D3 MINDRAY	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΩΝ. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΚΓ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.ΥΨΗΛΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ. ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1,2 ΜΕΤΡΑ.	15	19,00 €	285,00 €
364	ΣΕΤ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32mm±5% - ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ EN-TRODE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 32mm±5% (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ENRAF NONIUS	20	2,60 €	52,00 €
365	ΣΕΤ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX50mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ EN-TRODE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5cm±5% (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ENRAF NONIUS	100	2,90 €	290,00 €
366	ΣΕΤ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX90mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ EN-TRODE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X9cm±5% (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ENRAF NONIUS	330	5,00 €	1.650,00 €
367	ΣΕΤ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 65 MM ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (Σετ 4 τεμ.)	Σφουγγαράκια στρογγυλά αναρρόφησης για ηλεκτροθεραπεία κατάλληλα για συσκευές ENRAF NONIUS 65 χιλ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	30	13,00 €	390,00 €
368	ΤΕΜ	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4mm	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4mm (ΕΝΗΛΙΚΩΝ).	100	0,10 €	10,00 €
369	ΤΕΜ	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5mm	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5mm (ΠΑΙΔΙΚΑ).	100	0,10 €	10,00 €
370	ΤΕΜ	ΣΥΡΜΑ ΡΙΝΟΒΡΟΓΧΟΥ 3,5mm	ΣΥΡΜΑ ΡΙΝΟΒΡΟΓΧΟΥ 3,5MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ . ΓΙΑ ΩΡΛ ΧΡΗΣΗ. (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)	60	0,48 €	28,80 €
371	ΤΕΜ	ΣΥΡΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΥ 4,5mm	ΣΥΡΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΥ 4,5MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΓΙΑ ΩΡΛ ΧΡΗΣΗ. (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)	60	0,6075 €	36,45 €
372	ΤΕΜ	ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,50mm	ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,50MM ΓΙΑ ΩΡΛ ΧΡΗΣΗ.(ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)	20	10,00 €	200,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
373	ΤΕΜ	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ.ΑΠΟΣΤ.	ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΞΥΛΙΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	6000	0,02 €	120,00 €
374	Kg	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ 78-84% CALCIUM HYDROXIDE, 2-4% SODIUM HYDROXIDE, 14-18 WATER, <0.1% ETHYL VIOLET ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ 2-4MM. Η ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EC 1907/2006. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ /ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ CO2 - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.	20	6,00 €	120,00 €
375	ΛΙΤΡΟ	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ	ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	30	4,50 €	135,00 €
376	ΤΕΜ	ΚΑΣΕΤΕΣ GEM PREMIER 3500 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΚΑΣΕΤΕΣ GEM PREMIER 3500 IQM PACK 150TESTS BG/HCT/LYTES/GLU/LAC	25	600,00 €	15.000,00 €
377	ΣΕΤ	ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT MDT-250081S	ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT MDT-250081S ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8Η ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Α) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΗ 200ML ELS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8 ΩΡΩΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 314626-100 MEDRON AG Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ES223 ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8 ΩΡΩΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 314081-000 MEDRON AG.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗ.	300	21,00 €	6.300,00 €
378	ΤΕΜ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ PSI	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ PSI ΜΗΚΟΥΣ 200 ΕΚ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗ.	1000	3,40 €	3.400,00 €
379	ΤΕΜ	ΣΑΚΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 120X60 ΠΑΙΔΩΝ	10	12,00 €	120,00 €
380	ΤΕΜ	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 30ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5ML	7.000	0,01 €	70,00 €
381	ΤΕΜ	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ. ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΠΕΡΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ. ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1.000ML	15000	0,0515 €	772,50 €
382	ΤΕΜ	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΑΡΚΑΣ SMART PFT USB	100	2,10 €	210,00 €
383	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI	300	0,65 €	195,00 €
384	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗ.	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PVC, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	30	0,38 €	11,40 €
385	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PVC, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	200	0,37 €	74,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
386	TEM	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΑΛΛΑΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΈΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1.80Μ.	50	0,50 €	25,00 €
387	TEM	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20cc	500	0,57 €	285,00 €
388	TEM	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20cc	300	0,64 €	192,00 €
389	TEM	ΜΑΣΚΑ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ.ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6CC .ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 2,10Μ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .	250	0,61 €	152,50 €
390	TEM	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ -ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 1,2,3,4,5	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ PVC. ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ). ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ SUFF. (NO 1, 2, 3, 4 , 5) ΑΠΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ.	5	22,50 €	112,50 €
391	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ					
391.1	TEM	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 ΟΔΩΝ Η ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΡΡΟΥ & ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3 ΟΡΡΩΝ Η ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΑ Η ΦΛΕΒΑ, ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΑ & ΕΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ. ΤΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΜΑΛΛΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.	10000	0,10 €	1.000,00 €
391.2	TEM	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ LUER LOCK	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ LUER LOCK ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	6000	0,011 €	66,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
392	TEM	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ latex free	ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,80-2Μ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ	400	0,22 €	88,00 €
393	TEM	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 100ml(Βαρελάκι)	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 100ml(Βαρελάκι)	1700	0,41 €	697,00 €
394	TEM	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ	ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 3Μ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ (20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ /ML). ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 15Μ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1,80 CM ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Υ. ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ LOCK. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	22000	0,13 €	2.904,00 €
395	TEM	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 150cm ±10%.	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΑΠΟ ΡΕ/PVC ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,5ΜΜ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4,0ΜΜ,ΜΕ ΑΚΡΑ LUER-LOCK ΑΡΣ-ΘΗΛ. ΓΙΑ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10KG/CM ² -145PSI. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX-FREE ,DEHP-FREE,ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 150CM.±10%.	200	0,23 €	46,00 €
396	TEM	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ). ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΡΟΥΘΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.	500	0,22 €	110,00 €
397	TEM	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 5Χ50εκ ±5%	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5,00Χ50ΕΚ	20	2,40 €	48,00 €
398	TEM	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 2,5Χ50εκ ±5%	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,5Χ50ΕΚ.	20	2,40 €	48,00 €
399	TEM	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,90Χ50εκ ±5%	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,90Χ50ΕΚ.	20	1,40 €	28,00 €
400	TEM	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,25Χ50εκ ±5%	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,25Χ50ΕΚ	20	1,40 €	28,00 €
401	TEM	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ (S-M-L)	ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK).	10	9,75 €	97,50 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
402	ΤΕΜ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (S-M-L-XL)	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S-M-L-XL	60	2,00 €	120,00 €
403	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ.	20	0,65 €	13,00 €
404	ΤΕΜ	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ , ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ . ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL	100	4,30 €	430,00 €
405	ΜΕΤΡΟ	ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA	ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ ,ΔΙΑΣΤΑ. 8ΧΙΛΙΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ 2 ΧΙΛΙΟ. ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ. ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ +200°C/-60°C.	50	3,30 €	165,00 €
406	ΤΕΜ	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΓΑΛΑ).	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL 11MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΣΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ.	50	20,000 €	1.000,00 €
407	ΤΕΜ	ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ GIMA	ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2L (ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL.)	2	50,000 €	100,00 €
408	ΤΕΜ	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗ 100% ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ,ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΕΡΑ , ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ 90ML , ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 1500ML . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ PVC ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 99.9999% ΚΑΙ ΙΩΝ ΚΑΤΑ 99.999%. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 14644-1-2015. ΘΥΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ , ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ LUER LOCK ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ .ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ≤2,8 MBAR ΣΤΑ 60L/MIN.ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (COMPLIANCE) ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΟΥ 1ML/MBAR. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ≤15ML/MIN ΣΤΑ 70 MBA. ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 28G.	200	3,00 €	600,00 €
409	ΤΕΜ	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡ-ΘΕΡ ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ / ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99,999% , ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Η ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ LATEX , ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ.	50	0,65 €	32,50 €
410	ΤΕΜ	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ / ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99,999% , ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Η ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ 2 ΤΥΠΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ.	200	0,65 €	130,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
411	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ 250-300cm	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ , ΜΗΚΟΥΣ 250-300CM . ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΘΗΛΥΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΡΥΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.	300	2,10 €	630,00 €
412	TEM	ΣΕΤ ΡΥΓΧΟΣ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2ΜΕΤΡΩΝ.	ΣΕΤ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.)	40	1,65 €	66,00 €
413	TEM	ΑΜΒΥ ΝΕΟΓΝΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ LIFESAVER ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ Η ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ.ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΑΝΕΙΣΠΟΝΗΣ.ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΣΚΟ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.	2	74,38 €	148,76 €
414	TEM	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ TEST-PAP	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΜΒΛΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ.	300	0,03 €	9,00 €
415	TEM	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ - ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	400	0,14 €	56,00 €
416	TEM	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΚΙΔΑ (ΑΜΝΙΟ ΗΟΟΚ),ΕΥΘΕΙΑ Η ΚΥΡΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ LATEX SILLICONE ΚΑΙ PVC, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΗΞΗ ΥΜΕΝΩΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ STANDARD ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 25CM. ± 10%	100	0,60 €	60,00 €
417	TEM	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (S,M,L)	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕΓΕΘΗ: SMALL 300TEM, MEDIUM 600TEM, LARGE 100TEM	1000	0,22 €	220,00 €
418	TEM	ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ	ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 250ML	2	7,80 €	15,60 €
419	TEM	ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ ROM PLUS	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ . Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ BUFFER ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΛΗΨΗΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ.ΤΟ TEST ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ Α ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ PP12 ΣΤΑ ΚΟΛΠΙΚΑ ΥΓΡΑ.ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΡΗΞΕΙΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ 99% ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 24-34.ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ.Ν ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 12ΩΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ.	6	17,00 €	102,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
420	TEM	ΣΥΚΙΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΚΙΩΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΞΗΣ.	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΕΝΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ,ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ (ΜΙΚΡΟΣ) ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΞΗΣ(TRACTION FORCE INDICATOR),ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ.Η ΟΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ (14ΚΙΛΩΝ) ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ CUP ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ.Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΡΕΡΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ,ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50ΜΜ,ΑΤΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.	5	55,00 €	275,00 €
421	TEM	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ B-BRAUN	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΠΩΜΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ. ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ(1ΜL = 20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 15 Μ ..ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ .ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ..ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PVC – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (DEHP FREE) ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 250CM ΆΚΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LUER-LOCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ .ΦΙΛΤΡΟ 3 Μ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ. > ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ: • ΥΓΡΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ /ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΑ • ΓΙΑ ΝΙΤΡΩΔΗ /ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ • ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΓΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ /ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ • ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ (PVC FREE ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 0,2 MM) • ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ • ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (PIGGYBACK) ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ CE MARK	100	3,40 €	340,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
422	TEM	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 275ML	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΓΚΟΥ 275ML ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΡΟΗΣ 2/4/6/8ML ΑΝΑ ΩΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΟΡΗΤΗ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΟΓΚΟ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 275ML ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΡΟΗ 2/4/6/8ML ΑΝΑ ΩΡΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΩΝ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ. Ο ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CLAMP), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ISO ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MDR). ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.	10	9,00 €	90,00 €
423	TEM	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXCELL400 McDSe	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ,ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 MCDSE .ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ Α.	150	4,50 €	675,00 €
424	TEM	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ F7805(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 MCDS).	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ F7805 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 25% ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ . ΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΓΩΓΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ . Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 MCDS	150	0,55 €	82,50 €
425	TEM	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ XL 400MCDS)	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΚΙΔΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.(ALSA XL400 MCDS)	150	0,90 €	135,00 €
426	TEM	ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70MM, +/-10% ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΦΙΛΤΡΟ	ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ. ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 0 - 90MM ΠΕΡΙΠΟΥ	1200	2,45 €	2.940,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
427	ΤΕΜ	ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΙ	ΜΕ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΙΤΙΜΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ. ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΈΩΣ 50MM ±10%.	10	6,90 €	69,00 €
428	ΤΕΜ	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ) PVC ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Ο ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2000ML ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ML. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΟΠΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑ ΟΥΡΑ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90CM , ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ) ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ . ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ.	500	0,20 €	100,00 €
429	ΤΕΜ	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΑΠΛΟΣ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ) PVC ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Ο ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2000ML ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ML. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΟΠΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑ ΟΥΡΑ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90CM , ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ) ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ. ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ	7000	0,145 €	1.015,00 €
430	ΤΕΜ	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	200	0,06 €	12,00 €
431	ΤΕΜ	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ (ΒΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ .	100	0,14 €	14,00 €
432	ΤΕΜ	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 100 ml	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΝΑ, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ,100ML±5%, ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΥΡΩΝ & ΠΤΥΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΛΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ.	3500	0,11 €	385,00 €
433	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ					
433.1	ΤΕΜ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Νο 18	Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Η ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ Η ΑΛΛΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ Η SIDE BY SIDE. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 13-24ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 11-14 FRENCH. ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΡΩΜΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΦΛΕΒΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΦΑΓΗΤΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ. ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕΤ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Α) ΕΝΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, Β) ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Γ) ΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΤΥΠΟΥ J ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Δ)ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ Ε) ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤ) ΕΝΑ ΝΥΣΤΕΡΙ ΣΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.	8	105,00 €	840,00 €
433.2	ΤΕΜ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ 10FR-14FR	ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)	5	20,00 €	100,00 €

Α/Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
433.3	ΤΕΜ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 0.38Χ70CM ±5%/ JFLEX , 38J , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	5	20,00 €	100,00 €
433.4	ΤΕΜ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 18G Χ 7CM ±5% ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)	5	10,00 €	50,00 €
434	ΤΕΜ	ΛΑΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	50	1,20 €	60,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές: Φύλλο Συμμόρφωσης

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ 10cmX4M ±10%	TEM	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΠΙΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ. ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 10 CMX4,5M ± 1CMX1M.	ΝΑΙ		
2	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 2(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	ΝΑΙ		
3	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 5(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	ΝΑΙ		
4	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 6(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	ΝΑΙ		
5	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 7(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	ΝΑΙ		
6	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 10(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΠΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΗΜΑΤΑ	ΝΑΙ		
7	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 20cmX2m ±10%	TEM	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ.ΝΑ ΥΓΡΑΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΤΑΧΥ ΧΡΟΝΟ	ΝΑΙ		
8	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 10cmX2m ±10%	TEM	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ.ΝΑ ΥΓΡΑΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΤΑΧΥ ΧΡΟΝΟ	ΝΑΙ		
9	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 15cmX2m ±10%	TEM	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΕΜΩΔΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ.ΝΑ ΥΓΡΑΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΤΑΧΥ ΧΡΟΝΟ	ΝΑΙ		
10	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 7,5cmX4,5m ±10%	TEM	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠ'Ο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	ΝΑΙ		
11	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10cmX4,5m±10%	TEM	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠ'Ο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	ΝΑΙ		
12	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 12,5cmX4,5m ±10%	TEM	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠ'Ο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
13	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 15cmX4,5m±10%	ΤΕΜ	ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ FIBERGLASS ΣΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ,ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΒΑΤΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗΣ.	ΝΑΙ		
14	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 15cm x 4m ±10%	ΤΕΜ	ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΥΣΜΟ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ.	ΝΑΙ		
15	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 10cm x 4m ±10%	ΤΕΜ	ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΥΣΜΟ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΝΑΙ		
16	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 12cm x 4m ±10%	ΤΕΜ	ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΝΥΣΜΟ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΝΑΙ		
17	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40 X 40CM (±5%)8PLY (ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ)	ΤΕΜ	ΥΨΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. ΈΤΟΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ - ΞΕΦΤΙΑ Η ΧΝΟΥΔΙΑ ΜΕ ΥΦΑΝΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΞΗ. ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΦΑΝΣΗ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥΧΑ Η ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ). ΜΕ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΚΛΩΣΤΩΝ/CM2 ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ GR/M2. ΜΕ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	ΝΑΙ		
18	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ διαστ.90cm x 100m ±5% (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)	ΜΕΤΡΑ	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ,ΠΛΑΤΟΥΣ 80CM ΜΕ 90CM,ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΑ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ, ΜΕ 1-3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ	ΝΑΙ		
19	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΠΑΚΕΤΟ 100m ±5%	ΜΕΤΡΑ	ΓΑΖΕΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ 90CM, ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΑ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ	ΝΑΙ		
20	ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm x 10cm ±10%	ΤΕΜ	ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΑΖΑ (ΤΥΠΟΥ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ IV) . ΈΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΑ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΧΟΥΝ ΚΛΩΣΤΕΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Γ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	ΝΑΙ		
21	ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ.	ΤΕΜ	ΛΩΡΙΔΕΣ ΓΑΖΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΗ. 5X5EK .±10%	ΝΑΙ		
22	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ	ΤΕΜ	ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ Η ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΥΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ.10X10CM±10%	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
23	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 8ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκΧ20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	ΤΕΜ	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ), ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ . 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10ΕΚ.Χ20 ΕΚ. ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	ΝΑΙ		
24	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 12ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκΧ20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	ΤΕΜ	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ Χ-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ), ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ . 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10ΕΚ.Χ20 ΕΚ. ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	ΝΑΙ		
25	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN) 10cm x 2,7m ±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ	ΝΑΙ		
26	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN) 15cm x 2,7m ±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΗ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ	ΝΑΙ		
27	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 25Χ10 CM±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
28	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ30 CM±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
29	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 15Χ9CM±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.	ΝΑΙ		
30	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ9CM±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
31	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ20 CM±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
32	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 10cm * 12cm±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ12CM±10%	ΝΑΙ		
33	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 6cm * 7cm±10%	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6Χ7CM±10%	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
34	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	ΝΑΙ		
35	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17,5εκΧ17,5εκ (±2εκ)	ΤΕΜ	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.3 .Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ,ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ,ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 17,5CMX17,5CM. (±2ΕΚ)	ΝΑΙ		
36	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cmX10cm ±2εκ	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ-ΥΠΕΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.5 Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ , ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΟΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ . 10CMX10CM.(±2ΕΚ)	ΝΑΙ		
37	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20εκΧ20εκ (±2εκ)	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ-ΥΠΕΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.5 Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ , ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΟΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ . 20CMX20CM.(±2ΕΚ)	ΝΑΙ		
38	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15εκΧ15εκ. (± 2εκ)	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ-ΥΠΕΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.5 Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ , ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΟΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ . 15CMX15CM.(±2ΕΚ)	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
39	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,5εκΧ12,5εκ.(±2εκ)	ΤΕΜ	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΠΥ Β.3 .Α)ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΦΡΩΔΗ ,ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ. ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ,ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 12,5CMX12,5CM.(±2ΕΚ)	ΝΑΙ		
40	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. 10X10cm(±2εκ)	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ. ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ $\geq 1\text{MG}/\text{CM}^2$	ΝΑΙ		
41	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15X15cm(±2εκ)	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ. ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ $\geq 1\text{MG}/\text{CM}^2$	ΝΑΙ		
42	ΤΟΛΥΠΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100τεμ) 3cm , 4cm .	ΤΕΜ	ΤΟΛΥΠΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ) ΑΠΟ ΓΑΖΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 14079:2003. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΛΟΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΛΕΥΚΑΝΣΕΩΣ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΚΤΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ .ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΟΥΝ . ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ , 3CM , 4CM .ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ.	ΝΑΙ		
43	ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ 3εκ(±1εκ)Χ44εκ(±5εκ).	ΤΕΜ	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΛΓΙΝΙΚΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΟΧΗ.ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3CM Χ44CM.	ΝΑΙ		
44	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ.ΜΕΤΑΞΙ 7,5 CMX10M .	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΞΕΝΙΑΣ ΥΦΗΣ, Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Η ΤΑΙΝΙΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΝΩΔΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7,5 CMX10M ± 1CMX1M.	ΝΑΙ		
45	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x76 mm STERi-STRIP ±10%	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 6,4X76MM	ΝΑΙ		
46	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x102 mm STERi-STRIP ±10%	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 6,4X102MM	ΝΑΙ		
47	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X1,5X2cm ±5%	ΤΕΜ	ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΡΒΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ. 8X1,5X2CM ±5%	ΝΑΙ		
48	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 10x1,5x2,5cm ±5%	ΤΕΜ	ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΡΒΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10X1,5X2,5CM±5%	ΝΑΙ		
49	STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ	ΤΕΜ	STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 75 %) ΣΕ ΞΗΡΑ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
50	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑ - ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ	ΤΕΜ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ .ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 5Χ7,5ΕΚ.±10%	ΝΑΙ		
51	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ SPONGOSTAN ANAL (ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗ)	ΤΕΜ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ .ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 30Χ80ΧΙΛ..±10%	ΝΑΙ		
52	ΣΠΟΓΓΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 80Χ50Χ10 ΠΕΡΙΠΟΥ +/- 10%	ΤΕΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80Χ50Χ10 ΜΜ ±10%.ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	ΝΑΙ		
53	ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 10Χ10Χ10χλ.±10%	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΕΣ	ΝΑΙ		
54	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	ΤΕΜ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚ΄Α, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΛΠ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ, ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ≤ 2 ΛΕΠΤΑ.	ΝΑΙ		
55	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ. 120Χ150cm±10% ΜΕ ΟΠΗ ΑΔΙΑΒΡ. ΑΠΟΣΤ. ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΜΕ ΟΠΗ.	ΝΑΙ		
56	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 75Χ75cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ ΜΙΑ ΧΡΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 3ΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 4-5CM.	ΝΑΙ		
57	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 150Χ180cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 3ΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 4-5CM	ΝΑΙ		
58	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) 38Χ45cm±10%	ΤΕΜ	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ .ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΚΑΙ Ρ.Ε. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.	ΝΑΙ		
59	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ90cm±10%	ΤΕΜ	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ .ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΚΑΙ Ρ.Ε. ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ.	ΝΑΙ		
60	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 50x75 cm±10% ΜΕ ΟΠΗ	ΤΕΜ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ NON WOVEN ΚΑΙ Ρ.Ε.. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
61	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ (160x210εκ±5%)	ΤΕΜ	ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	ΝΑΙ		
62	ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΒΑΤΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕ ΡΟΛΟ (50cmx50m±5%)	ΤΕΜ	ΡΟΛΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ (BOX), ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ (100% ΚΑΘΑΡΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ), ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΜΕ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ.	ΝΑΙ		
63	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 90 εκ. ±10% Μ.Χ.	ΤΕΜ	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ & ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΙΒΟΥΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΧΝΟΥΔΙ. Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.	ΝΑΙ		
64	ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ (115x45εκ)±10%	ΤΕΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 115ΕΚ Χ 45ΕΚ	ΝΑΙ		
65	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80Χ150±10%	ΤΕΜ	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ NON-WONEN +ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΙΛΜ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 80Χ150CM	ΝΑΙ		
66	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	ΤΕΜ	ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ 150*240ΕΚ. ±10%	ΝΑΙ		
67	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	ΤΕΜ	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ 14εκ. ΠΡΟΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ 12ML ΓΕΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ , ΚΛΙΠ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ , ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25χλ (±5 χιλ)Χ11χλ (±1 χιλ)Χ1μ	ΝΑΙ		
68	ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	ΤΕΜ	ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAP , ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 4LT/M ² ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΛΑΤΕΧ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 220KG ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΠΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 140Χ230CM±10%. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ. ABXL-THERMO EV.	ΝΑΙ		
69	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΗΠΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ, 14Χ250cm±5%, ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΑΚΡΗ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
70	ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΕΜ	ΤΟ ΥΛΙΚΟ TRIPLEX NON WOVEN ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ: 1)ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ,ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 2)ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ. 3)ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ: 1)ΥΦΑΣΜΑ TRIPLEX NON WOVEN. 2)ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΠΗ ΣΤΗ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΟΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗ ΧΩΡΑ. 3)ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΚΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. 4)ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ 2 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΛΙΘΟΥ. 5)ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. 6)ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ. 7)ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΑΚΤΥΛΟΘΗΚΗ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ. 8)ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ. 9)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150/200Χ240CM. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 5ΕΚ. ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ NON WOVEN ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΛΟΓΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ .ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΤΕΧ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	ΝΑΙ		
71	ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ	ΤΕΜ	1)ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 330Χ224ΕΚ.2)ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ. 3)ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΟΘΟΝΙΟ,42Χ 32ΕΚ. 4)ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 5)ΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.6)ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ VELCRO. 7)ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΩ / ΡΑΜΠΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.8)ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ. 9)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. 10)ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. 11)Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.12)ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΤΕΧ.13)ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	ΝΑΙ		
72	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ C-ARM ΜΕ ΚΛΙΠ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM ΟΕC BRIVO785 (GE)	ΝΑΙ		
73	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟ	ΤΕΜ	ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CREPE) ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 100Χ100 εκατοστά ±10%	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
74	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 90mmX260mm ±5%	ΤΕΜ	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 90ΜΜ Χ 260ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α)ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β)Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	ΝΑΙ		
75	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 300mm X 470mm ±5%	ΤΕΜ	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 300ΜΜ Χ 470ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α)ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β)Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	ΝΑΙ		
76	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 250mm X 430mm ±5%	ΤΕΜ	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 250ΜΜ Χ 430ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α)ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β)Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	ΝΑΙ		
77	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 200mm * 350mm ±5%	ΤΕΜ	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 200ΜΜ * 350ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α)ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β)Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	ΝΑΙ		
78	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 130mm X 360mm ±5%	ΤΕΜ	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 130ΜΜ * 360ΜΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α)ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β)Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
79	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 100mm Χ300mm ±5%	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 100MM * 300MM ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α)ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β)Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	ΝΑΙ		
80	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 150mm Χ300mm±5%	TEM	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 150MM Χ 300MM ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Α)ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ Β)Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γ)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.	ΝΑΙ		
81	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΤΕΜΑΧΙΟ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	TEM	ΚΑΛΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ, SMALL, MEDIUM LARGE	ΝΑΙ		
82	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, , ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΑ ΟΛΟΓΥΡΑ, ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE	ΝΑΙ		
83	ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	TEM	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	ΝΑΙ		
84	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΝΑΥΛΟΝ Μ.Χ.	TEM	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ ,NYLON.	ΝΑΙ		
85	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ.Νο 6,5 - 8,5-ΖΕΥΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΖΕΥΓΟΣ	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΜΥΛΟ (ΤΑΛΚ). ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΙΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ (ΜΕΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ 300 MM). ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΠΕΣ. ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙ / ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΑΝΤΙ. ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΑΝΤΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ). ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.	ΝΑΙ		
86	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Νο 7,5, Νο 8 , Νο 8,5.	ΖΕΥΓΟΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΕΩΣ 40%) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΦΗΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΚΟΥΡΟ LATEX ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ,ΙΣΤΟΥΣ .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ WET DONNING ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ.ΝΟ 7,5 , ΝΟ 8 , ΝΟ 8,5.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
87	ΜΑΣΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Ή ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΛΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.	ΝΑΙ		
88	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 Ή ΚΝ95	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2/ΚΝ 95 ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ.	ΝΑΙ		
89	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM	ΤΕΜ	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM	ΝΑΙ		
90	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ LATEX Νο 14-24, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC Η LATEX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΜΕΓΕΘΗ 14 ΕΩΣ 24 CH.	ΝΑΙ		
91	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ LATEX Νο 8, Νο 10 και Νο 12 ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC Η LATEX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΝΟ 8, ΝΟ 10 ΚΑΙ ΝΟ 12.	ΝΑΙ		
92	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 3 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC Η LATEX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ CH.	ΝΑΙ		
93	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY, ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 8, Νο 10, Νο 12 Νο 14 Νο 16 Νο 18 Νο 20, Νο 22, Νο 24.	ΤΕΜ	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2 WAY, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ LUER ΚΑΙ LUER – LOCK ΑΚΡΟ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ CH.	ΝΑΙ		
94	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 8Fr	ΤΕΜ	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ : 45 CM Η 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	ΝΑΙ		
95	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 14Fr	ΤΕΜ	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ : 45 CM - 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
96	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 16Fr	TEM	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ :45 CM -60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	ΝΑΙ		
97	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 18Fr	TEM	ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΚΟΣ :45 CM - 60 CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Η ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΆΚΡΟ : ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	ΝΑΙ		
98	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.	TEM	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΠΑΓΙΔΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ).ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΤ ΠΡΟΩΡΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΟ :ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 25ML, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ,ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ P.V.C. NO 6-10,ΑΚΤΙΝΙΣΚΙΕΡΟΥΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥΣ , ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, LATEX FREE &DEHP FREE.	ΝΑΙ		
99	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΑΠΟ PVC No 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.	TEM	ΤΥΠΟΥ ΝΕΛΑΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΙΚΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΕΥΡΕΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.	ΝΑΙ		
100	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΑΠΟ PVC No 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.	TEM	ΤΥΠΟΥ ΤΙΕΜΑΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΙΚΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΡΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΕΥΡΕΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ 40ΕΚ.	ΝΑΙ		
101	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 20CM	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ	ΝΑΙ		
102	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 8CH , 10CH , 12CH .	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ.	ΝΑΙ		
103	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 14CH	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ.	ΝΑΙ		
104	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 16CH	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
105	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 18CH	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE). ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ	ΝΑΙ		
106	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 18,20,22,24 .	TEM	ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΙΚΟ ,ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΜΕ ΕΥΡΕΙΣ ΟΠΕΣ.	ΝΑΙ		
107	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 3WAY -ΤΥΠΟΥ SEGSTAKEN BLAKEMORE. Νο 16 κ" Νο 18	TEM	ΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ 120ΕΚ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΘΟΛΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ , ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 400-500ML ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45MM HG	ΝΑΙ		
108	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3-WAY DUFOUR ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 16 Νο 18 Νο 20 Νο 22	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3WAY DUFOUR ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ .ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ LUER Η LUER LOCK ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ .ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ML ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16CH ΕΩΣ 24 CH ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 40, 50, 60, 70, ΕΩΣ 80CC ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 41CM. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , LATEX FREE.	ΝΑΙ		
109	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER .	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ PEZZER ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ LATEX, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΟ NO 14 ΕΩΣ 36 .	ΝΑΙ		
110	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ -Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Νο 3, 4, 5, 6, 7, 8.	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ - Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ .	ΝΑΙ		
111	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ	TEM	ΑΠΟ PVC ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΗ ΜΥΤΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5ΕΚ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 32	ΝΑΙ		
112	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ STRIPERS ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ	TEM	ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ,ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ , ΜΗΚΟΥΣ 95-100CM ΠΕΡΙΠΟΥ , ΜΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΙ 3 ΕΛΑΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ . ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ.	ΝΑΙ		
113	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY - TIEMAN 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 12, Νο 14, Νο 16, Νο 18 FR.	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY2 WAY -TIEMAN,ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML.ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ Ε'ΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ LUER Η LUER-LOCK ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Ο ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ TIEMAN.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ ΑΛΑΤΩΝ.ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ML ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ .ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ LATEX FREE.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
114	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 4, Νο 4,8 , Νο 6, Νο 7. (ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ)	TEM	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ ΡΕΒΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΗΚΟΥΣ 74CM ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ,ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5 CM ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. NO 4, NO 4,8 , NO 6, NO 7.	ΝΑΙ		
115	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 4, Νο 4,8 , Νο 6, Νο 7. (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ)	TEM	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΠΟ ΡΕΒΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΗΚΟΥΣ 74CM ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ,ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5 CM ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. NO 4, NO 4,8 , NO 6, NO 7.	ΝΑΙ		
116	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ)	TEM	ΤΥΠΟΥ Υ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΕ 2 ΡΥΓΧΗ, ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΟΓΚΩΝ ΥΓΡΩΝ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ LATEX	ΝΑΙ		
117	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SILICONE FOLLEY 3-WAY COUVELAIRE Fr 20 και Fr 22. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 173900.	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3 WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ LUER Η LUER -LOCK , ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ .ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΑΛΑΤΩΝ .ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ COUVELAIRE ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ.ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ , ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ML ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΓΕΘΟΣ 20FR ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 60ML ΜΗΚΟΣ 42CM ΟΠΕΣ ΑΚΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ COUVELAIRE ΜΕΓΕΘΟΣ 22FR ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 70ML ΜΗΚΟΣ 42CM ΟΠΕΣ ΑΚΡΟΥ 2 ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΥ COUVELAIR .	ΝΑΙ		
118	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ (ΘΗΚΑΡΙΑ).	TEM	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΘΗΚΑΡΙ) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΑΥΛΟ ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ (ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ),ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ,ΣΥΡΙΓΓΑ 5CC ,ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΙΚΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΚΡΑ, ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18GA, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΜΑΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 6, 7, 8 & 8,5FR ΜΕ ΜΗΚΟΣ 10CM .	ΝΑΙ		
119	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 5F.	TEM	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
120	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 20	TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΔΗΛ. ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ Η ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ). ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 48 ΩΡΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Η ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ) Η ΤΑ ML/MIN ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK). ΝΟΥΜΕΡΑ: 20G	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
121	ΦΛΕΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G24	TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΔΗΛ. ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ Η ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ). ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 48 ΩΡΕΣ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Η ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ) Η ΤΑ ΜL/MIN ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ. ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK) . ΝΟΥΜΕΡΑ: 24G	ΝΑΙ		
122	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 22	TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Η ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΣ. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΔΗΛ. ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ Η ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ).ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 48 ΩΡΕΣ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Η ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ) Η ΤΑ ΜL/MIN ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ.ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK).ΝΟΥΜΕΡΑ: 22G	ΝΑΙ		
123	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6X8cm	TEM	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6X8 CM	ΝΑΙ		
124	ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΕΝΡΟΣΕ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.	TEM	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΡΕΝΡΟΣΕ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ LATEX ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 10-40MM ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1/4 , 1/2, 3/8 , 1" .	ΝΑΙ		
125	ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΕΝΡΟΣΕ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ.	TEM	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΡΕΝΡΟΣΕ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ LATEX ΜΗΚΟΥΣ 45CM ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 10-40MM ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5/8 , 3/4 , 7/8 .	ΝΑΙ		
126	ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο 10 ΕΩΣ 18	TEM	ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ TROCAR ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 5, 10, 15 & 20 CM ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
127	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ)ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ , ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ . ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ , ΣΑΝ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΜΙΚΥΡΤΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ. Ο ΣΩΛΙΝΙΣΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΧΗΡΗ ΣΧΙΣΜΗ -ΟΠΗ (ΑΚΡΟ)ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ <<ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ >>ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ,ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΟΥΡΕΤΤΑΣ.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ <<ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ>> ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.	ΝΑΙ		
128	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ No 2 ΧΩΡΙΣ CUFF	ΤΕΜ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΧΩΡΙΣ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
129	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ No 2,5 ΧΩΡΙΣ CUFF	ΤΕΜ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΧΩΡΙΣ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
130	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 4 ΜΕ 1CUFF	ΤΕΜ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
131	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 4,5 ΜΕ 1 CUFF	ΤΕΜ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
132	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 5,5 ΜΕ 1 CUFF	ΤΕΜ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
133	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6 ΜΕ 1 CUFF	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15ΜΜ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
134	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6,5 με 1 CUFF	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15ΜΜ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
135	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 8,5 ΜΕ 1 CUFF	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15ΜΜ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
136	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 9 ΜΕ 1 CUFF	TEM	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ CUFF ΚΑΙ CULT ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΕΚ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ LATEX FREE. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΗ MURPHY ΕΥΕ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15ΜΜ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ.	ΝΑΙ		
137	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΝΟ 7	ΝΑΙ		
138	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΝΟ 7,5	ΝΑΙ		
139	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 8	TEM	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ. ΝΟ 8	ΝΑΙ		
140	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΕ CUFF Νο 5	TEM	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ- ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟ ΜΕ CUFF, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΡΑΧΕΙΣΤΟΜΙΑ ΝΟ 5	ΝΑΙ		
141	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 0 - Νο 1- Νο 2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΆΘΡΑΥΣΤΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
142	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 3 Νο 4- Νο 5 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΆΘΡΑΥΣΤΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ.ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟ	ΝΑΙ		
143	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ , ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΞΟΤΟΜΗΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.ΜΕΓΕΘΗ 6 , 7, 8, 9.	ΝΑΙ		
144	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	ΜΕΤΡΟ	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ. ΡΟΛΟ 25ΜΕΤΡΩΝ.	ΝΑΙ		
145	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΑΦ Τ ΜΕ ΠΩΜΑ	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ Ο2, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	ΝΑΙ		
146	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΨΙΛΟΝ ΡΥ	ΤΕΜ	ΥΨΙΛΟΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ. ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΑ , ΝΕΡΟ , Η VACUUM, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4, 6 , 8 , 10 ΚΑΙ 12ΜΜ.Η ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ -1 ΕΩΣ +12 BAR.Η ΘΕΡΜΑΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ -20 ΟC ΕΩΣ + 60 ΟC.	ΝΑΙ		
147	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο 7, 8,9 .	ΤΕΜ	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ :ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :ΝΥΣΤΕΡΙ ,ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΒΕΛΟΝΑ 14G,ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΑ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ J ,ΜΗΚΟΥΣ 40-50CM, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ,ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GRIGGS ΜΕ ΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΜΑ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΕΙΑΣ ΣΕ 2 ΝΟΥΜΕΡΑ (8-9) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ CUFF ΑΠΟ PVC ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ,ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΟ 7 , 8 , 9.	ΝΑΙ		
148	ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60cc	ΤΕΜ	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	ΝΑΙ		
149	ΣΥΡΙΓΓΑ 1ML ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	ΤΕΜ	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	ΝΑΙ		
150	ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	ΤΕΜ	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	ΝΑΙ		
151	ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	ΤΕΜ	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	ΝΑΙ		
152	ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	ΤΕΜ	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ>>.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
153	ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	TEM	ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α6 6404 ΔΙΣ (ΦΕΚ 681/Τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»>.	ΝΑΙ		
154	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (όχι τριχοειδικές) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 1ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G.	TEM	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΡΟΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 1ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G(0,6MM) ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 1" (25MM) ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΘΡΟΜΒΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΞΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3 ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥ ΑΚΡΟ (ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ). ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΓΑΜΜΑ RADIATION, (SAL) ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 10-6 ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 0,01ML. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΙΝΟΛΗ) ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ CALCIUM-TITRATED LITHIUM HEPARINATE ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ , ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 60 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PH , HCT, HB, CLU, CREA, BUN, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (K, NA, ICA, CL,) ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΠΑΡΙΝΗΣ 30 I.U. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΦΟΡΕΑ) ΜΕ ΠΩΜΑ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ . ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΑ). ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.	ΝΑΙ		
155	ΒΕΛΟΝΕΣ G21	TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ.	ΝΑΙ		
156	ΒΕΛΟΝΕΣ G23 X1 ''	TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ.	ΝΑΙ		
157	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο21 (ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	TEM	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ- ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ SCALP-VEIN.BUTTERFLY 23G, 19G,21G,27G,25G. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΒΕΛΟΝΑΣ 19,5-9,5 ΧΙΛ. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 30,5-10,2-20,3 ΕΚ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ & ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ. ΒΕΛΟΝΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΟΝΤΗ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΖΕΥΓΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER LOCK ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ. ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ .	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
158	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 23 (ΜΠΛΕ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ- ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ SCALP-VEIN.BUTTERFLY 23G, 19G,21G,27G,25G. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΒΕΛΟΝΑΣ 19,5-9,5 ΧΙΛ. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΣΩΛΗΝΑ 30,5-10,2-20,3 ΕΚ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ & ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ. ΒΕΛΟΝΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΟΝΤΗ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΖΕΥΓΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER LOCK ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ. ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΝΑΙ		
159	ΒΕΛΟΝΕΣ PIC G 18	ΣΥΣΚ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PIC G-18, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ (ΑΝΑΡΡΟΔΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18G X 1 1/2''. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ	ΝΑΙ		
160	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο26G x90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) NO26G	ΝΑΙ		
161	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25Gx90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) NO25GX90MM±5%	ΝΑΙ		
162	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25G X 120mm±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) NO 25G X 120MM.±5%	ΝΑΙ		
163	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 22G x 90mm ±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) NO22GX90MM±5%	ΝΑΙ		
164	ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT Νο 27G Χ90mm. ±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (PENCIL POINT) NO27GX90MM±5%	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
165	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 25G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ	ΝΑΙ		
166	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 26G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ	ΝΑΙ		
167	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 23G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
168	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE No 22G X 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	ΝΑΙ		
169	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE No 22G X 120 ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος)	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	ΝΑΙ		
170	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE No 27G X90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΟΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
171	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 25G X 110mm±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείματος).	ΤΕΜ	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΕΜΝΕΙ ΤΙΣ ΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,LATEX FREE. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΘΥΣΗ ΤΗΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΓΙΩΝ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ (ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΗΣ (ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΓΙΑ ΩΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΟ.	ΝΑΙ		
172	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ-ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ .(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	ΣΕΤ	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ ΔΕΗΡ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 1) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 2) ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΟΗΥ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΥΟΗΥ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΑ 1ΕΚ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΧΕΡΩΣ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18G ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 80 Η 90ΜΜ, 3) ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, LATEX FREE ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ, Β) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΩΠΕΣ, Γ) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΑ 1ΕΚ (ΑΠΟ ΤΑ 5ΕΚ ΕΩΣ ΤΑ 20ΕΚ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 5,10,15,20ΕΚ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. Δ) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ, Ε) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER LOCK, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΑΦΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟ Ζ) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20G ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 90 Η 100ΕΚ 4) ΣΙΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20G, Β) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, Γ) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, Δ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 5) ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 0,2 ΜΜ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ, LUER LOCK (ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ) ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
173	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 1 LT	ΛΙΤΡΟ	ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΜΕ 70%, ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΦ. ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ➤ ΈΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ➤ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΙΩΝ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ➤ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ➤ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 5 ΛΕΠΤΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. ➤ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΠΧ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΨΕΚΑΣΜΟΣ Η ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	ΝΑΙ		
174	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΧΛΩΡΙΟ Η' ΦΑΙΝΟΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT)	ΛΙΤΡΟ	ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΛΩΡΙΟ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ, ΑΛΔΕΫΔΕΣ, ΚΑΥΣΤΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΑΛΚΑΛΕΑ, ΙΩΔΙΟΥΧΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΦΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ➤ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΡΗ ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΘΕΙΡΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΤΡΙΨΙΜΟ). ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (HBV, HIV), ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ➤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΧΠ ➤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
175	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2%	ΛΙΤΡΟ	ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2% ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΛΠ. 1. ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ 2%. 3. ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ EN 13727 ΚΑΙ EN 14561, ΙΩΝ ΑΔΕΝΟ, ΡΟΛΙΟ, ΝΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ EN 14476 ΚΑΙ EN 17111, ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 17126. ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ. 4. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. 5. ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ Η ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. 6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. 7. ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 8. ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΝΕΡΓΟ-ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ Η ΕΧΕΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. 9. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ. 10. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 745/2017, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ CE. 11. ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 12. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: • ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ), • ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE • Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΟΦ, • Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Μ.Χ.Π./ΡNC, • ΤΟ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, • ΤΑ ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
176	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	ΛΙΤΡΟ	ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ (PLEXIGLAS/ΜΑΚΡΟΛΟΝ), ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-MONITORS). ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΔΕΥΔΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ Η ΧΛΩΡΙΟ. ➤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΜΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΣ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΟΥΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. ➤ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ Η ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΣΜΟ Η ΜΕ ΗΠΙΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ (GRAM + ΚΑΙ GRAM -), ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ (HBV, HIV, HCV, ROTA) ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΚΤΟΝΟ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 2 ΩΡΕΣ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, PVC, LINOLEUM, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΠΛΑΚΑΚΙ, ΥΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ, MONITORS, ΚΛΠ. ➤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ Η ΑΛΛΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΔΟΧΕΙΟ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ Ε.Μ.Χ.Π, ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΟΦ ΚΑΙ CΕΣΗΜΑΝΣΗ. ➤ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝΦΟΡΕΩΝ. ➤ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΦΟΣΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΨΕΚΑΣΜΟΣ Η ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ▪ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΥ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ. ▪ ΟΙ ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΝ PHASE 2, STEP 1 ΚΑΙ ΕΝ PHASE 2 STEP 2) Η ΜΕ ΤΕΣΤ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
177	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΉΩΣ 200ΤΕΜ)	ΤΕΜ	ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΑΙΝΟΛΕΣ, ΑΛΔΕΪΔΕΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. ➤ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΙΩΝ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ. ➤ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΩΣ 5 ΛΕΠΤΑ. ➤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ, ΜΟΝΙΤΟΡ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΚΕΦΑΛΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΡΟ, ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΚΛΠ.). ➤ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ (NON WOVEN). ➤ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 200ΤΜΧ. ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ FLEET TOP). ➤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΜΠΧ ➤ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΑΠΥ)	ΝΑΙ		
178	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ. ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΛΑΜΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO. ΜΕΓΕΘΗ: NO 10, NO11, NO15, NO 20, NO 22, NO 23	ΝΑΙ		
179	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	ΤΕΜ	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΝΘΡΑΚΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. ΜΕΓΕΘΗ: NO 10, NO11, NO15, NO 20, NO 22, NO 23.	ΝΑΙ		
180	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ-L 10mm	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ Μ.Χ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ 20 CLIPS ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΕΙΛΕΟΥ 10MM , ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΑΙΟ-ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΛΙΠ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΩΝ.	ΝΑΙ		
181	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ , L.	ΤΕΜ	ΣΕΤ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Μ-L ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟ , ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ WISAP ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ	ΝΑΙ		
182	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ Διαμέτρου 5mm.	ΤΕΜ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.	ΝΑΙ		
183	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ GRASPER 5mm.	ΤΕΜ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ GRASPER 5MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
184	ΛΑΒΙΔΑ GRASPER ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Μ.Χ. 31εκ.	ΤΕΜ	ΛΑΒΙΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 31cm ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ , ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΗ .ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
185	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	ΤΕΜ	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1)ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5-11mm ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ V ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ, 100MM ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 2)ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΜΕ 2 ΚΑΝΟΥΛΕΣ, ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ V ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΚΟΠΗΣ, 100MM ΡΑΒΔΩΤΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 3)1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM, ΜΕ 2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ), ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20 ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΟΘΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΠ. 4)1 ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΠΟΥ HASSON 5-12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ CO2 ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 5)1 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2 ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ) Μ.Χ. 5MM ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΩΤΑ ΣΚΕΛΗ. 6)1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ 5MM. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΙΛΕΟ. 7)ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (LATEX FREE) ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΑ, ΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΑΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕΟΥ ΕΝΘΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 190cc. ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 10MM. 8)1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 5MM ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ, ΘΥΡΙΔΩΤΗ, ΙΣΧΥΡΗ, ΑΤΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΜΕ 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ- 2 ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΗΚΟΣ 31εκ. 9)ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ 5MM ΠΛΗΡΩΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΘΗΛΥΚΗ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΜΗΚΟΣ 31 εκ.	ΝΑΙ		
186	ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 86gr , ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ PVC. ΤΙΡ ΤΥΠΟΥ YANKAUER (6 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ) ΑΠΟ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ . ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 5mm, ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 35cm, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 9.5 mm ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 6,4 mm, ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 3m.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
187	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 35 ΑΓΚΤΗΡΩΝ	ΤΕΜ	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 35ΜΜ (ΠΑΧΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ).	ΝΑΙ		
188	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 60mm					
188.1	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	ΤΕΜ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΓΚΤΗΡΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 60ΜΜ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	ΝΑΙ		
188.2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	ΤΕΜ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 60ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	ΝΑΙ		
189	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 80mm					
189.1	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ -ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	ΤΕΜ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ,ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΓΚΤΗΡΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 80ΜΜ. ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	ΝΑΙ		
189.2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	ΤΕΜ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 80ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ.	ΝΑΙ		
190	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	ΤΕΜ	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ (ΟΠΤΙΚΕΣ) ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ	ΝΑΙ		
191	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ 400-450ML	ΤΕΜ	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Β) ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΠΑΡΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΩΔΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Γ) ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ Δ) ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ Ε)ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ Η ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ. Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ ΣΤ)ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ζ)ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.400-450ML.	ΝΑΙ		
192	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 50cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
193	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
194	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
195	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
196	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
197	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ No 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
198	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
199	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm) ±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
200	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ No 1 ΜΗΚΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ 150cm±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
201	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ No 2 ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (40mm 90cm) ±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
202	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 3/0 75cm±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
203	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 2/0 75cm±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
204	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 2 75cm±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
205	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 0 75 cm±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
206	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 6/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
207	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (30mm 150cm) ±5%LOOP	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
208	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (50mm 150cm) LOOP±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
209	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (90mm 100cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
210	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(60mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
211	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(50mm 90cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
212	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
213	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
214	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 45cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
215	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
216	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
217	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
218	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΥΛΟΝ) ΜΕ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΤΑΣΕΩΣ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ) ,ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΚ) 100, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ(ΧΙΛ) 90±5% Νο 2	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
219	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
220	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (50mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
221	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (30mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
222	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (40mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
223	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 100cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
224	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (31mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
225	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
226	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΘΕΙΑ(60mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
227	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
228	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 45cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
229	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 40mm 70cm±5		ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
230	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 1 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
231	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
232	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm) ±5%.	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
233	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 45cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
234	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
235	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
236	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
237	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm-36mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
238	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
239	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
240	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
241	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 70cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
242	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
243	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
244	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ.	ΝΑΙ		
245	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 90cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
246	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 70cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
247	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 90cm)±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
248	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 0 180cm±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
249	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 180cm±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
250	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 180cm±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
251	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 180cm±5%	ΤΕΜ	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
252	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 180cm±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
253	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 26mm ±5% ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 75cm ΜΗΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
254	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 1 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 70cm) ±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ.	ΝΑΙ		
255	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (26mm 75cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ	ΝΑΙ		
256	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ (ΒΡΟΓΧΟΣ) ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ Νο 0	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ	ΝΑΙ		
257	ΡΑΜΜΑ PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
258	ΡΑΜΜΑ PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
259	ΡΑΜΜΑ PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
260	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5mm ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 48mm 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30cm±5%	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		
261	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΜΠΟ ΤΥΠΟΥ ENDO LOOP (ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ) Νο 2/0	TEM	ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
262	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 4,6cm±5%	ΤΕΜ	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ , ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4,6 CM , ΑΠΌ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ,ΜΕ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ , 2 ΛΑΒΕΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΗΞΗΣ ΑΠΌ PGLA.	ΝΑΙ		
263	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 8,6 CM±5%	ΤΕΜ	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ , ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 8,6 CM , ΑΠΌ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ,ΜΕ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ , 2 ΛΑΒΕΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΗΞΗΣ ΑΠΌ PGLA.	ΝΑΙ		
264	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 6,6 CM±5%	ΤΕΜ	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ , ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 6,6 CM , ΑΠΌ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΌ ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ,ΜΕ 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ , 2 ΛΑΒΕΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΗΞΗΣ ΑΠΌ PGLA.	ΝΑΙ		
265	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15εκ.ατ. ±5%	ΤΕΜ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ Η ΆΛΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. .ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ. Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ..ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15	ΝΑΙ		
266	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 εκ.ατ . ±5%	ΤΕΜ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ. Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΌ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ Η ΆΛΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. .ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ. Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ..ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΕΣ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30	ΝΑΙ		
267	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ	ΤΕΜ	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 26X76 MM .	ΝΑΙ		
268	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 200μl	ΤΕΜ	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-200ML .	ΝΑΙ		
269	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ 1000μl	ΤΕΜ	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000Μl .	ΝΑΙ		
270	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ					
270.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10ml, 16X100mm	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10 ML, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16X102MM .	ΝΑΙ		
270.2	ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16mm	ΤΕΜ	ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16MM .	ΝΑΙ		
271	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΩ					
271.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 1,6 mL ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 3,8% SODIUM CITRATE	ΤΕΜ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9X120MM , 0,129M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ ΣΤΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΠΕΤΑΣ.	ΝΑΙ		
271.2	ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (για τα ανωτέρω σωληνάρια)	ΤΕΜ	ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ) .	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
272	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΤΖΕΛ 8-10ml	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ	ΝΑΙ		
273	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20μl	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20ML .	ΝΑΙ		
274	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100μl	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100ML .	ΝΑΙ		
275	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 50-200μl	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 50-200ML .	ΝΑΙ		
276	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 200-1000μl	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 200-1000ML .	ΝΑΙ		
277	ΠΑΡΑΦΙΛΜ 15ΜΧ5CM±5%	ΤΕΜ	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ .	ΝΑΙ		
278	CHROMOAGAR ORIENTATION MEDIUM	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ .	ΝΑΙ		
279	CHROMOAGAR STREP B	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ .	ΝΑΙ		
280	ΜΟΝΟ ΤΕΣΤ RAPID	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ (ΕΒV) ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ RAPID TEST ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ	ΝΑΙ		
281	MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ RAPID TEST	ΤΕΜ	RAPID TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ , ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ FOB ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ, .	ΝΑΙ		
282	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ(1ml)	ΤΕΜ	ΠΙΠΕΤΕΣ ΡΑΣΤΕΥΡ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ . ΣΥΣΚ. 10000ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ	ΝΑΙ		
283	ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΗΨΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΣΤ.: 12Χ150ΜΜ . . 2000ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ	ΝΑΙ		
284	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΝΑΣ . ΔΙΑΣΤ.: 15 ΕΚΑΤ. ΣΥΣΚ. 100ΤΕΜ/ΠΑΚ.	ΝΑΙ		
285	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 12Χ150 ΧΙΛ. ΣΥΣΚ.100ΤΜΧ/ΚΟΥΤΙ.	ΝΑΙ		
286	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	ΤΕΜ	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 25,4Χ76,2ΜΜ (1''Χ3'') . ΣΥΣΚ. 50ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	ΝΑΙ		
287	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 24Χ60mm	ΤΕΜ	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24Χ60ΜΜ . ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	ΝΑΙ		
288	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 22Χ22mm	ΤΕΜ	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22Χ22ΜΜ . ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	ΝΑΙ		
289	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΩΝ 2 ml ΜΕ EDTA-K3	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΩΝ 2 ML ΜΕ EDTA-K3 ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤ. 13Χ75ΜΜ.	ΝΑΙ		
290	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 1:9	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 1:9 ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,8 ML Η 2,7 ML. ΣΥΣΚ. 100ΤΜΧ./ΚΟΥΤΙ.	ΝΑΙ		
291	BLOOD AGAR	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ (COLUMBIA AGAR)	ΝΑΙ		
292	MACONKEY AGAR 2	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ .	ΝΑΙ		
293	BLOOD /MAC 2 CONKEY AGAR	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΟ.	ΝΑΙ		
294	CHOCOLATE AGAR	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ .	ΝΑΙ		
295	CHAPMAN AGAR	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ .	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
296	SABOURAOU D AGAR	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ . SABOURAOURD DEXTROSE AGAR.	ΝΑΙ		
297	MUELLER HINTON II AGAR	ΤΕΜ	ΣΤΕΡΕΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ.	ΝΑΙ		
298	GRAM ΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ	ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ & GRAM ΘΕΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ . BIOGRAM4 1250ML .	ΝΑΙ		
299	ELICOBACTER PYLORI RAPID TEST	ΤΕΜ	RAPID TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ELICOBACTER PYLORI ΣΤΟ ΑΙΜΑ .(ΚΑΣΕΤΑ)	ΝΑΙ		
300	RPR SYPHILIS RAPID TEST	ΤΕΜ	RAPID TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΗΣ (TREPONEMA PALLIDUM) (ΚΑΣΕΤΑ).	ΝΑΙ		
301	GIEMSA	ΤΕΜ	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΣΥΣΚ.2,5LIT.	ΝΑΙ		
302	MAY GRUENWALD	ΤΕΜ	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ . ΣΥΣΚ.2,5LIT.	ΝΑΙ		
303	WIDAL SALMONELLA TH	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΤΥΡΗΙ-Η. .ΣΥΣΚ. 5ML.	ΝΑΙ		
304	WIDAL SALMONELLA TO	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΤΥΡΗΙ-Ο. .ΣΥΣΚ. 5ML	ΝΑΙ		
305	WIDAL SALMONELLA AO	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΡΑΤΥΡΗΙ-ΑΟ. . ΣΥΣΚ. 5ML.	ΝΑΙ		
306	WIDAL SALMONELLA BO	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΡΑΤΥΡΗΙ-ΒΟ. ΣΥΣΚ. 5ML.	ΝΑΙ		
307	WIDAL SALMONELLA AH	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΡΑΤΥΡΗΙ-ΑΗ. ΣΥΣΚ. 5ML.	ΝΑΙ		
308	WIDAL SALMONELLA BH	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ ΡΑΡΑΤΥΡΗΙ-ΒΗ. ΣΥΣΚ. 5ML.	ΝΑΙ		
309	BRUCELLA ABORTUS WRIGHT	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ BRUCELLA. ΣΥΣΚ. 5ML.	ΝΑΙ		
310	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ					
310.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12X75mm ΤΩΝ 5 ml	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ	ΝΑΙ		
310.2	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΤΩΝ 12X75 mm	ΤΕΜ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 12Φ	ΝΑΙ		
311	ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 75mmx1,55mm (Χρώμα κόκκινο)	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΑΙΜΟΤΟΚΡΙΤΗ.	ΝΑΙ		
312	ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ	ΤΕΜ	ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ	ΝΑΙ		
313	ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ	ΤΕΜ	ΥΓΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 4 -5ML	ΝΑΙ		
314	ANTI-A MONOCLONAL 10ml	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
315	ANTI-B MONOCLONAL 10 ml	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ		
316	ANTI-D DUOCLONE IGG/IGM 10 ml	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ RHESUS	ΝΑΙ		
317	ANTI- HUMAN GLOBOLIN 10 ml	ΤΕΜ	ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΜΜΕΣΗΣ COOMBS	ΝΑΙ		
318	BOVINE ALBUMIN 30% 10 ml	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	ΝΑΙ		
319	ANTI-C	ΤΕΜ	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
320	ANTI-c	TEM	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	ΝΑΙ		
321	ANTI-E	TEM	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	ΝΑΙ		
322	ANTI-e - φαινότυπος	TEM	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	ΝΑΙ		
323	ANTI-KELL	TEM	ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ	ΝΑΙ		
324	TUERK'S SOLUTION ΦΙΑΛΗ (100 ml)	TEM	ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	ΝΑΙ		
325	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	TEM	ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ 100ML	ΝΑΙ		
326	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10μl	TEM	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ / 20 TEM. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .	ΝΑΙ		
327	ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ	TEM	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ Β-HGG ΣΤΑ ΟΥΡΑ (RAPID CASSETTE) .	ΝΑΙ		
328	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΥΡΩΝ 11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ . (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ).	TEM	ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ URIT-50 & URIT-330 ΜΕ 11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ: -ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ, -ΓΛΥΚΟΖΗ, -ΚΕΤΟΝΗ, -ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ, -ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, -ΛΕΥΚΩΜΑ, -ΡΗ, -ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ, -ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ, -ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ -ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ. ΣΕ ΚΙΤ ΤΩΝ 100 TESTS. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 2 ΕΤΗ.	ΝΑΙ		
329	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΖΑΧΧΑΡΟΥ	TEM	ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΧΧΑΡΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ. ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ. Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΟΛΙΣ Η ΤΑΙΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE . ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΤΟΝΩΝ. <u>ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΖΑΧΧΑΡΟΥ</u>	ΝΑΙ		
330	ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ TESTS STREP-A (Τεστ για τη διάγνωση του στρεπτόκοκκου-A του ιού)	TEM	ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ TESTS STREP-A (ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ-A ΤΟΥ ΙΟΥ)	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
331	ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ INFLUENZA A+B RAPID CASSETE.	ΤΕΜ	ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ INFLUENZA A+B RAPID CASSETE.	ΝΑΙ		
332	ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	ΤΕΜ	ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΗΚΟΣ 40CM ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.	ΝΑΙ		
333	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜ	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	ΝΑΙ		
334	ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΜΠΛΕ	ΤΕΜ	ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΜΠΛΕ	ΝΑΙ		
335	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 1:200.000 Χ50 ΑΜΠ	ΣΥΣΚ.	ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ CARPOUL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑΙ		
336	ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΤΩΝ 100ΤΕΜ	ΣΥΣΚ.	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ	ΝΑΙ		
337	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΩΝ	ΤΕΜ.	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑΙ		
338	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΤΕΜ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ (ΦΙΑΛΙΔΙΟ 4-5 ML)	ΝΑΙ		
339	ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗ ΚΟΝΙΑ	ΤΕΜ	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ 2 ΣΥΣΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤ. ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΟΝΗ 10G ΥΓΡΟ 7G ±10%	ΝΑΙ		
340	ΦΡΕΖΕΣ ΑΕΡΟΤΟΡ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	ΤΕΜ	ΦΡΕΖΑ ΤΡΟΧΟΛΙΝΘΟΣ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ- ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΝΑΙ		
341	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΦΛΟΓΕΣ No 018	ΤΕΜ	ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ FOOTBALL ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ	ΝΑΙ		
342	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ No 018	ΤΕΜ	ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ	ΝΑΙ		
343	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ No 018	ΤΕΜ	ΦΡΕΖΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΤΟΥΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡ. ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ	ΝΑΙ		
344	ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΤΕΜ	ΣΥΡΙΓΓΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ CARPULE ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	ΝΑΙ		
345	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ	ΤΕΜ	ΜΟΥΤΗ MIRROR ONE SIDE NO 4 - ΚΑΤΟΠΤΡΟ RHODIUM (ΟΔΟΝΤ)	ΝΑΙ		
346	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ	ΚΟΥΤΙ	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ ΚΟΥΤΙ 1000 ΔΙΣΚΙΩΝ	ΝΑΙ		
347	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ	ΤΕΜ	ΓΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑ IVORY 5MM ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 1ΜΕΤΡ	ΝΑΙ		
348	ΡΟΛΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΤΕΜ	ΜΕ ΠΕΡΦΟΡΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ . ΜΗΚΟΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ. (ΡΟΛΟ) ΠΛΑΤΟΣ 30 ΕΚΑΤ.±10%	ΝΑΙ		
349	ΒΕΡΝΙΚΙ ΦΘΟΡΙΟΥ	ΤΕΜ	ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 20ML	ΝΑΙ		
350	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3	ΝΑΙ		
351	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3.5	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3.5	ΝΑΙ		
352	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β2	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β2	ΝΑΙ		
353	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β3	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β3	ΝΑΙ		
354	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β-Α3	ΤΕΜ	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β-Α3	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
355	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ. 30G - 25mm ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΗ	ΚΟΥΤΙ	ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΝΑΙ		
356	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN EM 1200B 215mm x30m	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN EM 1200B, ΣΕ ΡΟΛΟ 215MM X30M	ΝΑΙ		
357	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110x11 Χ20μ. ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ 110MM X 20M	ΝΑΙ		
358	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CARDIOLIN H CARDIOSUNY 50X30 ΣΕ ΡΟΛΟ	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CARDIOLIN H CARDIOSUNY ΣΕ ΡΟΛΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50MMX30M	ΝΑΙ		
359	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΝΕΟΕCG T 180	ΤΕΜ	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑΣ H.D. ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΚΓ ΝΕΟΕCG T180 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 20MX216MM	ΝΑΙ		
360	ΧΑΡΤΙ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ ΣΕ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ A4 ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	ΣΥΣΚ.	ΧΑΡΤΙ ΜΕΛΙΜΕΤΡΕ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 300 ΦΥΛΛΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210MMX297MM (A4)	ΝΑΙ		
361	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ MONITOR DRAGER 50mmx18m	ΤΕΜ	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ MONITOR DRAGER, ΣΕ ΡΟΛΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:50MMX18M	ΝΑΙ		
362	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PADS II	ΤΕΜ	ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PATZ II ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ AED PLUS ΚΑΙ AED PRO. ΤΑ ZOLL ZOLL STAT –PATZ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΜΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ZOLL STAT-PATZ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ PRECONNECTTM ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ , ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SREED PACTM ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΠΛΕΞΙΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PATZ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ZOLL STAT –ZOLL II ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ GEL ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ , ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ Η' ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΖΕΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ STAT PATZ –ZOLL II ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE.	ΝΑΙ		
363	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΔΙΝΩΤΗ ΒΕΝΕHEART D3 MINDRAY	ΤΕΜ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΔΙΝΩΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΩΝ. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΙΔΙΝΩΣΗ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΚΓ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.ΥΨΗΛΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ. ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1,2 ΜΕΤΡΑ.	ΝΑΙ		
364	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32mm±5% - ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΣΕΤ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ EN-TRODE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 32MM±5% (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ENRAF NONIUS	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
365	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX50mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	ΣΕΤ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ EN-TRODE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X5CM±5% (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ENRAF NONIUS	ΝΑΙ		
366	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX90mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	ΣΕΤ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ EN-TRODE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5X9CM±5% (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ENRAF NONIUS	ΝΑΙ		
367	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 65 MM ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (Σετ 4 τεμ.)	ΣΕΤ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ENRAF NONIUS 65 ΧΙΛ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	ΝΑΙ		
368	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4mm	ΤΕΜ	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4MM (ΕΝΗΛΙΚΩΝ).	ΝΑΙ		
369	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5mm	ΤΕΜ	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5MM (ΠΑΙΔΙΚΑ).	ΝΑΙ		
370	ΣΥΡΜΑ ΡΙΝΟΒΡΟΓΧΟΥ 3,5mm	ΤΕΜ	ΣΥΡΜΑ ΡΙΝΟΒΡΟΓΧΟΥ 3,5MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ . ΓΙΑ ΩΡΛ ΧΡΗΣΗ. (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΝΑΙ		
371	ΣΥΡΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΥ 4,5mm	ΤΕΜ	ΣΥΡΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΥ 4,5MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΓΙΑ ΩΡΛ ΧΡΗΣΗ. (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΝΑΙ		
372	ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,50mm	ΤΕΜ	ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,50MM ΓΙΑ ΩΡΛ ΧΡΗΣΗ.(ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)	ΝΑΙ		
373	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ.ΑΠΟΣΤ.	ΤΕΜ	ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΞΥΛΙΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	ΝΑΙ		
374	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	Kg	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ 78-84% CALCIUM HYDROXIDE , 2-4% SODIUM HYDROXIDE , 14-18 WATER , <0.1% ETHYL VIOLET ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ 2-4MM. Η ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EC 1907/2006 . ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ /ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ . ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ CO2 - ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ , ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.	ΝΑΙ		
375	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ	ΛΙΤΡΟ	ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ , ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ	ΝΑΙ		
376	ΚΑΣΕΤΕΣ GEM PREMIER 3500 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΚΑΣΕΤΕΣ GEM PREMIER 3500 IQM PACK 150TESTS BG/HCT/LYTES/GLU/LAC	ΝΑΙ		
377	ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT MDT-250081S	ΣΕΤ	ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT MDT-250081S ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8H ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Α) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΗ 200ML ELS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8 ΩΡΩΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 314626-100 MEDRON AG Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ES223 ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8 ΩΡΩΝ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 314081-000 MEDRON AG.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗ.	ΝΑΙ		
378	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ PSI	ΤΕΜ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ PSI ΜΗΚΟΥΣ 200 ΕΚ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΕΓΧΥΤΗ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
379	ΣΑΚΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΕΜ	ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 120Χ60 ΠΑΙΔΩΝ	ΝΑΙ		
380	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	ΤΕΜ	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 30ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5ML	ΝΑΙ		
381	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ. ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΤΕΜ	ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΠΕΡΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ. ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1.000ML	ΝΑΙ		
382	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ	ΤΕΜ	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΑΡΚΑΣ SMART PFT USB	ΝΑΙ		
383	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI	ΝΑΙ		
384	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗ.	ΤΕΜ	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PVC, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
385	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΕΜ	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ PVC, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
386	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΈΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΛΙΠ ΜΥΤΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1.80Μ.	ΝΑΙ		
387	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΕΜ	ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20CC	ΝΑΙ		
388	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	ΤΕΜ	ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΗΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20CC	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
389	ΜΑΣΚΑ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΕΜ	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ.ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6CC .ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 2,10Μ .ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ .	ΝΑΙ		
390	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ -ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 1,2,3,4,5	ΤΕΜ	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ PVC. ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ). ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ CUFF. (ΝΟ 1, 2, 3, 4 , 5) ΑΠΟ 1 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ.	ΝΑΙ		
391	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ					
	391.1	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΤΕΜ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 ΟΔΩΝ Η ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΡΡΟΥ & ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3 ΟΡΡΩΝ Η ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΑ Η ΦΛΕΒΑ, ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΑ & ΕΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ. ΤΑ ΑΚΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.	ΝΑΙ	
	391.2	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ LUER LOCK	ΤΕΜ	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ LUER LOCK ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ	ΝΑΙ	
392	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ latex free	ΤΕΜ	ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,80-2Μ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ	ΝΑΙ		
393	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 100ml(Βαρελάκι)	ΤΕΜ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 100ΜΛ(ΒΑΡΕΛΑΚΙ)	ΝΑΙ		
394	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ	ΤΕΜ	ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΙΧΜΗΡΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 3Μ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ (20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ /ΜΛ). ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 15Μ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1,80 CM ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Υ. ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ LOCK. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.	ΝΑΙ		
395	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 150cm ±10%.	ΤΕΜ	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΡΟΥ ΑΠΟ ΡΕ/PVC ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2,5ΜΜ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 4,0ΜΜ,ΜΕ ΑΚΡΑ LUER-LOCK ΑΡΣ-ΘΗΛ. ΓΙΑ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10KG/CM ² -145PSI. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX-FREE ,DEHP-FREE,ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 150CM.±10%.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
396	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΤΕΜ	ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ). ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ. ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΡΟΥΘΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.	ΝΑΙ		
397	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 5Χ50εκ ±5%	ΤΕΜ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5,00Χ50ΕΚ	ΝΑΙ		
398	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 2,5Χ50εκ ±5%	ΤΕΜ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,5Χ50ΕΚ.	ΝΑΙ		
399	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,90Χ50εκ ±5%	ΤΕΜ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,90Χ50ΕΚ.	ΝΑΙ		
400	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,25Χ50εκ ±5%	ΤΕΜ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIMMER ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΙΩΝ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,25Χ50ΕΚ	ΝΑΙ		
401	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FILADELPHIA (S-M-L)	ΤΕΜ	ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK).	ΝΑΙ		
402	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (S-M-L-XL)	ΤΕΜ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S-M-L-XL	ΝΑΙ		
403	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ	ΤΕΜ	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ.	ΝΑΙ		
404	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ	ΤΕΜ	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ , ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ . ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL	ΝΑΙ		
405	ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA	ΜΕΤΡΟ	ΛΑΣΤΙΧΟ(ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL ΕΥΕΛΙΚΤΟ ,ΔΙΑΦΑΝΕΣ , ΔΙΑΣΤΑ. 8ΧΙΛΙΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ 2 ΧΙΛΙΟ. ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ. ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ +200°C/-60°C.	ΝΑΙ		
406	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΓΑΛΑ).	ΤΕΜ	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL 11ΜΜ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟΣΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ.	ΝΑΙ		
407	ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ GIMA	ΤΕΜ	ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2L (ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ GIMA ΤΟΒΙ HOSPITAL.)	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
408	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	ΦΙΛΤΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗ 100% ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ,ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΕΡΑ , ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ 90ML , ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 1500ML . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ LATEX ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ PVC ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 99.9999% ΚΑΙ ΙΩΝ ΚΑΤΑ 99.999%. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 14644-1-2015. ΘΥΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ , ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ LUER LOCK ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ .ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ≤2,8 MBAR ΣΤΑ 60L/MIN.ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (COMPLIANCE) ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΟΥ 1ML/MBAR. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ≤15ML/MIN ΣΤΑ 70 MBAR. . ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 28G.	ΝΑΙ		
409	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡ-ΘΕΡ ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΤΕΜ	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ . ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ / ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99,999% , ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Η ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ LATEX , ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ.	ΝΑΙ		
410	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.	ΤΕΜ	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ / ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 99,999% , ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Η ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ 2 ΤΥΠΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ.	ΝΑΙ		
411	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ 250- 300cm	ΤΕΜ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ , ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ , ΜΗΚΟΥΣ 250-300CM . ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΘΗΛΥΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΡΥΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.	ΝΑΙ		
412	ΣΕΤ ΡΥΓΧΟΣ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2ΜΕΤΡΩΝ.	ΤΕΜ	ΣΕΤ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.)	ΝΑΙ		
413	AMBU ΝΕΟΓΝΩΝ	ΤΕΜ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ LIFESAVER ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΜΑΣΚΑ Η ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ.ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ . ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΑΝΕΙΣΠΟΝΗΣ.ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΣΚΟ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ.ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.	ΝΑΙ		
414	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ TEST-PAP	ΤΕΜ	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΜΒΛΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ.	ΝΑΙ		
415	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	ΤΕΜ	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ - ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
416	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ	ΤΕΜ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΚΙΔΑ (ΑΜΝΙΟ ΗΟΟΚ),ΕΥΘΕΙΑ Η ΚΥΡΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ,ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ LATEX SILLICONE ΚΑΙ PVC, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΗΞΗ ΥΜΕΝΩΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ STANDARD ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 25CM. ± 10%	ΝΑΙ		
417	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (S,M,L)	ΤΕΜ	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕΓΕΘΗ: SMALL 300ΤΕΜ, MEDIUM 600ΤΕΜ, LARGE 100ΤΕΜ	ΝΑΙ		
418	ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ	ΤΕΜ	ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 250ML	ΝΑΙ		
419	ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΩΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ ROM PLUS	ΤΕΜ	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ . Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΙΛΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ BUFFER ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΛΗΨΗΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ.ΤΟ ΤΕΣΤ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ Α ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ PP12 ΣΤΑ ΚΟΛΠΙΚΑ ΥΓΡΑ.ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΡΗΞΕΙΣ.ΝΑ ΕΧΕΙ 99% ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 24-34.ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ.Ν ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 12ΩΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ.	ΝΑΙ		
420	ΣΥΚΙΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΚΙΩΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΞΗΣ.	ΤΕΜ	ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΕΝΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ,ΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ (ΜΙΚΡΟΣ) ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΞΗΣ(TRACTION FORCE INDICATOR),ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ.Η ΟΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ (14ΚΙΛΩΝ) ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ CUP ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ.Η ΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΡΕΡΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ,ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50MM,ΑΤΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
421	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ B-BRAUN	TEM	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΠΩΜΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ. ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ(1ML = 20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 15 Μ .ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ .ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ..ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PVC – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (DEHP FREE) ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 250CM ΑΚΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ LUER-LOCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ .ΦΙΛΤΡΟ 3 Μ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ. > ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ: • ΥΓΡΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ /ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΑ • ΓΙΑ ΝΙΤΡΩΔΗ /ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ • ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΓΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ • ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ (PVC FREE ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 0,2 MM) • ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ • ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (PIGGYBACK) Όλες οι συσκευές διαθέτουν CE MARK	ΝΑΙ		
422	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 275ML	TEM	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΟΓΚΟΥ 275ML ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΡΟΗΣ 2/4/6/8ML ΑΝΑ ΩΡΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΟΡΗΤΗ, ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΟΓΚΟ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 275ML ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΡΟΗ 2/4/6/8ML ΑΝΑ ΩΡΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΩΝ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ. Ο ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CLAMP), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ISO ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MDR). ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.	ΝΑΙ		
423	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXCELL400 McDSe	TEM	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ,ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 McDSe .ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ A.	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
424	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ F7805(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 MCDs).	TEM	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ F7805 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ' Α 25% ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ . ΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΓΩΓΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ . Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ . ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 MCDs	ΝΑΙ		
425	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ XL 400MCDs)	TEM	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΚΙΔΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.(ALSA XL400 MCDs)	ΝΑΙ		
426	ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70MM, +/-10% ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΦΙΛΤΡΟ	TEM	ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ. ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΕΘΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 0 - 90MM ΠΕΡΙΠΟΥ	ΝΑΙ		
427	ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΙ	TEM	ΜΕ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΙΜΙΚΕΣ ΚΗΛΕΣ. ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ 50MM ±10%.	ΝΑΙ		
428	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ	TEM	Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής ουρών να είναι χωρητικότητας περίπου 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Να διαθέτουν ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα. Ο σωλήνας να είναι ανθεκτικός στα τσακίσματα και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm , και να καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι. Να διατέθει επισης ενισχυμένες οπές για σίγουρη και ασφαλή στήριξη. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ.	ΝΑΙ		
429	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΑΠΛΟΣ	TEM	Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής ουρών να είναι χωρητικότητας περίπου 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Να διαθέτουν ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα. Ο σωλήνας να είναι ανθεκτικός στα τσακίσματα και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm , και να καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι. Να διατέθει επισης ενισχυμένες οπές για σίγουρη και ασφαλή στήριξη	ΝΑΙ		
430	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ	TEM	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΝΑΙ		
431	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	TEM	Πλαστικοι αναρτήρες (βάσεις) για ουροσυλλέκτες .	ΝΑΙ		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
432	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 100 ml	TEM	Αποστειρωμένα ανά ένα, με καπάκι αεροστεγές κλείσιμο, 100ml±5%, για συλλογή ούρων & πτυέλων προς εξέταση απλή & καλλιέργεια, από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, διαφανή, σε τεμάχια.	ΝΑΙ		
433	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ					
433.1	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Νο 18	TEM	Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη ή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη ή άλλο βιοσυμβατό υλικό και ακτινοσκοπιό. Η διάταξη των αυλών να είναι ομόκεντροι ή side by side. Να διατίθενται σε μήκη 13-24εκ και η εξωτερική διάμετρος να είναι 11-14 French. Τα άκρα του καθετήρα να έχουν διαφορετική σήμανση (χρώμα) για το φλεβικό και αρτηριακό σκέλος και προκειμένου για τον σφαγιτιδικό καθετήρα κυρτά άκρα. Να καθορίζεται η ροή του αίματος. Να έχει σήμανση CE. Να διατίθενται σε σετ και να περιλαμβάνει α) ένα καθετήρα, β) μια βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων ανάλογου μήκους γ) ένα συρμάτινο οδηγό τύπου J ανάλογου μήκους δ) αγγειακούς διαστολείς ανάλογου εύρους και μήκους ε) δυο ειδικά πώματα για κάλυψη των ελεύθερων άκρων του καθετήρα στ) ένα νυστέρι Στο σετ να αναγράφεται ο τρόπος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης.	ΝΑΙ		
433.2	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ 10FR-14FR	TEM	Αγγειακός διαστολέας αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία (Για τους ανωτέρω καθετήρες)	ΝΑΙ		
433.3	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	TEM	(Για τους ανωτέρω καθετήρες) Συρμάτινος οδηγός 0.38x70cm ±5%/ Jflex , 38J , αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		
433.4	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	TEM	Βελόνα παρακέντησης λεπτών τοιχωμάτων 18G x 7cm ±5% αποστειρωμένη (για τους ανωτέρω καθετήρες)	ΝΑΙ		
434	ΛΑΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	TEM	Λαβίδα διακοπής ροής αρτηριακής γραμμής αιμοκάθαρσης μιας χρήσης	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρης στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Το ΕΕΕΣ, προσαρμοσμένο από την αναθέτουσα αρχή, βρίσκεται εντός της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στον συστημικό αριθμό 371778 σε μορφή PDF και XML. Μπορείτε να κατεβάσετε το ΕΕΕΣ από την διεύθυνση Promitheus ESPDint.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακας υπολογισμού ποσού εγγυητικής συμμετοχής και εγγυητικής καλής εκτέλεσης

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ 10cmX4M ±10%	71,40 €	1,43 €	2,86 €
2	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 2(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	32,00 €	0,64 €	1,28 €
3	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 5(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	27,50 €	0,55 €	1,10 €
4	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 6(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	35,00 €	0,70 €	1,40 €
5	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 7(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	45,00 €	0,90 €	1,80 €
6	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Νο 10(ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ)	55,00 €	1,10 €	2,20 €
7	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 20cmX2m ±10%	141,00 €	2,82 €	5,64 €
8	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 10cmX2m ±10%	104,00 €	2,08 €	4,16 €
9	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ) ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 15cmX2m ±10%	60,00 €	1,20 €	2,40 €
10	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 7,5cmX4,5m ±10%	196,00 €	3,92 €	7,84 €
11	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10cmX4,5m±10%	415,00 €	8,30 €	16,60 €
12	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 12,5cmX4,5m ±10%	475,00 €	9,50 €	19,00 €
13	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 15cmX4,5m±10%	590,00 €	11,80 €	23,60 €
14	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 15cm x 4m ±10%	454,40 €	9,09 €	18,18 €
15	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 10cm x 4m ±10%	262,50 €	5,25 €	10,50 €
16	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚ. Νο 12cm x 4m ±10%	444,00 €	8,88 €	17,76 €
17	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40 X 40CM (±5%)8PLY (ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ)	1.173,00 €	23,46 €	46,92 €
18	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ διαστ.90cm x 100m ±5% (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)	210,00 €	4,20 €	8,40 €
19	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΠΑΚΕΤΟ 100m ±5%	3.500,00 €	70,00 €	140,00 €
20	ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm x 10cm ±10%	450,00 €	9,00 €	18,00 €
21	ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ.	1.250,00 €	25,00 €	50,00 €
22	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ	26,00 €	0,52 €	1,04 €
23	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ X-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 8ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκX20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	140,00 €	2,80 €	5,60 €
24	ΓΑΖΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ X-RAY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 12ply (ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10εκX20εκ ±10% (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ)	220,00 €	4,40 €	8,80 €
25	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN) 10cm x 2,7m ±10%	125,00 €	2,50 €	5,00 €
26	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN) 15cm x 2,7m ±10%	140,00 €	2,80 €	5,60 €
27	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 25X10 CM±10%	180,00 €	3,60 €	7,20 €
28	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10X30 CM±10%	210,00 €	4,20 €	8,40 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
29	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 15Χ9CM±10%	156,00 €	3,12 €	6,24 €
30	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ9CM±10%	160,00 €	3,20 €	6,40 €
31	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ20 CM±10%	225,00 €	4,50 €	9,00 €
32	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 10cm * 12cm±10%	15,00 €	0,30 €	0,60 €
33	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 6cm * 7cm±10%	12,50 €	0,25 €	0,50 €
34	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	14,00 €	0,28 €	0,56 €
35	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17,5εκΧ17,5εκ (±2εκ)	1.960,00 €	39,20 €	78,40 €
36	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cmΧ10cm ±2εκ	650,00 €	13,00 €	26,00 €
37	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 20εκΧ20εκ (±2εκ)	1.120,00 €	22,40 €	44,80 €
38	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15εκΧ15εκ. (± 2εκ)	1.200,00 €	24,00 €	48,00 €
39	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12,5εκΧ12,5εκ.(±2εκ)	1.600,00 €	32,00 €	64,00 €
40	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. 10Χ10cm(±2εκ)	480,00 €	9,60 €	19,20 €
41	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15Χ15cm(±2εκ)	780,00 €	15,60 €	31,20 €
42	ΤΟΛΥΠΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100τεμ) 3cm , 4cm .	45,00 €	0,90 €	1,80 €
43	ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ 3εκ(±1εκ)Χ44εκ(±5εκ).	483,00 €	9,66 €	19,32 €
44	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ.ΜΕΤΑΞΙ 7,5 CMΧ10Μ .	1.500,00 €	30,00 €	60,00 €
45	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x76 mm STERI-STRIP ±10%	80,00 €	1,60 €	3,20 €
46	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 6,4x102 mm STERI-STRIP ±10%	50,00 €	1,00 €	2,00 €
47	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8Χ1,5Χ2cm ±5%	200,00 €	4,00 €	8,00 €
48	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 10x1,5x2,5cm ±5%	250,00 €	5,00 €	10,00 €
49	STICK ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ	200,00 €	4,00 €	8,00 €
50	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑ - ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ	412,50 €	8,25 €	16,50 €
51	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ SPONGOSTAN ANAL (ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗ)	412,50 €	8,25 €	16,50 €
52	ΣΠΟΓΓΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ 80Χ50Χ10 ΠΕΡΙΠΟΥ +/- 10%	600,00 €	12,00 €	24,00 €
53	ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 10Χ10Χ10χλ.±10%	180,00 €	3,60 €	7,20 €
54	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ	324,00 €	6,48 €	12,96 €
55	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ. 120Χ150cm±10% ΜΕ ΟΠΗ ΑΔΙΑΒΡ. ΑΠΟΣΤ. ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	140,00 €	2,80 €	5,60 €
56	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 75Χ75cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ ΜΙΑ ΧΡΗΣ	220,00 €	4,40 €	8,80 €
57	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΡΩΜ 150Χ180cm±10% ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ ΤΑΙΝΙΑ 4-5cm ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΔΙΑΒΡ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.	164,90 €	3,30 €	6,60 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
58	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ) 38X45cm±10%	75,00 €	1,50 €	3,00 €
59	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75X90cm±10%	120,00 €	2,40 €	4,80 €
60	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 50x75 cm±10% ΜΕ ΟΠΗ	155,00 €	3,10 €	6,20 €
61	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ (160x210εκ±5%)	50,00 €	1,00 €	2,00 €
62	ΧΑΡΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΒΑΤΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕ ΡΟΛΟ (50cmx50m±5%)	1.656,00 €	33,12 €	66,24 €
63	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60 Χ 90 εκ. ±10% Μ.Χ.	1.800,00 €	36,00 €	72,00 €
64	ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ (115x45εκ)±10%	550,00 €	11,00 €	22,00 €
65	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X150±10%	270,00 €	5,40 €	10,80 €
66	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	305,00 €	6,10 €	12,20 €
67	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ	182,00 €	3,64 €	7,28 €
68	ΥΠΕΡ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.	330,00 €	6,60 €	13,20 €
69	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	42,50 €	0,85 €	1,70 €
70	ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	225,00 €	4,50 €	9,00 €
71	ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ	48,00 €	0,96 €	1,92 €
72	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ	270,00 €	5,40 €	10,80 €
73	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΟ	66,00 €	1,32 €	2,64 €
74	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 90mmX260mm ±5%	14,40 €	0,29 €	0,58 €
75	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 300mm X 470mm ±5%	63,00 €	1,26 €	2,52 €
76	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 250mm X 430mm ±5%	42,00 €	0,84 €	1,68 €
77	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 200mm * 350mm ±5%	36,00 €	0,72 €	1,44 €
78	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 130mm X 360mm ±5%	25,60 €	0,51 €	1,02 €
79	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 100mm X300mm ±5%	17,50 €	0,35 €	0,70 €
80	ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤ. 150mm X300mm±5%	21,00 €	0,42 €	0,84 €
81	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΤΕΜΑΧΙΟ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	18.260,00 €	365,20 €	730,40 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
82	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	8,00 €	0,16 €	0,32 €
83	ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	4,20 €	0,08 €	0,17 €
84	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΝΑΥΛΟΝ Μ.Χ.	10,00 €	0,20 €	0,40 €
85	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ.Νο 6,5 - 8,5- ΖΕΥΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	1.000,00 €	20,00 €	40,00 €
86	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Νο 7,5, Νο 8 , Νο 8,5.	82,50 €	1,65 €	3,30 €
87	ΜΑΣΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Ή ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	300,00 €	6,00 €	12,00 €
88	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 Ή ΚΝ95	66,00 €	1,32 €	2,64 €
89	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MEDIUM	22,00 €	0,44 €	0,88 €
90	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ LATEX Νο 14-24, ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	126,00 €	2,52 €	5,04 €
91	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY ΑΠΟ LATEX Νο 8 , Νο 10 και Νο 12 ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-15cc	25,20 €	0,50 €	1,01 €
92	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 12 ,14 ,16, 18,20,22,24 .	330,00 €	6,60 €	13,20 €
93	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY, ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 8, Νο 10,Νο 12 Νο 14 Νο 16 Νο 18 Νο 20,Νο 22, Νο 24.	750,00 €	15,00 €	30,00 €
94	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 8Fr	2,76 €	0,06 €	0,11 €
95	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 14Fr	13,80 €	0,28 €	0,55 €
96	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 16Fr	13,80 €	0,28 €	0,55 €
97	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 18Fr	27,60 €	0,55 €	1,10 €
98	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.	52,50 €	1,05 €	2,10 €
99	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΑΠΟ PVC Νο 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .	12,00 €	0,24 €	0,48 €
100	ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΑΠΟ PVC Νο 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 .	104,00 €	2,08 €	4,16 €
101	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 20CM	483,00 €	9,66 €	19,32 €
102	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 8CH , 10CH , 12CH .	6,80 €	0,14 €	0,27 €
103	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 14CH	8,50 €	0,17 €	0,34 €
104	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN 16CH	17,00 €	0,34 €	0,68 €
105	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 18CH	17,00 €	0,34 €	0,68 €
106	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 18,20,22,24 .	54,00 €	1,08 €	2,16 €
107	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 3WAY -ΤΥΠΟΥ SEGSTAKEN BLAKEMORE. Νο 16 κ" Νο 18	140,10 €	2,80 €	5,60 €
108	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3-WAY DUFOUR ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ Νο 16 Νο 18 Νο 20 Νο 22	850,00 €	17,00 €	34,00 €
109	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER .	120,00 €	2,40 €	4,80 €
110	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ KEHR -Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Νο 3, 4, 5, 6, 7, 8.	100,00 €	2,00 €	4,00 €
111	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ	71,00 €	1,42 €	2,84 €
112	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ STRIPERS ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ	90,00 €	1,80 €	3,60 €
113	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY - ΤΙΕΜΑΝ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 12, Νο 14, Νο 16, Νο 18 FR.	390,00 €	7,80 €	15,60 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
114	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 4, Νο 4,8 , Νο 6, Νο 7. (ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ)	374,80 €	7,50 €	14,99 €
115	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 4, Νο 4,8 , Νο 6, Νο 7. (ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ)	374,80 €	7,50 €	14,99 €
116	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ)	450,00 €	9,00 €	18,00 €
117	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SILICONE FOLLEY 3-WAY COUVELAIRE Fr 20 και Fr 22. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 173900.	425,00 €	8,50 €	17,00 €
118	ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ (ΘΗΚΑΡΙΑ).	510,00 €	10,20 €	20,40 €
119	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 5F.	144,00 €	2,88 €	5,76 €
120	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 20	640,00 €	12,80 €	25,60 €
121	ΦΛΕΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G24	64,00 €	1,28 €	2,56 €
122	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ G 22	704,00 €	14,08 €	28,16 €
123	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6X8cm	49,00 €	0,98 €	1,96 €
124	ΛΑΣΤΙΚΟ RENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ.	30,60 €	0,61 €	1,22 €
125	ΛΑΣΤΙΚΟ RENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΚΟ.	25,50 €	0,51 €	1,02 €
126	ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο 10 ΕΩΣ 18	48,00 €	0,96 €	1,92 €
127	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ (ΣΕΤ ΒΙΟΨΙΑΣ)ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	110,40 €	2,21 €	4,42 €
128	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ Νο 2 ΧΩΡΙΣ CUFF	18,00 €	0,36 €	0,72 €
129	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ Νο 2,5 ΧΩΡΙΣ CUFF	18,00 €	0,36 €	0,72 €
130	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4 ΜΕ 1CUFF	17,50 €	0,35 €	0,70 €
131	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 4,5 ΜΕ 1 CUFF	17,50 €	0,35 €	0,70 €
132	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 5,5 ΜΕ 1 CUFF	17,50 €	0,35 €	0,70 €
133	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6 ΜΕ 1 CUFF	17,50 €	0,35 €	0,70 €
134	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 6,5 με 1 CUFF	17,50 €	0,35 €	0,70 €
135	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 8,5 ΜΕ 1 CUFF	70,00 €	1,40 €	2,80 €
136	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Νο 9 ΜΕ 1 CUFF	35,00 €	0,70 €	1,40 €
137	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7	75,00 €	1,50 €	3,00 €
138	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	75,00 €	1,50 €	3,00 €
139	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 8	75,00 €	1,50 €	3,00 €
140	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΕ CUFF Νο 5	112,60 €	2,25 €	4,50 €
141	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 0 - Νο 1- Νο 2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	15,60 €	0,31 €	0,62 €
142	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 3 Νο 4- Νο 5 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	78,00 €	1,56 €	3,12 €
143	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	28,00 €	0,56 €	1,12 €
144	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	150,00 €	3,00 €	6,00 €
145	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΑΦ Τ ΜΕ ΠΩΜΑ	9,60 €	0,19 €	0,38 €
146	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΨΙΛΟΝ ΡΥ	120,00 €	2,40 €	4,80 €
147	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο 7, 8,9.	1.540,00 €	30,80 €	61,60 €
148	ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60cc	292,00 €	5,84 €	11,68 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
149	ΣΥΡΙΓΓΑ 1ΜL ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	52,00 €	1,04 €	2,08 €
150	ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ΜL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	1.052,30 €	21,05 €	42,09 €
151	ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ΜL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	196,00 €	3,92 €	7,84 €
152	ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ΜL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	1.674,00 €	33,48 €	66,96 €
153	ΣΥΡΙΓΓΑ 5 ΜL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21G	870,00 €	17,40 €	34,80 €
154	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (όχι τριχοειδικές) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΕΣ 1ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 23G.	577,50 €	11,55 €	23,10 €
155	ΒΕΛΟΝΕΣ G21	35,00 €	0,70 €	1,40 €
156	ΒΕΛΟΝΕΣ G23 Χ1 ''	11,00 €	0,22 €	0,44 €
157	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο21 (ΠΡΑΣΙΝΕΣ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	80,00 €	1,60 €	3,20 €
158	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 23 (ΜΠΛΕ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	100,00 €	2,00 €	4,00 €
159	ΒΕΛΟΝΕΣ PIC G 18	38,85 €	0,78 €	1,55 €
160	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο26G x90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	87,50 €	1,75 €	3,50 €
161	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25Gx90mm±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	175,00 €	3,50 €	7,00 €
162	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25G Χ 120mm±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	87,50 €	1,75 €	3,50 €
163	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ PENCIL POINT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 22G x 90mm ±5% (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	87,50 €	1,75 €	3,50 €
164	ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PENCIL POINT Νο 27G Χ90mm. ±5% (Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.)	87,50 €	1,75 €	3,50 €
165	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 25G Χ 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	145,00 €	2,90 €	5,80 €
166	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 26G Χ 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	36,25 €	0,73 €	1,45 €
167	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 23G Χ 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	36,25 €	0,73 €	1,45 €
168	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 22G Χ 90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση η δείγματος)	36,25 €	0,73 €	1,45 €
169	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 22G Χ 120 ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος)	36,25 €	0,73 €	1,45 €
170	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 27G Χ90mm ±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	72,50 €	1,45 €	2,90 €
171	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINCKE Νο 25G Χ 110mm±5% (απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος).	72,50 €	1,45 €	2,90 €
172	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ-ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ .(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ).	225,00 €	4,50 €	9,00 €
173	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 1 LT	1.200,00 €	24,00 €	48,00 €
174	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΧΛΩΡΙΟ Η' ΦΑΙΝΟΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 LT)	1.296,00 €	25,92 €	51,84 €
175	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 2%	330,00 €	6,60 €	13,20 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
176	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	1.050,00 €	21,00 €	42,00 €
177	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΈΩΣ 200ΤΕΜ)	410,00 €	8,20 €	16,40 €
178	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	240,00 €	4,80 €	9,60 €
179	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΌΛΑ ΤΑ Νο	60,00 €	1,20 €	2,40 €
180	ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ-L 10mm	560,00 €	11,20 €	22,40 €
181	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ Μ , L.	600,00 €	12,00 €	24,00 €
182	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ Διαμέτρου 5mm.	188,00 €	3,76 €	7,52 €
183	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ GRASPER 5mm.	252,00 €	5,04 €	10,08 €
184	ΛΑΒΙΔΑ GRASPER ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Μ.Χ. 31εκ.	320,00 €	6,40 €	12,80 €
185	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	5.760,00 €	115,20 €	230,40 €
186	ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ	320,00 €	6,40 €	12,80 €
187	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 35 ΑΓΚΗΤΗΡΩΝ	590,00 €	11,80 €	23,60 €
188	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 60mm	2.275,00 €	45,50 €	91,00 €
188.1	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	1.750,00 €		
188.2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	525,00 €		
189	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 80mm	2.275,00 €	45,50 €	91,00 €
189.1	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ - ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	1.750,00 €		
189.2	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΤΟΜΗΣ	525,00 €		
190	ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ	36,00 €	0,72 €	1,44 €
191	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ 400-450ML	118,20 €	2,36 €	4,73 €
192	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 50cm)±5%	60,00 €	1,20 €	2,40 €
193	ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm)±5%	44,40 €	0,89 €	1,78 €
194	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm)±5%	30,00 €	0,60 €	1,20 €
195	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm)±5%	132,00 €	2,64 €	5,28 €
196	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm)±5%	60,00 €	1,20 €	2,40 €
197	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	30,00 €	0,60 €	1,20 €
198	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	30,00 €	0,60 €	1,20 €
199	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (37mm 75cm) ±5%	30,00 €	0,60 €	1,20 €
200	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νο 1 ΜΗΚΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ 150cm±5%	49,92 €	1,00 €	2,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
201	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ No 2 ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (40mm 90cm) ±5%	96,20 €	1,92 €	3,85 €
202	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 3/0 75cm±5%	100,80 €	2,02 €	4,03 €
203	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 2/0 75cm±5%	52,80 €	1,06 €	2,11 €
204	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 2 75cm±5%	124,80 €	2,50 €	4,99 €
205	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ No 0 75 cm±5%	105,60 €	2,11 €	4,22 €
206	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 6/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm)±5%	15,00 €	0,30 €	0,60 €
207	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (30mm 150cm) ±5%LOOP	48,00 €	0,96 €	1,92 €
208	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΘΗΛΕΙΑ (50mm 150cm) LOOP±5%	54,72 €	1,09 €	2,19 €
209	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (90mm 100cm)±5%	48,72 €	0,97 €	1,95 €
210	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 2/0 ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(60mm 75cm)±5%	220,80 €	4,42 €	8,83 €
211	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ(50mm 90cm)±5%	59,16 €	1,18 €	2,37 €
212	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	107,88 €	2,16 €	4,32 €
213	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (16mm 45cm) ±5%	71,04 €	1,42 €	2,84 €
214	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 45cm) ±5%	180,00 €	3,60 €	7,20 €
215	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm) ±5%	135,00 €	2,70 €	5,40 €
216	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	34,00 €	0,68 €	1,36 €
217	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm)±5%	31,50 €	0,63 €	1,26 €
218	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΝΥΛΟΝ) ΜΕ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΤΑΣΕΩΣ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ) ,ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΚ) 100, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ(ΧΙΛ) 90±5% No 2	62,40 €	1,25 €	2,50 €
219	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ No 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	161,20 €	3,22 €	6,45 €
220	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (50mm 75cm)±5%	71,92 €	1,44 €	2,88 €
221	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (30mm 75cm)±5%	37,40 €	0,75 €	1,50 €
222	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΥΔΙΟΥ (ΝΑΥΛΟΝ) ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ No 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (40mm 75cm)±5%	37,40 €	0,75 €	1,50 €
223	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ No 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 100cm) ±5%	21,60 €	0,43 €	0,86 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
224	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (31mm 75cm)±5%	410,40 €	8,21 €	16,42 €
225	ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	72,00 €	1,44 €	2,88 €
226	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΘΕΙΑ(60mm 75cm) ±5%	110,40 €	2,21 €	4,42 €
227	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	286,00 €	5,72 €	11,44 €
228	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 45cm)±5%	43,20 €	0,86 €	1,73 €
229	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 40mm 70cm±5	39,60 €	0,79 €	1,58 €
230	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 1 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 70cm) ±5%	108,80 €	2,18 €	4,35 €
231	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm) ±5%	165,76 €	3,32 €	6,63 €
232	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (24mm 75cm) ±5%.	88,40 €	1,77 €	3,54 €
233	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 45cm) ±5%	43,20 €	0,86 €	1,73 €
234	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ(22mm 75cm) ±5%	112,00 €	2,24 €	4,48 €
235	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm) ±5%	65,28 €	1,31 €	2,61 €
236	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 75cm)±5%	105,60 €	2,11 €	4,22 €
237	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm-36mm 75cm)±5%	190,40 €	3,81 €	7,62 €
238	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 75cm) ±5%	168,20 €	3,36 €	6,73 €
239	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	129,60 €	2,59 €	5,18 €
240	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 4/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (22mm 75cm)±5%	27,60 €	0,55 €	1,10 €
241	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 3/0 ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (26mm 70cm) ±5%	81,60 €	1,63 €	3,26 €
242	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (30mm 75cm) ±5%	57,50 €	1,15 €	2,30 €
243	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 75cm)±5%	196,00 €	3,92 €	7,84 €
244	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (45mm 75cm)±5%	132,00 €	2,64 €	5,28 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
245	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (36mm 90cm)±5%	203,00 €	4,06 €	8,12 €
246	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (40mm 70cm)±5%	144,00 €	2,88 €	5,76 €
247	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 90cm)±5%	147,00 €	2,94 €	5,88 €
248	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 0 180cm±5%	129,60 €	2,59 €	5,18 €
249	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 180cm±5%	129,60 €	2,59 €	5,18 €
250	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 180cm±5%	129,60 €	2,59 €	5,18 €
251	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 180cm±5%	324,00 €	6,48 €	12,96 €
252	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 180cm±5%	129,60 €	2,59 €	5,18 €
253	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2/0 26mm ±5% ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 75cm ΜΗΚΟΣ ΚΛΩΣΤΗΣ±5%	196,80 €	3,94 €	7,87 €
254	ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ Νο 1 ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ (48mm 70cm) ±5%	98,88 €	1,98 €	3,96 €
255	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ (26mm 75cm)±5%	52,80 €	1,06 €	2,11 €
256	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ (ΒΡΟΓΧΟΣ) ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ Νο 0	693,00 €	13,86 €	27,72 €
257	ΡΑΜΜΑ ΡDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	136,32 €	2,73 €	5,45 €
258	ΡΑΜΜΑ ΡDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	145,92 €	2,92 €	5,84 €
259	ΡΑΜΜΑ ΡDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (48mm 75cm)±5%	145,92 €	2,92 €	5,84 €
260	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 5mm ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 48mm 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30cm±5%	210,00 €	4,20 €	8,40 €
261	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΜΠΟ ΤΥΠΟΥ ENDO LOOP (ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ) Νο 2/0	300,00 €	6,00 €	12,00 €
262	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 4,6cm±5%	880,00 €	17,60 €	35,20 €
263	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 8,6 CM±5%	1.000,00 €	20,00 €	40,00 €
264	ΠΛΕΓΜΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 6,6 CM±5%	1.320,00 €	26,40 €	52,80 €
265	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15εκ.ατ. ±5%	2.790,00 €	55,80 €	111,60 €
266	ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 2ΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30X30 εκ.ατ. ±5%	5.600,00 €	112,00 €	224,00 €
267	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ	120,00 €	2,40 €	4,80 €
268	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 200μl	80,00 €	1,60 €	3,20 €
269	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ 1000μl	100,00 €	2,00 €	4,00 €
270	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ	390,00 €	7,80 €	15,60 €
270.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ 10ml, 16X100mm	300,00 €		
270.2	ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 16mm	90,00 €		

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
271	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΩ	1.134,00 €	22,68 €	45,36 €
271.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 1,6 mL ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 3,8% SODIUM CITRATE	1.080,00 €		
271.2	ΣΤΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (για τα ανωτέρω σωληνάρια)	54,00 €		
272	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΤΖΕΛ 8-10ml	1.710,00 €	34,20 €	68,40 €
273	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 2-20μl	58,00 €	1,16 €	2,32 €
274	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100μl	58,00 €	1,16 €	2,32 €
275	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 50-200μl	58,00 €	1,16 €	2,32 €
276	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 200-1000μl	58,00 €	1,16 €	2,32 €
277	ΠΑΡΑΦΙΛΜ 15ΜΧ5CM±5%	153,00 €	3,06 €	6,12 €
278	CHROMOAGAR ORIENTATION MEDIUM	1.485,00 €	29,70 €	59,40 €
279	CHROMOAGAR STREP B	1.200,00 €	24,00 €	48,00 €
280	ΜΟΝΟ ΤΕΣΤ RAPID	227,50 €	4,55 €	9,10 €
281	MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ RAPID TEST	135,00 €	2,70 €	5,40 €
282	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ(1ml)	184,00 €	3,68 €	7,36 €
283	ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART	225,00 €	4,50 €	9,00 €
284	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ	304,00 €	6,08 €	12,16 €
285	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	90,00 €	1,80 €	3,60 €
286	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	91,00 €	1,82 €	3,64 €
287	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 24X60mm	28,00 €	0,56 €	1,12 €
288	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 22X22mm	12,00 €	0,24 €	0,48 €
289	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΩΝ 2 ml ΜΕ EDTA-K3	825,00 €	16,50 €	33,00 €
290	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 1:9	325,00 €	6,50 €	13,00 €
291	BLOOD AGAR	780,00 €	15,60 €	31,20 €
292	MACONKEY AGAR 2	1.050,00 €	21,00 €	42,00 €
293	BLOOD /MAC 2 CONKEY AGAR	870,00 €	17,40 €	34,80 €
294	CHOCOLATE AGAR	455,00 €	9,10 €	18,20 €
295	CHAPMAN AGAR	378,00 €	7,56 €	15,12 €
296	SABOURAOU AGAR	480,00 €	9,60 €	19,20 €
297	MUELLER HINTON II AGAR	48,00 €	0,96 €	1,92 €
298	GRAM ΧΡΩΣΗ	108,00 €	2,16 €	4,32 €
299	ELICOBACTER PYLORI RAPID TEST	350,00 €	7,00 €	14,00 €
300	RPR SYPHILIS RAPID TEST	330,00 €	6,60 €	13,20 €
301	GIEMSA	70,00 €	1,40 €	2,80 €
302	MAY GRUENWALD	68,00 €	1,36 €	2,72 €
303	WIDAL SALMONELLA TH	37,50 €	0,75 €	1,50 €
304	WIDAL SALMONELLA TO	37,50 €	0,75 €	1,50 €
305	WIDAL SALMONELLA AO	37,50 €	0,75 €	1,50 €
306	WIDAL SALMONELLA BO	37,50 €	0,75 €	1,50 €
307	WIDAL SALMONELLA AH	37,50 €	0,75 €	1,50 €
308	WIDAL SALMONELLA BH	37,50 €	0,75 €	1,50 €
309	BRUCELLA ABORTUS WRIGHT	37,50 €	0,75 €	1,50 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
310	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ	252,00 €	5,04 €	10,08 €
310.1	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12Χ75mm ΤΩΝ 5 ml	150,00 €		
310.2	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ ΤΩΝ 12Χ75 mm	102,00 €		
311	ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 75mmx1,55mm (Χρώμα κόκκινο)	30,00 €	0,60 €	1,20 €
312	ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ	45,00 €	0,90 €	1,80 €
313	ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ	52,00 €	1,04 €	2,08 €
314	ANTI-A MONOCLONAL 10ml	15,00 €	0,30 €	0,60 €
315	ANTI-B MONOCLONAL 10 ml	15,00 €	0,30 €	0,60 €
316	ANTI-D DUOCLONE IGG/IGM 10 ml	66,00 €	1,32 €	2,64 €
317	ANTI- HUMAN GLOBOLIN 10 ml	285,00 €	5,70 €	11,40 €
318	BOVINE ALBUMIN 30% 10 ml	312,00 €	6,24 €	12,48 €
319	ANTI-C	145,00 €	2,90 €	5,80 €
320	ANTI-c	87,50 €	1,75 €	3,50 €
321	ANTI-E	87,50 €	1,75 €	3,50 €
322	ANTI-e - φαινότυπος	200,00 €	4,00 €	8,00 €
323	ANTI-KELL	125,00 €	2,50 €	5,00 €
324	TUERK'S SOLUTION ΦΙΑΛΗ (100 ml)	108,00 €	2,16 €	4,32 €
325	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	70,00 €	1,40 €	2,80 €
326	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10μl	330,00 €	6,60 €	13,20 €
327	ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ	92,00 €	1,84 €	3,68 €
328	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΥΡΩΝ 11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ . (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ).	148,50 €	2,97 €	5,94 €
329	ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΖΑΧΧΑΡΟΥ	260,00 €	5,20 €	10,40 €
330	ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ TESTS STREP-A (Τεστ για τη διάγνωση του στρεπτόκοκκου-A του ιού)	182,50 €	3,65 €	7,30 €
331	ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ INFLUENZA A+B RAPID CASSETE.	385,00 €	7,70 €	15,40 €
332	ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	21,60 €	0,43 €	0,86 €
333	ΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	212,00 €	4,24 €	8,48 €
334	ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΜΠΛΕ	45,00 €	0,90 €	1,80 €
335	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ 1:200.000 Χ50 ΑΜΠ	405,00 €	8,10 €	16,20 €
336	ΣΙΕΛΑΝΤΙΕΣ ΤΩΝ 100ΤΕΜ	7,00 €	0,14 €	0,28 €
337	ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΩΝ	20,00 €	0,40 €	0,80 €
338	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	30,00 €	0,60 €	1,20 €
339	ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗ ΚΟΝΙΑ	50,00 €	1,00 €	2,00 €
340	ΦΡΕΖΕΣ ΑΕΡΟΤΟΡ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ	30,00 €	0,60 €	1,20 €
341	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΦΛΟΓΕΣ Νο 018	16,80 €	0,34 €	0,67 €
342	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Νο 018	16,80 €	0,34 €	0,67 €
343	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Νο 018	16,80 €	0,34 €	0,67 €
344	ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	100,00 €	2,00 €	4,00 €
345	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΕΣ	100,00 €	2,00 €	4,00 €
346	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ	138,95 €	2,78 €	5,56 €
347	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ	30,00 €	0,60 €	1,20 €
348	ΡΟΛΟΠΕΤΣΕΤΣ	100,00 €	2,00 €	4,00 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
349	ΒΕΡΝΙΚΙ ΦΘΟΡΙΟΥ	40,00 €	0,80 €	1,60 €
350	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3	44,00 €	0,88 €	1,76 €
351	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Α3.5	44,00 €	0,88 €	1,76 €
352	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β2	44,00 €	0,88 €	1,76 €
353	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β3	44,00 €	0,88 €	1,76 €
354	ΡΗΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑ Β-Α3	44,00 €	0,88 €	1,76 €
355	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ. 30G - 25mm ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΗ	24,00 €	0,48 €	0,96 €
356	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN EM 1200B 215mm x30m	75,00 €	1,50 €	3,00 €
357	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110χλ X20μ. ΥΠΕΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ	287,50 €	5,75 €	11,50 €
358	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ CARDIOLIN H CARDIOSUNY 50X30 ΣΕ ΡΟΛΟ	30,00 €	0,60 €	1,20 €
359	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΝΕΟΕCG T 180	200,00 €	4,00 €	8,00 €
360	ΧΑΡΤΙ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ ΣΕ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ	400,00 €	8,00 €	16,00 €
361	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ MONITOR DRAGER 50mmx18m	60,00 €	1,20 €	2,40 €
362	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ZOLL STAT-PADS II	84,00 €	1,68 €	3,36 €
363	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΔΙΝΩΤΗ BENEHEART D3 MINDRAY	285,00 €	5,70 €	11,40 €
364	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32mm±5% - ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	52,00 €	1,04 €	2,08 €
365	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX50mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	290,00 €	5,80 €	11,60 €
366	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50mmX90mm ±5% ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 2mm	1.650,00 €	33,00 €	66,00 €
367	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 65 MM ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (Σετ 4 τεμ.)	390,00 €	7,80 €	15,60 €
368	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4mm	10,00 €	0,20 €	0,40 €
369	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5mm	10,00 €	0,20 €	0,40 €
370	ΣΥΡΜΑ ΡΙΝΟΒΡΟΓΧΟΥ 3,5mm	28,80 €	0,58 €	1,15 €
371	ΣΥΡΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΥ 4,5mm	36,45 €	0,73 €	1,46 €
372	ΦΥΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 0,50mm	200,00 €	4,00 €	8,00 €
373	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ.ΑΠΟΣΤ.	120,00 €	2,40 €	4,80 €
374	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	120,00 €	2,40 €	4,80 €
375	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ	135,00 €	2,70 €	5,40 €
376	ΚΑΣΕΤΕΣ GEM PREMIER 3500 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	15.000,00 €	300,00 €	600,00 €
377	ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΓΧΥΤΗ ACCUTRON CT MDT- 250081S	6.300,00 €	126,00 €	252,00 €
378	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ PSI	3.400,00 €	68,00 €	136,00 €
379	ΣΑΚΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	120,00 €	2,40 €	4,80 €
380	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	70,00 €	1,40 €	2,80 €
381	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ. ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	772,50 €	15,45 €	30,90 €
382	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ	210,00 €	4,20 €	8,40 €
383	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI	195,00 €	3,90 €	7,80 €
384	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗ.	11,40 €	0,23 €	0,46 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
385	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	74,00 €	1,48 €	2,96 €
386	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ	25,00 €	0,50 €	1,00 €
387	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	285,00 €	5,70 €	11,40 €
388	ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	192,00 €	3,84 €	7,68 €
389	ΜΑΣΚΑ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	152,50 €	3,05 €	6,10 €
390	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ -ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 1,2,3,4,5	112,50 €	2,25 €	4,50 €
391	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ	1.066,00 €	21,32 €	42,64 €
391.1	ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	1.000,00 €		
391.2	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ LUER LOCK	66,00 €		
392	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ latex free	88,00 €	1,76 €	3,52 €
393	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 100ml(Βαρελάκι)	697,00 €	13,94 €	27,88 €
394	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΥ	2.904,00 €	58,08 €	116,16 €
395	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 150cm ±10%.	46,00 €	0,92 €	1,84 €
396	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	110,00 €	2,20 €	4,40 €
397	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 5Χ50εκ ±5%	48,00 €	0,96 €	1,92 €
398	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 2,5Χ50εκ ±5%	48,00 €	0,96 €	1,92 €
399	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,90Χ50εκ ±5%	28,00 €	0,56 €	1,12 €
400	ZIMMER ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 1,25Χ50εκ ±5%	28,00 €	0,56 €	1,12 €
401	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FILADELPHIA (S-M-L)	97,50 €	1,95 €	3,90 €
402	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (S-M-L- XL)	120,00 €	2,40 €	4,80 €
403	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΑ	13,00 €	0,26 €	0,52 €
404	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ	430,00 €	8,60 €	17,20 €
405	ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΩΛΗΝΑΣ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA	165,00 €	3,30 €	6,60 €
406	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ GIMA ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΓΑΛΑ).	1.000,00 €	20,00 €	40,00 €
407	ΦΙΛΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ GIMA	100,00 €	2,00 €	4,00 €
408	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	600,00 €	12,00 €	24,00 €
409	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡ-ΘΕΡ ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	32,50 €	0,65 €	1,30 €
410	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.	130,00 €	2,60 €	5,20 €
411	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ 250- 300cm	630,00 €	12,60 €	25,20 €
412	ΣΕΤ ΡΥΧΓΟΣ YANKAUER ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2ΜΕΤΡΩΝ.	66,00 €	1,32 €	2,64 €
413	ΑΜΒΥ ΝΕΟΓΝΩΝ	148,76 €	2,98 €	5,95 €
414	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ TEST-PAP	9,00 €	0,18 €	0,36 €
415	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	56,00 €	1,12 €	2,24 €
416	ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΕΜΒΡΥΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ	60,00 €	1,20 €	2,40 €
417	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (S,M,L)	220,00 €	4,40 €	8,80 €
418	ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ	15,60 €	0,31 €	0,62 €
419	ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ ROM PLUS	102,00 €	2,04 €	4,08 €

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (4%)
420	ΣΥΚΙΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ KIWI ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΞΗΣ.	275,00 €	5,50 €	11,00 €
421	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ B-BRAUN	340,00 €	6,80 €	13,60 €
422	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 275ML	90,00 €	1,80 €	3,60 €
423	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXCELL400 McDSe	675,00 €	13,50 €	27,00 €
424	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ F7805(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ EXCELL 400 MCDS).	82,50 €	1,65 €	3,30 €
425	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ(ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ XL 400MCDs)	135,00 €	2,70 €	5,40 €
426	ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70MM, +/-10% ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΑΝΤΪΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΦΙΛΤΡΟ	2.940,00 €	58,80 €	117,60 €
427	ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΙ	69,00 €	1,38 €	2,76 €
428	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ	100,00 €	2,00 €	4,00 €
429	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΑΠΛΟΣ	1.015,00 €	20,30 €	40,60 €
430	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ	12,00 €	0,24 €	0,48 €
431	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	14,00 €	0,28 €	0,56 €
432	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 100 ml	385,00 €	7,70 €	15,40 €
433	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ	1.090,00 €	21,80 €	43,60 €
433.1	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Νο 18	840,00 €		
433.2	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ 10FR-14FR	100,00 €		
433.3	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	100,00 €		
433.4	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	50,00 €		
434	ΛΑΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	60,00 €	1,20 €	2,40 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνος δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάθων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»